

Příloha č.1k investičnímu záměru VS-195572/ČJ-2020-800280 požadované technické parametry

Požadované technické parametry	Minimální požadovaný parametr nebo rozsah	Potvrzení splnění	Poznámka (parametr nebo rozsah nabízené varianty)
Obecné požadavky na svítidlo jako celek			
Připojení na elektrický rozvod nemocnice v souladu s ČSN	220VAC, 50/60 Hz	ano	
Bezpečné napájení svítidel	24V +-10%	ne	
Bezpečné krytí svítidel	min. IP54	ano	
Spotřeba energie	max. 100W	cca90w	
Záložní zdroj elektrické energie s výdrží	min. 30 minut	ano	
Ovládání jednotlivých funkcí svítidel	samostatně na tělese nebo rameni u tělesa svítidla	Na svítidle	
Ovládání intenzity osvětlení	sterilní rukojetí na spodní straně svítidla	ano	
Náhradní autoklávovatelné rukojeti	min. 2 ks na každé svítidlo	ano	
Stropní závěsný systém			
Kotvící deska	stropní	ano	
centrální osy s rotačními rameny v rozsahu	= 360°	ano	
dvě pružinová ramena otočná v rozsahu	= 360°	ano	
Shodné parametry pro hlavní i satelitní svítidlo			
Zdroj světla	LED diody	ano	
Životnost LED diod	> 60000 hod.	ano	
Intenzita osvětlení	min. 160000 lx	ano	
Regulace intenzity osvětlení	5 – 100%	ano	
Barevná teplota	3100 – 5000°K	ano	
Regulace změny barevná teploty	minimálně v 5 krocích	ano	
Index podání barev CRI Ra	min. 95	ano	
Reindex barev CRI R ₉	min. 95	ano	
Endo mód – osvětlení zatemněného operačního sálu	LED diody	ano	
Individuální požadavky na hlavní svítidlo			
Velikost operačního pole	200 – 420 mm	ano	
Individuální požadavky na hlavní svítidlo			
Velikost operačního pole	150 – 320 mm	ano	

Vysvětlivka k vyplnění informací ohledně splnění požadovaných technických parametrů v tabulce.

Ve sloupci potvrzení splnění:

ANO – pokud nabízené svítidlo splňuje daný požadavek, převýšení je možné specifikovat v poznámce;

ČÁSTEČNĚ - pokud nabízené svítidlo částečně splňuje daný požadavek, přesný rozsah je nutné specifikovat v poznámce;

NE - pokud nabízené svítidlo nesplňuje daný požadavek.