

CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKEM NABÍZENÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Název veřejné zakázky: **Dodávky SZM – Systém krátkodobé srdeční podpory**
Ev. číslo VZ IKEM: **PZ-2021-0000024**

Účastník:

Omnimedics s. r. o., Pod Klamovkou 1268/3, Praha 5, 150 00, IČ: 279 53548

ÚVOD

Tento dokument obsahuje

- a) technickou specifikaci účastníkem nabízených Zdravotnických prostředků (odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem v ZP a její Příloze č. 1 ZP s názvem „Technická specifikace poptávaných Zdravotnických prostředků“);
- b) technická dokumentace (prospekt, brožura, technické a produktové listy či jiný dokument) - tyto dokumenty budou do nabídky vloženy způsobem stanoveným zadavatelem v ZP a v příloze č. 1 ZP.

Účastníci jsou oprávněni vyplnit v tomto dokumentu pouze údaje označené „[]“. Účastníci nejsou oprávněni jakkoliv jinak zasahovat do textu tohoto dokumentu.

Informace, které s ohledem na jejich rozsah není možné uvést v tomto dokumentu, uvedou účastníci na zvláštním listu, který bude tvořit přílohu tohoto dokumentu a bude pevně spojen se zbývajícím obsahem nabídky.

Označení ZP (obchodní název nabízeného ZP + obchodní firma výrobce)	Charakteristika nabízeného ZP (technická specifikace)	Výčet a specifikace přikládané Technické dokumentace ²
CentriMag™	centrifugální krevní pumpa s rotorem zavěšeným na principu elektromagnetického zavěšení – neobsahuje mechanické závěsy a ložiska, průtok pumpou: 1,0 - 9,9 l/min, operační rozmezí: 0-5000 RPM, s patientským okruhem umožňuje zapojení jako LVAD, RVAD, BiVAD nebo po vřazení oxygenátoru jako V-A / V-V ECMO, CE certifikace pro použití po dobu 30ti dní, po propojení s odpovídajícím typem kanyl napojení jako perkutánní systém, možnost transportu pacienta (minimálním riziko dislokace rotoru a poškozením krevní pumpy z důvodu změny polohy vlivem transportu, hmotnost krevní pumpy spolu s řídicí jednotkou v zapojení jako jednostranná srdeční podpora: 8,3 kg), kapacita interní baterie: 120 min, systém umožňuje napojení na externí bateriový zdroj k prodloužení transportního času, konstrukce systému umožňující monitoraci krevního průtoku (l /min.) v reálném čase a zaznamenávání průtokových parametrů a otáček rotoru s jejich následným exportem do PC k další analýze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produktový list Thoratec CentriMag® - spotřební materiál, hardware 2. Návod k obsluze Systému CentriMag®
Výrobce: Thoratec Switzerland GmbH Obchodní firma výrobce: Abbott		

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé. Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

**Mgr. Martin
Bureš**

Digitálně podepsal Mgr. Martin Bureš
DN: c=CZ, cn=Mgr. Martin Bureš,
o=Omnimedics CZ s.r.o., title=Jednatel,
serialNumber=IDCCZ-201872240,
givenName=Martin, sn=Bureš,
serialNumber=ICA - 10312721
Datum: 2021.09.05 13:47:21 +02'00'