

Příloha č. 1 Technická specifikace

„UK2LF – Technologické vybavení zvěřince, část C – Autokláv s příslušenstvím

Nabídka plnění:

Model	VS 263649 L
Výrobce	Steelco S.p.A., Itálie
Typ autoklávu	prokládací
Typ utěsnění	Air seal (vzduchotěsné, s rozdílem tlaků)
Velikost komory	750 litrů



Obecná specifikace plnění:

- Nabízený přístroj odpovídá zákonným normám platným na území České republiky a Evropské unie.
- Nabízený přístroj je schopný zajišťovat odpovídající kvalitu sterilizace pro provoz zvěřince.
- Všechny části zařízení, které mohou být v kontaktu se zvířaty, odolají teplotní dezinfekci (>134 ° C) i sterilizaci pomocí par peroxidu vodíku.
- Všechny části zařízení, které mohou být v kontaktu se zvířaty, je možné mýt běžnými dezinfekčními prostředky.

Konkrétní specifikace plnění

- Velikost komory: 750 litrů
- Rozměry kvádrové komory: 660*914*1245 mm (š*v*h)
- Rozměry autoklávu: 1860*1867*1525 mm (š*v*h)

- Autokláv bude při stěhování rozložen, aby prošel stavebním otvorem 1200*2000 mm
- Materiálové provedení komory: nerezová ocel AISI 316
- Chladicí plášť pokrývá 90 % povrchu komory
- Dvoudvéřová, prokládací verze
- Autokláv umožňuje sterilizaci materiálu v hodnotách 100-134 °C
- Plně automatický provoz s mikroprocesorovým řízením cyklů
- Před programované cykly mají akustickou signalizaci ukončení procesu a alarmů v případě nesprávně proběhlého cyklu
- Vybaveno Air Seal těsněním pro zajištění přetlaku v SPF prostorách

Doplňkové vybavení autoklávu:

- Sada manipulačních vozíků
- integrovaný elektrický vyvíječ páry
- vodní chlazení pláště
- pumpa pro sušení
- elektrický kompresor
- displej na čisté i špinavé straně autoklávu