

Příloha - Technická specifikace		SPLNĚNO ANO/NE
Název	Nutné technické požadavky	
Břišní roušky NESTERILNÍ	- mít RTG pásku a tkanici, která musí být bezpečně všitá, aby nedošlo k jejímu utržení	ANO
	- být vyrobeny ze 100% bavlny bělené, tkané v počtu 17 nití /1cm2	ANO
	- splňovat normu ČSN EN 14079	ANO
	- být předeprané	ANO
	- být netřepivé	ANO
	- mít založené okraje	ANO
	- být 4vrstvé	ANO
	- být nesterilní	ANO
	být nabízeny v rozměru 45 x 45cm, svázání barevnou, netřepivou tkanicí	ANO
	barva bílá, svázané tkanicí po 10kusech, tkanice barevná (bílá- NE, odlišná od barvy tkanice, kterou jsou svázané prošívané roušky 45x45cm)	ANO
Břišní roušky STERILNÍ	- mít RTG pásku a tkanici, která musí být bezpečně všitá, aby nedošlo k jejímu utržení	ANO
	- být vyrobeny ze 100% bavlny bělené, tkané v počtu 17 nití /1cm2	ANO
	- splňovat normu ČSN EN 14079	ANO
	- být předeprané	ANO
	- být netřepivé	ANO
	- mít založené okraje	ANO
	- být 4vrstvé	ANO
	- být sterilní	ANO
	Obal musí být v souladu s normou ČSN EN ISO 11607.	ANO
	Obal musí být snadno otevíratelný - peel open.	ANO
	Zadavatel požaduje následující rozměry a balení břišních roušek (tj. obsah 1 sterilního balíčku):	ANO
	45 x 45cm - balení à 1kus, svázání barevnou, netřepivou tkanicí	ANO
	45 x 45cm - balení à 2kusů, svázání barevnou, netřepivou tkanicí	ANO
	45 x 45cm - balení à 5kusů, svázání barevnou, netřepivou tkanicí	ANO
45 x 45cm - balení à 5kusů, svázání barevnou, netřepivou tkanicí	ANO	