

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap, s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.: 225001510 Fax: 225001555 E-mail: servis@medisap.cz Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 5275572/0800 IBAN: CZ43 0800 0000 0000 0527 5572 SWIFT: GIBACZPX	Konst.symb. 0308 Var.sym. 310001903 Objednávka BTK/21/171 Naše zakázka 01-1-0002475
MÍSTO URČENÍ Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace OBMI - ██████████ Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava	ODBĚRATEL IČ 00635162 DIČ CZ00635162 <b>Městská nemocnice Ostrava,                  příspěvková organizace                  Nemocniční 898/20a                  702 00 Ostrava - Moravská Ostrava</b>
Druh dopravy: --	Den splatnosti 05.12.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Den vystavení 06.10.2021 DUZP 22.09.2021

kat. číslo	Název	Množství	MJ	Cena za mj	celkem bez DPH	sazba DPH
<b>Fakturuje Vám periodickou prohlídku ( periodické prohlídky) dle přiloženého servisního výkazu:</b>						
9998-1	Dopravné	92,00	počet	13,50	1 242,00	21%
9998-PM-ANEST_ADV	Periodická kontrola narkot. přístroje	2,00	prohl	4 900,00	9 800,00	21%
9998-PM-Modul+GAS	Periodická kontrola modulárního monitoru vč. GAS modulu	2,00	prohl	3 900,00	7 800,00	21%
2093610-001	servisní sada E-sCxxx	2,00	ks	5 012,00	10 024,00	21%
M1220155	OEM Part, Fan Filter Multipack and R (10 ks v balení)	0,20	ks	6 125,28	1 225,06	21%
1009-3086-000	Držák hadic, dýchacích okruhů	1,00	ks	514,80	514,80	21%

REKAPITULACE DPH	21%
Základ	30 605,86
Daň	6 427,23
<b>CELKEM</b>	<b>37 033,09</b>

Zaokrouhlení 0,00

**CELKEM CZK 37 033,09**

Ing. Milan Šamánek

VYSTAVIL Plachá Dana, tel.: 22500155

**NEMOCNICE !!!**

Č.j.MNOF/ 23520/2021

Datum: 11-10-2021



100 001 867

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě.

 Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM - klientské číslo EK-F00021806  
 Elektroodpad je řešen v rámci systému REMA – www.remasystem.cz

Firma medisap, spol. s r.o. je zapsána 17.listopadu 1992 do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14601

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap,s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Tel.:225001510 Fax: 225001555 E-mail: servis@medisap.cz Číslo účtu: 5275572/0800	Objednávka zákazníka BTK/21/171 Ze dne 25.08.2021 Servisní smlouva č.: Kontaktní osoba Tel.
Code 01-1-0002475 Typ výkazu Periodická prohlídka	ZÁKAZNÍK : IČO 00635162 DIČ : CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

**ZAŘÍZENÍ**

Anesteziologický přístroj Aisys CS2 v.č. APWX01691 ; Anesteziologický přístroj Aisys CS2 v.č. APWX01692 ; Modul E-ENTROPY v.č. SJB18250004HA ; Modul E-ENTROPY v.č. SJB18250044HA ; Modul E-NMT v.č. SJC18230010HA ; Modul E-NMT v.č. SJC18230011HA ; Modul E-PSMP v.č. 8021957 ; Modul E-PSMP v.č. 8022635 ; Modul E-sCAiOVE v.č. SGV17475010HA ; Modul E-sCAiOVE v.č. SGV18345005HA ; Monitor B 650 v.č. SK417111055HA ; Monitor B 650 v.č. SQC18270007HA ;

**POPIS ZÁVADY/OBJEDNANÉ PRÁCE**

PBTK Aisys

Předpokládaná cena opravy	0,00
---------------------------	------

**POPIS PRÁCE**

Provedení PBTK v rozsahu stanoveném výrobcem, kalibrace, odzkoušení

**PROVEDENÉ PRÁCE, POUŽITÝ MATERIÁL A DALŠÍ NÁKLADY**

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998-1	Dopravné	92,00 počet	13,50	1 242,00
9998-PM-ANEST_	Periodická kontrola narkot.	2,00 prohl	4 900,00	9 800,00
ADV	přístroje			
9998-PM-Modul+G	Periodická kontrola modulárního	2,00 prohl	3 900,00	7 800,00
AS	monitoru vč. GAS modulu			
2093610-001	servisní sada E-sCxxx	2,00 ks	5 012,00	10 024,00
M1220155	OEM Part, Fan Filter Multipack and R (10 ks v balení)	0,20 ks	6 125,30	1 225,10
1009-3086-000	Držák hadic, dýchacích okruhů	1,00 ks	514,80	514,80
<b>Celkem bez DPH</b>				30 605,90
<b>Materiál bez DPH</b>				11 763,90

**ZÁVĚR OPRAVY**

Zařízení je schopné b

**UKONČENÍ PRÁCE**

Dne 22.09.2021	Mobil E-Mail
Podpis technik (20)	Palička Daniel

Zákazník potvrzuje svým podpisem, že provedené práce byly řádně objednány, provedeny a zákazníkem převzaty. Zákazník nepožaduje vrácení vadných dílů.

Dne

Razítko a podpis zákazníka



tel.: +420 225 001 526

fax: +420 225 001 555

e-mail: servis@medisap.cz

IČO: 480 29 360

DIČ: CZ48029360

130 00 Praha 3, Na Rovnosti 2244/5

## SERVISNÍ VÝKAZ

Číslo: 7252/21

Obj. číslo:

ze dne:

Zařízení:	Výrobní číslo:
Aisys CS2 Z650	APWX 01692
Aisys CS2 Z650	SQC18270007
	APWX 01691
	SK417 M055

- Záruční oprava       Servisní smlouva  
 Běžná oprava       Instalace  
 Period. prohlídka (PBTk)       Ostatní

Zákazník: MN Ostrava

ARK

IČO:

DIČ:

## Popis závady/objednané práce:

Provedení PBTk

Zařízení bylo převzato k dílenské opravě.

Předpokládaná cena opravy:

Technik:

Dne

podpis přejímajícího

## Provedené práce:

Provedení PBTk v rozsahu stanovením výrobcem, kalibrace, odzkoušení

Výše uvedená zařízení jsou/nejsou/jsou s omezením schopné bezpečného provozu v souladu s návodem k použití a odpovídající technické specifikaci výrobce.

Práce		hodin:	sazba/hod.:
Použitý mat. (výkon)-k.č.	Označení:	Počet ks	Cena/jednotka
PM-arrest	Pravice Aisys	2	
PM-modul + Gas	Pravice monitor + plyn. modul	2	
2093610	Roční kit plyn	2	
11/220155	Filter displeje	2	
1009-3085	Průžák hadic	1	
Cestovné:		km: 92	Sazba/km:

## Ukončení zakázky:

Záruka na provedené dílo se řídí vnitřními směrnici

společnosti medisap, s. r.o. a dalšími obecně

platnými právními předpisy.

Zákazník potvrzuje svým podpisem, že provedené práce

byly řádně objednaný, provedeny a zákazníkem převzaty.

Zákazník nepožaduje vrácení vadných dílů.

22. 9. 2021

Dne

razítka a podpis zákazníka

podpis technika