

Typ přístroje	Počet jednotek	Servis	Servis – interval							Cena za servis v Kč bez DPH		
			1	2	3	4	6	12	24		36	60
AquaOsmotic 01	1	Výměna filtru mechanických nečistot		X								1,00
		Výměna carbonového filtru				X						1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody						X				1,00
		Výměna membrány RO								X		1,00
AquaOsmotic 02A	17	Výměna filtru mechanických nečistot		X								1,00
		Výměna carbonového filtru				X						1,00
		Výměna ionexové náplně			X							1,00
		Výměna membrány RO								X		1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru						X				1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody						X				1,00
		Výměna mikrobiálního filtru						X				1,00
AquaOsmotic 03	1	Výměna filtru mechanických nečistot		X								1,00
		Výměna carbonového filtru				X						1,00
		Výměna ionexové náplně			X							1,00
		Výměna membrány RO								X		1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru						X				1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody						X				1,00
		Výměna mikrobiálního filtru						X				1,00
AquaOsmotic 05K	18	Výměna filtru mechanických nečistot		X								1,00
		Výměna carbonového filtru				X						1,00
		Výměna ionexové náplně			X							1,00
		Výměna membrány RO								X		1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru						X				1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody						X				1,00
		Výměna mikrobiálního filtru						X				1,00
AquaOsmotic 50K	1	Výměna filtru mechanických nečistot		X								1,00
		Výměna carbonového filtru		X								1,00
		Výměna ionexové náplně		X								1,00
		Výměna membrány RO								X		1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru						X				1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody						X				1,00
		Výměna mikrobiálního filtru						X				1,00
AquaOsmotic 150K	1	Výměna membrány RO								X		1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru						X				1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody						X				1,00

Typ přístroje	Počet jednotek	Servis	Servis – interval								Cena za servis v Kč bez DPH		
			1	2	3	4	6	12	24	36		60	
AquaOsmotic 300K	1	Výměna filtru mechanických nečistot	X										1,00
		Výměna membrány RO										X	1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru										X	1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody										X	1,00
Osmotrol WE 60	1	Výměna filtru mechanických nečistot	X										1,00
		Výměna carbonového filtru			X								1,00
		Výměna ionexové náplně					X						1,00
		Výměna membrány RO										X	1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru										X	1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody										X	1,00
		Výměna mikrobiálního filtru										X	1,00
Osmotrol WE 160	6	Výměna filtru mechanických nečistot	X										1,00
		Výměna carbonového filtru			X								1,00
		Výměna ionexové náplně				X							1,00
		Výměna membrány RO										X	1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru										X	1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody										X	1,00
		Výměna mikrobiálního filtru										X	1,00
Osmotrol WE 300	1	Výměna filtru mechanických nečistot	X										1,00
		Výměna carbonového filtru			X								1,00
		Výměna ionexové náplně		X									1,00
		Výměna membrány RO										X	1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru						X					1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody						X					1,00
		Výměna mikrobiálního filtru						X					1,00
Osmotrol WE 450	1	Výměna filtru mechanických nečistot	X										1,00
		Výměna carbonového filtru			X								1,00
		Výměna ionexové náplně	X										1,00
		Výměna membrány RO										X	1,00
		Kontrola, kalibrace vodivostiměru						X					1,00
		Sanitace přístroje a zásobníku vody						X					1,00
		Výměna mikrobiálního filtru						X					1,00