

Abbott Laboratories, s.r.o.

se sídlem Evropská 2591/33d, Dejvice, 160 00, Praha 6

IČO: 25095145

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48372

zastoupená: Ing. Erikem Hutyrrou, na základě plné moci Abbott ze dne 30.9.2020

(dále jen „půjčitel“)

a

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 000 98 892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „vypůjčitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce

Za účelem obměny předmětu výpůjčky se strany dohodly uzavřít následující Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 27.04.2021 (SMLN-2021-616-000018), dále jen „dodatek“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č.1 je obměna předmětu výpůjčky. Půjčitel přenechává vypůjčitelik dočasnému bezplatnému užívání přístroj „analyzátor ARCHITECT i1000sr“, výr.č.: I1SR55917, v pořizovací hodnotě 1 452 0000 Kč s DPH/ Ks, dál jako „vypůjčená věc“)

přístroj „Analyzátor Abbott Architect i1000 sr včetně příslušenství“, výr.číslo: ISR50194, INV.Č.: C009993 byl řádně vrácen a předán vypůjčitelem půjčiteli na základě předávacího protokolu. Předání bylo potvrzeno písemným předávacím protokolem

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 23-09-2021

V Olomouci dne

V Praze dne 6.10.2021

Identifikační data a technické údaje pořízeného zdravotnického prostředku (nákup, dar, inventurní nále, výpůjčka)

* označení povinného údaje

* Název přístroje	* Typ přístroje	Druh zdravotnického prostředku	* Třída PZT
ARCHITECT i1000sr	imunochemicky analyzátor	IVD	ostatní

* Číslo VZ	* Číslo kupní/výpůjční smlouvy	* Číslo servisní smlouvy

* Výrobní číslo přístroje nebo příslušenství	Rok výroby	* Do provozu (ddmmrr)	* Záruka do (ddmmrr)	* Invent. úsek	* Náklad. středisko	Inventární číslo
I1SR55917	2015	12.01.2016	 			

	Název firmy	Adresa	Kontakt	
* Výrobce	Abbott Laboratories	Abbott Park, Illinois 60064 USA	telefonní číslo	e-mail
* Dodavatel	Abbott Laboratories, s.r.o.	Evropská 2591/33d, Dejvice 160 00 Praha 6	267 29 21 11	info@abbott.cz
* Servis	Abbott Laboratories, s.r.o.	Evropská 2591/33d, Dejvice 160 00 Praha 6	267 29 22 22	addservice@abbott.cz

Přívod	* Elektro		Voda	Plyn	Vzduch	Instalační příprava (ano/ne)	
	Příkon (W)	Jištění (A..)	Spotřeba (l)	Druh / tlak	Tlak (bar)	Chlazení	
Jednofázový	1.76 kVA	16A	Z externí nádoby	Ne	Ne	Topení	
Třífázový						Odsávání	
jiné napětí						Odpad	Kanistr nebo 1,5 l/hod
						Vzduchotechnika	

* Předepsané činnosti (BTK, revize, validace, kalibrace, ...)	* Interval (měsíce)	Poznámka:
BTK, validace, Kalibrace	1 x 12měsíců	Kalibrace jsou prováděny uživatelem denně.

* Vystavil :	Podpis :	Dne :	Zpracoval :	Podpis :	Dne :