

Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace

Položky veřejné zakázky	
TLD čtečka Harshaw 3500 výrobce Thermo Fisher Scientific	
SW aplikace WinRems s možností instalace již existujících dat měření, s výstupy v tabulkovém editoru MS Office Excel	
PC (pracovní stanice) pro ovládání čtečky prostřednictvím SW aplikace WinRems	
Ultrabook pro externí zpracování dat	
Instalace čtečky na místě, nastavení systému podle potřeb zadavatele, včetně zaškolení obsluhy čtečky v počtu 4 osob	
Odborný záruční a pozáruční servis	

Technické parametry pro TLD čtečku

Číslo		Technické parametry zadavatele	Splňuje ANO/NE	Nabízená konfigurace účastníka
1.1.1	Konfigurace	Konfigurace čtečky umožňující termoluminiscenční měření detektorů ve formě prášku v kovových mističkách	ANO	Harshaw 3500 TLD Reader – HIGH TEMP Manuálně ovládaný TLD reader pro vyhodnocení TLD materiálu ve formě prášku. Součástí dodávky je software WinRems. Maximální nastavitelná teplota je až do 600°C.
1.2.1	Planžeta	Chip Type, 1/4" x 1/4", K-Type Thermocouple (red and yellow wires) pro teploty až do 600°C	ANO	M3500 Planchet, chip type, 1/4" x 1/4", K-Type Thermocouple (red and yellow wires)

Technické parametry pro PC

Číslo		Technické parametry zadavatele	Splňuje ANO/NE	Nabízená konfigurace účastníka
2.1.1	Nastavení	Rozhraním pro ovládání čtečky prostřednictvím aplikace WinRems včetně operačního systému Windows a MS Office	ANO	Rozhraním pro ovládání čtečky prostřednictvím aplikace WinRems včetně operačního systému Windows a MS Office
2.2.1	Procesor	CPU aktuální generace pro desktopové počítače, vhodné pro nasazení ve firemním prostředí, výkonově odpovídající minimální úrovni 14500 bodů v programu PassMark CPU Benchmark ke dni konce lhůty pro podání nabídek	ANO	CPU aktuální generace pro desktopové počítače, vhodné pro nasazení ve firemním prostředí, výkonově odpovídající minimální úrovni 14500 bodů v programu PassMark CPU Benchmark ke dni konce lhůty pro podání nabídek
2.3.1	Operační paměť	Minimálně 16 GB DDR4	ANO	Minimálně 16 GB DDR4
2.4.1	Disk	Minimálně SSD 500 GB	ANO	Minimálně SSD 500 GB
2.5.1	Software	Windows 10 Pro + Windows Enterprise LTSC 2019 Upgrd OPL NL Gov, MS Office 2019 Professional, Act, Gov	ANO	Windows 10 Pro + Windows Enterprise LTSC 2019 Upgrd OPL NL Gov, MS Office 2019 Professional, Act, Gov

Technické parametry pro Ultrabook

Číslo		Technické parametry zadavatele	Splňuje ANO/NE	Nabízená konfigurace účastníka
3.1.1	Procesor	CPU aktuální generace pro počítače, vhodné pro nasazení ve firemním prostředí, výkonově odpovídající minimální úrovni 14500 bodů v programu PassMark CPU Benchmark ke dni konce lhůty pro podání nabídek	ANO	CPU aktuální generace pro počítače, vhodné pro nasazení ve firemním prostředí, výkonově odpovídající minimální úrovni 14500 bodů v programu PassMark CPU Benchmark ke dni konce lhůty pro podání nabídek
3.2.1	Displej	17"	ANO	17"
3.3.1	Operační paměť	Minimálně 16 GB DDR4	ANO	Minimálně 16 GB DDR4
3.3.2	Disk	SSD 500 GB	ANO	SSD 500 GB
3.3.3	Podsvícená klávesnice	ANO	ANO	ANO
3.3.4	Webkamera	ANO	ANO	ANO
3.3.5	USB Port	ANO	ANO	ANO
3.4.1	Software	Windows 10 Pro + Windows Enterprise LTSC 2019 Upgrd OPL NL Gov, MS Office 2019 Professional, Act, Gov	ANO	Windows 10 Pro + Windows Enterprise LTSC 2019 Upgrd OPL NL Gov, MS Office 2019 Professional, Act, Gov

Aleš
Froňka

Ing.
Lukáš
Skála