

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí $\pm 10\%$ od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky: EKG přístroj včetně vakuového systému – 1 ks

Minimální technické požadavky:

Zadavatelem požadované parametry	Minimální zadavatelem požadovaná hodnota parametru	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“)
Základní parametry		
12-ti kanálový EKG přístroj vč. vakuového systému. Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a materiálu k uvedení do provozu.		
EKG přístroj		
grafický displej: • zobrazení všech 12 svodů • zobrazení aktuálního pacienta	min. 7"	splňuje (A), 8,4"
grafická prezentace správného umístění EKG svodů	Ano	splňuje (A)
indikace kvality signálu	Ano	splňuje (A)
spolehlivá detekce kardiostimulátoru a ochrana proti defibrilaci	Ano	splňuje (A)
indikace konkrétního svodu se špatnou kvalitou signálu či odpadnutého svodu	Ano	splňuje (A)
možnost uživatelského nastavení filtrů EKG záznamu ve standardním rozsahu	Ano	splňuje (A)
automatická interpretace 12-ti svodového EKG záznamu pro děti i dospělé + automatické rozměření EKG signálu (základní rytmus, frekvence, PR interval, QRS komplex, ST úsek a QT interval)	Ano	splňuje (A)
automatický režim	Ano	splňuje (A)
manuální režim	Ano	splňuje (A)
možnost zadání základních údajů o pacientovi (ID, jméno, příjmení, věk)	Ano	splňuje (A)
ovládání a menu v českém nebo anglickém jazyce; anglický jazyk ovládání a menu bude akceptován za předpokladu, že pro nejčastěji používané funkce (min. zadání identifikace pacienta a pořízení záznamu EKG) jsou použita jednoúčelová tlačítka se symboly nebo piktogramy znázorňující dané funkce	Ano	splňuje (A)
tisk na termocitlivý papír vel. A4 (role nebo skládaný)	Ano	splňuje (A)
rychlost posuvu papíru	5 / 25 / 50 mm/s	splňuje (A)
citlivost	min. 5 – 20 mm/mV	splňuje (A)
uživatelsky volitelná tisková sestava (včetně interpretace, rozměření, údaje o pacientovi, apod.) ve standardních provedeních	min. 2x6, 4x3, rytmový svod, atd.	splňuje (A)
paměť pro uložení	min. 99 záznamů	splňuje (A), 250

provoz ze sítě i akumulátoru	Ano	splňuje (A)
interní dobíjení akumulátoru	Ano	splňuje (A)
export EKG křivky na USB (např. ve formátu PDF)	Ano	splňuje (A)
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky	Ano	splňuje (A)
pacientský kabel	Ano	splňuje (A)
Systém podtlakových přísavných elektrod		
vhodné pro klidové EKG	Ano	splňuje (A)
ochrana proti defibrilaci	Ano	splňuje (A)
min. 4 stupně podtlaku	min. 4	splňuje (A)
Další požadavky		
stabilní, pojízdný vozík s možností aretace proti nechtěnému pojezdu, s prostorem pro odkládání drobného příslušenství	Ano	splňuje (A)
Ostatní		
Napájení 230V/50Hz	Ano	splňuje (A)
V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod.	Ano	splňuje (A)
Záruka 24 měsíců.	Ano	splňuje (A)
V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.	Ano	splňuje (A)

- * Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.