

EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of conformity

Dokument-Nr./Monat.Jahr
document No./month.year

Lienz – 001 / 03.21

Hersteller/Aussteller:
Manufacturer/Issuer:
Anschrift/Address:

LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Produktbezeichnung
Product designation

see appendix

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien und Verordnungen überein:
The product complies with the following european directives and regulations:

Verordnung (EG) bzw. delegierte Verordnung (EU) Nr./ Regulation (EG) No or delegated regulation (EU) No	Titel Title
244/2009	Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht incl. Amendments. <i>Ecodesign requirements for non-directional household lamps incl. amendments.</i>
(EU) 2019/2020	Verordnung (EU) 2019/2020 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen und separate Betriebsgeräte gemäß der Richtlinie 2009/125/EG. <i>COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2020 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC.</i>
(EU) 2019/2024	VERORDNUNG (EU) 2019/2024 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktion gemäß der Richtlinie 2009/125/EG. <i>COMMISSION REGULATION (EU) 2019/2024 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for refrigerating appliances with a direct sales function pursuant to Directive 2009/125/EC.</i>
(EU) 2019/2018	DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2018 DER KOMMISSION vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion. <i>COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2018 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function.</i>
(EU) 2015/1095	zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von gewerblichen Kühltagerschränken, Schnellkühlern/-frostern, Verflüssigungssätsen und Prozesskühlern <i>COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers</i>
(EU) 2015/1094	DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/1094 DER KOMMISSION vom 5. Mai 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von gewerblichen Kühltagerschränken <i>COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/1094 of 5 May 2015 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of professional refrigerated storage cabinets</i>
(EU) 2017/1369	VERORDNUNG zur Festlegung eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU. <i>REGULATION setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU</i>
Richtlinie	Titel
2006/42/EG	RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung). <i>DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)</i>
2014/34/EU	RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

LIEBHERR

	vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen <i>DIRECTIVE 2014/34/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres</i>
2014/30/EU	Elektromagnetische Verträglichkeit <i>Electro-Magnetic Compatibility</i>
2009/125/ EC	Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP) <i>Setting of ecodesign requirements for energy-related products (ErP)</i>
2011/65/EU	Zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Neufassung) <i>On the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)</i>

Weitere Angaben über die Einhaltung der Verordnung und der Richtlinien enthält der Anhang
For further information on the adherence of this regulation and these directives please see annex

Jahr Anbringung der CE-Kennzeichnung / Year Fitting of CE label : 21

Untersignet von und im Namen von / Signed by and on behalf of
Ort, Datum / Place, Date: Lienz, 01. 03. 2021

Rechtsverbindliche Unterschrift:
Legally binding signature:

(Hr. Holger König)

(Hr. Stephan Schlemmer)

Die Anhänge sind Bestandteil dieser Erklärung / *Annex is part of this declaration.*

Diese Konformitätserklärung ist unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers erstellt worden / *This declaration of conformity is drawn up under the sole responsibility of the manufacturer.*

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Rechtsnormen, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften / *This declaration confirms conformity with all mentioned legal norms but does not include any guarantee for characteristics.*

Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten / *The safety remarks of the delivered product documentation have to be taken into consideration.*

Anhang zur EU-Konformitätserklärung oder EU-Herstellererklärung *Enclosure for the declaration of conformity or EU declaration of manufacturer*

Dokumenten-Nr./Monat.Jahr: Lienz – 001 / 03.21
document No./month.year:

Produktebezeichnung see appendix
product description

Das Objekt der vorstehend beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den geltenden Harmonisierungsvorschriften der Union. Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:

The object of the declaration described above is in accordance with the applicable Union harmonisation legislation. The conformity of the mentioned product with the requirements is demonstrated due to the complete observance of the following norms:

harmonisierte Europäische Normen/*harmonised European norms*

Referenznummer/ *reference No.*

Directive 2006/42/EG:

EN 60335-1: 2012 + AC : 2014 + A11: 2014 + A13:2017
EN 60335-2-89: 2010 + A1:2016 + A2:2017
EN ISO 3743-2 : 2009

Directive 2014/34/EU:

EN IEC 60079-0: 2018
EN 60079-15: 2010

Directive 2014/30/EU:

EN 61000-3-3: 2013

Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) 2019/2018:

EN 16901: 2017
EN 16902: 2017
EN ISO 23953-2: 2015

Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) 2015/1094:

EN 16825: 2016

Directive 2011/65/EU:

EN 63000: 2018

Additional Standards:

EN 61000-3-2: 2019
EN 55014-2: 2015
EN 55014-1: 2017

*) soweit zutreffend / *if applicable*

LIEBHERR

Appendix

Gerätebezeichnungen / Appliances

BG 5040	FKv 5410	GKPv 6540	LKUv 1610	SGTs 852
BGPv 6520	FKv 5440	GKPv 6570	LKUv 1613	SGTs 872
BGPv 6570	FKv 5443	GKPv 6573	LKv 3910	SRFfg 3501
BGPv 8420	FKvesf 1803	GKPv 6577	LKv 3913	SRFfg 4001
BGPv 8470	FKvesf 1805	GKPv 6590	LKv 5710	SRFfg 5501
BKPv 6520	FKvsl 2610	GKv 4310	MCsl 3613	SRFvg 3501
BKPv 6570	FKvsl 2613	GKv 4360	MCsl 3623	SRFvg 3511
BKPv 8420	FKvsl 3610	GKv 5710	MKUv 1610	SRFvg 4001
BKPv 8470	FKvsl 3612	GKv 5730	MKUv 1613	SRFvg 4011
BKv 5040	FKvsl 3613	GKv 5760	MKv 3910	SRFvg 5501
FCsl 2813	FKvsl 4113	GKv 5790	MKv 3913	SRFvg 5511
FCsl 2923	FKvsl 5410	GKv 6410	MRFec 3501	SRFvh 4001
FK 2640	FKvsl 5413	GKv 6460	MRFec 4001	SRFvh 4011
FK 2642	G 2313	GKvbs 5760	MRFec 3501	SRFvh 5501
FK 3640	G 3713	GKvesf 4145	MRFec 3511	SRFvg 5511
FK 3642	G 5216	GKvesf 5445	MRFec 4001	ST 1122
FK 4140	GCv 4010	HMFvh 4001	MRFec 4011	ST 1322
FK 4142	GCv 4060	HMFvh 4011	MRFec 5501	STE 1122
FK 5440	GG 2400	HMFvh 5501	MRFec 5511	STEm 852
FK 5442	GG 3800	HMFvh 5511	MRFvd 3501	STEm 872
FKBvsl 3640	GG 4010	JKv 6410	MRFvd 3511	STEs 752
FKDv 4203	GG 4060	JKv 6460	MRFvd 4001	STEs 772
FKDv 4211	GG 5210	LCexv 4010	MRFvd 4011	STm 1152
FKDv 4213	GG 5260	LCv 4010	MRFvd 5501	STm 1172
FKDv 4503	GG 5510	LGex 3410	MRFvd 5511	STm 952
FKDv 4513	GGPv 1440	LGPv 1420	MRFvg 3501	STm 972
FKDv 4523	GGPv 1470	LGPv 6520	MRFvg 3511	STs 1052
FKU 1800	GGPv 1490	LGPv 6527	MRFvg 4001	STs 1072
FKU 1803	GGPv 6520	LGPv 8420	MRFvg 4011	STs 852
FKU 1805	GGPv 6540	LGT 2325	RKv 1913	STs 872
FKUv 1610	GGPv 6570	LGT 3725	RKves 1913	SUFsg 5001
FKUv 1613	GGPv 6577	LGT 4725	RKves 4973	SUFsg 7001
FKUv 1660	GGPv 6590	LGUex 1500	SFKDv 8413	ZKes 453
FKUv 1663	GGU 1400	LGv 5010	SFT 1223	
FKv 503	GGU 1500	LKexv 1800	SGT 1122	
FKv 1800	GGU 1550	LKexv 2600	SGT 1322	
FKv 2640	GGUesf 1405	LKexv 3600	SGTEm 872	
FKv 2643	GGv 5010	LKexv 3910	SGTes 772	
FKv 3610	GGv 5060	LKexv 5400	SGTlow 1122	
FKv 3613	GGv 5810	LKPv 1420	SGTlow 1322	
FKv 3640	GGv 5860	LKPv 1423	SGTm 1152	
FKv 3643	GGvbs 5060	LKPv 6520	SGTm 1172	
FKv 4110	GKPv 1440	LKPv 6523	SGTm 952	
FKv 4113	GKPv 1470	LKPv 6527	SGTm 972	
FKv 4140	GKPv 1490	LKPv 8420	SGTs 1052	
FKv 4143	GKPv 6520	LKUexv 1610	SGTs 1072	

**Minimální požadované technické parametry
pro nákup laboratorních mrazniček pro oddělení MiÚ-1 kus
OKB-1ks**

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Účastníkem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	x	Merci s.r.o.	x
Výrobce	x	Liebherr	x
Typ/model	x	LGUex 1500 MediLine	x
Laboratorní mraznička	Ano	ANO	Podmínka
Materiál vnějšího pláště a dveří ocel	Ano	ANO	Podmínka
Materiál vnitřního pláště plast	Ano	ANO	Podmínka
Barva pláště vnějšího i vnitřního bílá	Ano	ANO	Podmínka
Min. počet zásuvek 4	Ano	ANO	Podmínka
Maximální půdorysné rozměry ŠxH (H-vč.odstupu od zdi) 60x61,5 cm	Ano	60,1 x 61,8 cm	Podmínka
Počet teplotních zón 1	Ano	ANO	Podmínka
Užitný objem mrazicí části min. 129L	Ano	ANO	Podmínka
Teplotní rozsah mrazicí části: -9°C až -26°C	Ano	ANO	Podmínka
Hlučnost max 45dB	Ano	ANO	Podmínka
Rozhraní pro monitoring teplot RS 485	Ano	ANO	Podmínka
Digitální vnější ukazatel teploty	Ano	ANO	Podmínka
Signalizace poruchy zvuková, optická	Ano	ANO	Podmínka
Alarm výpadku sítě	Ano	ANO	Podmínka
Statický systém chlazení	Ano	ANO	Podmínka
Teplotní stabilita a konzistence EN 60068-3	Ano	ANO	Podmínka
Teplotní časová odchylka od nastavené teploty v mrazíčkové části max 4°C	Ano	ANO	Podmínka
Systém odmrazování manuální	Ano	ANO	Podmínka
Napětí 220-240V	Ano	ANO	Podmínka
Samozavírací dveře se zámkem	Ano	ANO	Podmínka
Možnost záměny otevírání směru dveří	Ano	ANO	Podmínka
Vnitřní část musí být lehce dezinfikovatelná běžnými dezinfekčními prostředky	Ano	ANO	Podmínka
Prostup z výroby pro externí teplotní čidlo	Ano	ANO	Podmínka
Rozměry	Uveďte rozměry a to ve tvaru: v x š x d .	82 x 60,1 x 61,8 cm	Informativní
Hmotnost	Uveďte hmotnost	42 kg	Informativní
Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje a příslušenství ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední)	Ano	ANO	Podmínka
Dodávka na místo určení, instalace přístroje a instruktáž personálu součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka
Český návod součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka

Minimální požadované technické parametry
pro nákup laboratorních chladniček pro oddělení MiÚ- 3 kusy ,
OKH- 1ks, OKB - 1 ks

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	x	Merci	x
Výrobce	x	Liebherr	x
Typ/model	x	LKexv 3910	x
Univerzální laboratorní chladnička	Ano	ANO	Podmínka
Materiál vnějšího pláště a dveří ocel	Ano	ANO	Podmínka
Materiál vnitřního pláště plast	Ano	ANO	Podmínka
Barva pláště vnějšího i vnitřního bílá	Ano	ANO	Podmínka
Min. počet výškově nastavitelných polic 4 z 5	Ano	5 z 6	Podmínka
Maximální půdorysné rozměry ŠxH (H-vč. odstupu od zdi) 60x61,5 cm	Ano uveďte	60,1x61,8 cm	Podmínka
Počet teplotních zón 1	Ano	ANO	Podmínka
Užitný objem chladicí části min. 344L	Ano uveďte	344 l	Podmínka
Teplotní rozsah chladicí části: +3°C až +16°C	Ano uveďte	ANO, +3°C až +16°C	Podmínka
Hlučnost max 48dB	Ano uveďte	ANO, 48 dB(A)	Podmínka
Rozhraní pro monitoring teplot RS 485	Ano	ANO	Podmínka
Digitální vnější ukazatele teploty	Ano	ANO	Podmínka
Signalizace poruchy zvuková, optická	Ano	ANO	Podmínka
Alarm výpadku sítě	Ano	ANO	Podmínka
Dynamický systém chlazení cirkulujícím vzduchem poháněným ventilátorem.	Ano	ANO	Podmínka
Teplotní stabilita a konzistence EN 60068-3	Ano	ANO	Podmínka
Teplotní časová odchylka od nastavené teploty v chladničkové části 3,6°C	Ano	ANO	Podmínka
Systém odmrazování automatický	Ano	ANO	Podmínka
Napětí 220-240V	Ano	ANO	Podmínka
Frekvence 50Hz	Ano	ANO	Podmínka
Samozavírací dveře se zámkem	Ano	ANO	Podmínka
Možnost záměny otevírání směru dveří	Ano	ANO	Podmínka
Vnitřní část musí být lehce dezinfikovatelná běžnými dezinfekčními prostředky	Ano	ANO	Podmínka
Rozměry	Uveďte rozměry a to ve tvaru: v x š x d	184 x 60,1 x 61,8 cm	Informativní
Hmotnost	Uveďte hmotnost	68 kg	Informativní
Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje a příslušenství ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední)	Ano	ANO	Podmínka
Dodávka na místo určení, instalace přístroje a instruktáž personálu součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka
Prostup pro externí teplotní čidlo	Ano	ANO	Podmínka
Český návod součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka

**Minimální požadované technické parametry
pro nákup laboratorní kombinované chladničky s mrazničkou pro
oddělení ÚKIA - laboratoř - 1 kus**

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	x	Merci, s.r.o.	x
Výrobce	x	Liebherr	x
Typ/model	x	LCv 4010	x
Univerzální laboratorní kombinovaná chladnička s mrazničkou	Ano	ANO	Podmínka
Materiál vnějšího pláště a dveří ocel	Ano	ANO	Podmínka
Materiál vnitřního pláště plast	Ano	ANO	Podmínka
Barva pláště vnějšího i vnitřního bílá	Ano	ANO	Podmínka
Min. počet výškově nastavitelných polic chladicí části 4 z 5	Ano	ANO	Podmínka
Min. počet zásuvek v mrazicí části 3	Ano	ANO	Podmínka
Maximální půdorysné rozměry ŠxH (H-vč.odstupu od zdi) 60x61,5 cm	Ano uveďte	60,1 x 61,8 cm	Podmínka
Počet teplotních zón 2	Ano	ANO	Podmínka
Užitný objem chladicí části min. 240L	Ano uveďte	240 l	Podmínka
Teplotní rozsah chladicí části: +3°C až +16°C	Ano uveďte	+3°C až +16°C	Podmínka
Užitný objem mrazicí části min. 105L	Ano uveďte	105 l	Podmínka
Teplotní rozsah mrazicí části: -9°C až - 30°C	Ano uveďte	-9°C až -30°C	Podmínka
Hlučnost max 52dB	Ano uveďte	52 dB(A)	Podmínka
Rozhraní pro monitoring teplot RS 485	Ano	ANO	Podmínka
Digitální vnější ukazatele teploty	Ano	ANO	Podmínka
Signalizace poruchy zvuková, optická	Ano	ANO	Podmínka
Alarm výpadku sítě	Ano	ANO	Podmínka
Dynamický systém chlazení (v chladicí části) cirkulujícím vzduchem poháněným ventilátorem.	Ano	ANO	Podmínka
Statický systém chlazení (v mrazicí části)	Ano	ANO	Podmínka
Teplotní stabilita a konzistence EN 60068-3	Ano	ANO	Podmínka
Teplotní časová odchylka od nastavené teploty v chladničkové části 7,9°C	Ano	ANO	Podmínka
Teplotní časová odchylka od nastavené teploty v mrazničkové části 5,5°C	Ano	ANO	Podmínka
Systém odmrazování chladicí části automatický	Ano	ANO	Podmínka
Systém odmrazování mrazicí části manuální	Ano	ANO	Podmínka
Napětí 220-240V	Ano	ANO	Podmínka
Frekvence 50Hz	Ano	ANO	Podmínka
Samozavírací dveře se zámkem	Ano	ANO	Podmínka
Možnost záměny otevírání směru dveří	Ano	ANO	Podmínka
Vnitřní část musí být lehce dezinfikovatelná běžnými dezinfekčními prostředky	Ano	ANO	Podmínka
Rozměry	Uveďte	200,3 x 60,1 x 61,8 cm	Informativní

	rozměry a to ve tvaru: v x š x d .		
Hmotnost	Uveďte hmotnost	84 kg	Informativní
Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje a příslušenství ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední)	Ano	ANO	Podmínka
Dodávka na místo určení, instalace přístroje a instruktáž personálu součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka
Český návod součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka
Prostup pro externí teplotní čidlo v obou částech	Ano	ANO	Podmínka

Cenová nabídka: 2101NB00610/1

Číslo zakázky:

Číslo poptávky odběratele: **VŘ chlad a mraz**

Vytvořeno: 22.09.2021

Datum tisku: 22.09.2021

Platnost do: 31.10.2021

MERCY, s.r.o.

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

IČ 46966447

tel.: 548 428 411, fax: 548 211 485, www.merci.cz

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C., vložce 6817, 27.07.1992

Fakturační adresa:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pekařská 664/53

656 91 Brno

IČ: 00159816

DIČ: CZ00159816

Dodací adresa:

**Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Oddělení přístrojové techniky**

Pekařská 53, budova K2 4.p.

656 91 Brno

tel.: +420 543 183 287

DIČ: CZ00159816

Vaši nabídku zpracovává:

Odpovědný obchodník:

Kontakt :

Kontakt

Děkujeme za vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout následující položky:

S ohledem na probíhající pandemii COVID-19 kupující a prodávající sjednávají, že uvedená dodací lhůta je pouze orientační. Proto případné nedodržení dodací lhůty z důvodů spočívajících v pandemii COVID-19 a na ní navazujících opatření včetně případné karantény či onemocnění zaměstnanců a neschopnosti dodat předmět dodávky ze strany dodavatelů prodávajícího ze stejných důvodů, není porušením povinnosti prodávajícího (prodloužením s dodáním předmětu dodávky). Vzhledem k tomu při nedodržení dodací lhůty z důvodů uvedených v předchozí větě kupujícímu nevzniknou (nemohou vzniknout) vůči prodávajícímu žádné nároky či práva včetně práva na úhradu smluvní pokuty.

Pozice	Název zařízení	Objednací číslo	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1	Z1211020026515		LIEBHERR mraznička laboratorní LGUex 1500 není skladem, dodání cca 2-4 týdny záruka 24 měsíců splatnost faktury dle smlouvy 30 dnů od jejího doručení kupujícímu		601x618/820	2,000	ks	21	31 941,00	23 859,93	47 719,85
										-25,30 %	
2	Z1211020026514		LIEBHERR chladnička laboratorní LKexv 3910 není skladem, dodání cca 2-4 týdny záruka 24 měsíců splatnost faktury dle smlouvy 30 dnů od jejího doručení kupujícímu		600x615/1840	5,000	ks	21	46 490,00	34 728,03	173 640,15
										-25,30 %	
3	Z1211020021427		LIEBHERR chladnička kombinovaná laboratorní LCv 4010 není skladem, dodání cca 2-4 týdny záruka 24 měsíců splatnost faktury dle smlouvy 30 dnů od jejího doručení kupujícímu		600x615/2000	1,000	ks	21	52 191,00	38 986,68	38 986,68
										-25,30 %	
Součet za nezařazené položky			Cena celkem bez DPH:			260 346,68 Kč	Cena celkem s DPH:		315 019,48 Kč		

Celkový součet za celou sestavu

Celkem bez DPH: 260 346,68 Kč
DPH: 54 672,80 Kč
Celkem včetně DPH: 315 019,48 Kč

Cenová nabídka:	21O1NB00610/1
------------------------	----------------------

Číslo zakázky:

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.
Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.
Objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCİ, s.r.o. – viz. www.merci.cz.

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci

