

## Technické zadání – Defibrilátor (2 ks)

**Medicínský účel:** Pro zařízení Městská poliklinika Praha a pro Protialkoholní záchrannou stanicí Bulovka nakupujeme v rámci inovace zdravotnické techniky 2 ks defibrilátoru.

Parametr	Vyplní účastník výběrového řízení: ANO/NE/hodnota
<b>Technická specifikace zdravotnického prostředku</b>	
Přístroj bude nový, nerepasovaný.	ANO
Jednoduché, intuitivní ovládání. Snadná manipulace.	ANO
Automatický (AED) a manuální režim. Možnost přepínání mezi režimy.	ANO
Možnost rychlého převedení na typ AED se systémem “zavřených dveří“ (zůstanou pouze tlačítka pro zapnutí přístroje, analýzu rytmu a pro aplikaci výboje) – Pro méně zkušenou obsluhu.	ANO
Bifázický typ výboje o nastavitelné energii výboje 5J - 360 J v synchronním i asynchronním režimu. (manuální režim)	ANO, 2-360J
Nastavení energie výboje v minimálně 25 krocích v synchronním i asynchronním režimu. (manuální režim)	ANO, 25
Doba nabíjení na nejvyšší energii maximálně 10 s.	ANO, <10s.
Hmotnost přístroje maximálně 8 kg včetně defibrilačních pádel.	ANO, 6,5 kg
LCD displej s uhlopříčkou minimálně 5“.	ANO, 5“
Schopnost snímání EKG a zobrazení EKG křivky na displeji.	ANO
Přístroj bude mít interní tiskárnu pro tisk aktuálního EKG a tisk epizody z paměti přístroje.	ANO
Přístroj disponuje technologií pro monitoraci saturace periferní krve kyslíkem (SpO <sub>2</sub> ).	ANO
Napájení ze sítě (230 V/ 50 Hz). Možnost provozu na záložní baterii.	ANO
Při plném nabití baterie musí být přístroj schopen min. 140 defibrilačních impulsů o energii 360 J.	ANO, 140
Nabíjecí čas baterie maximálně 5 hodin.	ANO, <4hod
Odolnost proti prachu a vodě (minimálně IP44)	ANO, IP44
Provoz s pevnými defibrilačními pádly i s jednorázovými nalepovacími elektrodami.	ANO
<b>Příslušenství</b>	
Příslušenství pro snímání EKG součástí dodávky. (3-žilový kabel, elektrody).	ANO
Odpojitelná pevná defibrilační pádla.	ANO
Jednorázové externí nalepovací defibrilační elektrody součástí dodávky.	ANO
Kabel pro připojení externích nalepovacích defibrilačních elektrod.	ANO
Role papíru do tiskárny.	ANO

<b>Požadavky na instalaci, pravidelné prohlídky, servis a instruktáž obsluhy</b>	
Nabízený přístroj bude evidován jako zdravotnický prostředek v souladu s direktivou 93/42/EEC, zákonem 268/2014 Sb. a 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích.	<b>ANO</b>
Přístroj musí mít platné prohlášení o shodě a CE certifikát.	<b>ANO</b>
Záruka po dobu minimálně 24 měsíců.	<b>ANO</b>
Životnost minimálně 8 let.	<b>ANO</b>
Provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) a elektrických revizí po dobu záruky zdarma.	<b>ANO</b>
Rychlé vyřešení závad a servisu certifikovaným technikem po dobu záruky.	<b>ANO</b>
Zaškolení obsluhy při instalaci zdarma.	<b>ANO</b>
Pozáruční servis včetně zajištění náhradních dílů po dobu životnosti přístroje.	<b>ANO</b>
Dodání veškeré požadované dokumentace k přístroji (CE certifikát, prohlášení o shodě, protokol o zaškolení, návod v češtině).	<b>ANO</b>