

Kupní smlouva

Dräger Medical s.r.o.

se sídlem: Obchodní 124, 251 01 Čestlice
IČ: 26700760
DIČ: CZ26700760
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: [REDAKCE]
kontaktní osoba: [REDAKCE]
(dále jako „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
kontaktní údaje: [REDAKCE]
kontakt ve věcech soutěže: [REDAKCE]
[REDAKCE]
kontakt ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jako „**kupující**“)

spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“).

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě poptávkového řízení.

Účelem této smlouvy je zajištění nákupu níže uvedeného předmětu koupě a jeho plné provozuschopnosti prodávajícím, a zajištění oprav a náhradních dílů dle této smlouvy.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabytí vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: novorozenecký inkubátor C2000 (dále i jako „přístroj“ nebo „zboží“).
2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Nabídka č. MTV2028 ze dne 13. 8. 2021, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy je:

- *nákup zboží,*
 - *doprava zboží do místa plnění,*
 - *montáž zboží,*
 - *instalace zboží,*
 - *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
 - *provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,*
 - *instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži, a to v místě dodání,*
 - *vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále také „zákon in vitro“), nebo ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o zdravotnických prostředcích“),*
 - *předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,*
 - *záruční servis a pozáruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,*
 - *likvidace obalového materiálu,*
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.
5. Prodávající se touto smlouvou současně zavazuje, že v případech kdy se nejedná o záruční nebo pozáruční servis dle této smlouvy, zajistí za obvyklou cenu opravu a náhradní díly zboží po dobu jeho životnosti, tj. po dobu 120 měsíců od předání zboží, jejíž zejména cenové podmínky budou upraveny samostatnou smlouvou.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 252 700,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a cenou konečnou zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3, s výjimkou pozáručního servisu, jehož úhrada je upravena samostatně v čl. VI. této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle této smlouvy.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o DPH“), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu (faktury),
 - soupis příloh,
 - název projektu,- „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“
 - registrační číslo projektu.- č.j. KUUKú122505/2020

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III odst. 2 a 3 smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí licence na užívání software daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.
7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. V případě, že prodávající uvede v daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet, než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (přuvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího. V opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
9. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
10. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 60 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
11. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu kupujícího na příslušný účet prodávajícího.
12. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 56 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího jsou: [REDACTED]

2. Za předání zboží se považuje:
 - a. dodání zboží na adresu:
 - b. Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice - oddělení dětské
 - c. *montáž zboží a*
 - d. *instalace zboží a*
 - e. *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti a*
 - f. *provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí a*
 - g. *instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka OOKC kupujícího, včetně vystavení protokolu o instruktáži, a to v místě dodání a*

- h. *vystavení protokolu určenému zdravotnickému pracovníkovi, který opravňuje provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží ve smyslu § 61 odst. 2 zákona in vitro nebo ve smyslu § 41 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích,*
- i. *dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů, a*
- j. *v případě zboží, které je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření,*
- k. *likvidace obalového materiálu,*

3. Zvláštní požadavky:

- a. *je-li předmětem smlouvy i dodání licencí na užívání software, prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), případně na dodacím listu, k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží přesnou specifikaci SW – výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),*
- b. *kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží,*
- c. *protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není předání zboží považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.*

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. *Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.*
2. *Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. této smlouvy).*

V.

Záruka za jakost

1. *Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:*
 - a. *nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyloučily jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),*
 - b. *nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat*

- veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
 3. Záruční doba na zboží je **24** (slovy: *dvacetčtyři*) měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vyřčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
 4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
 5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží (dle § 64 a násl. zákona in vitro, nebo dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
 6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti se servisem zboží.
 7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vyřčení vady musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na kontaktní údaje prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDAKCE]
 8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 48 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.
 9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 5 kalendářní dny Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7 tohoto článku.
 10. Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné vady zboží odstranit na místě do lhůty uvedené v odstavci 9 tohoto článku, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace, náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží podle této smlouvy, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
 11. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
 12. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nového zboží počne záruční doba běžet od počátku.
 13. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující. Poskytnutí delší lhůty na odstranění vady nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 10 tohoto článku.

14. Prodávající se též zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 - sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 65 zákona in vitro nebo dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích
 - revize dle § 67 zákona in vitro nebo dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.

Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.

15. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je pracovník OOKC kupujícího. Ze strany prodávajícího bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC kupujícího.

VI.

Pozáruční servis

1. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis zboží. Pozáruční servis bude poskytován po dobu 96 (slovy: devadesátšest) měsíců ode dne uplynutí záruční doby uvedené v čl. V. této smlouvy.
2. Pozáruční servis zahrnuje:
- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 - sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 65 zákona in vitro nebo dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 67 zákona in vitro nebo dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.

Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.

3. Za poskytování pozáručního servisu se kupující zavazuje zaplatit celkovou částku 71 616,00 Kč bez DPH, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně v ročních platbách na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy k prvnímu dni následujícího měsíce/čtvrtletí/roku. Výše měsíční/čtvrtletní/roční platby bude vždy zahrnovat úplatu za činnosti pozáručního servisu poskytnuté v předcházejícím kalendářním období. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol (příp. protokoly) o provedení pozáručního servisu podepsaný oběma smluvními stranami. Na vyúčtování pozáručního servisu se přiměřeně použijí ustanovení uvedená v čl. II. této smlouvy. Úplata za pozáruční servis zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.
4. Kupující je oprávněn vypovědět ustanovení tohoto článku, a to bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

VII.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2

- % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9 smlouvy a nebude poskytnuto náhradní zboží ve lhůtě dle čl. V. odst. 10 smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nedodaného náhradního zboží bez DPH za každý kalendářní den až do řádného odstranění vad zboží.
 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, ve kterém na ni vznikl nárok.

VIII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

IX.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.

X.

Závěrečná ustanovení


1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Proávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným

a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
7. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
8. Tato smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu této smlouvy po jednom vyhotovení.
9. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentací. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Nabídka č. MTV2028

Příloha č. 2 – Rozklad ceny





Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 1365/18
412 01 Litoměřice

Nabídka číslo: MTV2028

V Čestlicích dne 13.8.2021

Vážení obchodní přátelé,

jménem dceřiné společnosti firmy DRÄGER si Vám dovoluujeme předložit nabídku s níže uvedenými obchodními podmínkami :

CENA podle přiložené specifikace,
včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

TERMÍN DODÁNÍ 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy
DODACÍ PODMÍNKY fco příjemce, včetně balení a pojištění
PLATEBNÍ PODMÍNKY splatnost 30 dnů
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 24 měsíců

Nabídka je platná 1 měsíc od data jejího vystavení. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou je vyloučeno ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

SERVIS záruční a pozáruční servis provádí firma
Dräger Medical s. r.o.
Obchodní 124, Čestlice

Doufáme, že tato nabídka odpovídá Vaším představám, a těšíme se na Vaši případnou objednávku.

S přátelským pozdravem

Souhrn nabízených přístrojů

Přístroj	počet ks	Cena
Isolette C2000 vč. fototerapie BiliLux	1	252 700
Cena celkem bez DPH		252 700 Kč
Výše DPH 21%		53 067 Kč
Konečná cena včetně DPH		305 767 Kč

Nabízená cena a konfigurace je platná pouze pro tento obchodní případ.



Inkubátor **Isolette C 2000** je nejlepším prostředím pro péči o nejmenší nedonošené novorozence. Vyspělá elektronická regulace a monitorování teploty, vlhkosti a koncentrace kyslíku. Ovládací panel Isolette, s přehledným EL displejem, kontroluje všechny funkce inkubátoru včetně váhy, je-li instalována.

Unikátní obousměrné proudění, aktivně ohřívající stěny víka inkubátoru a redukující tepelné ztráty vzniklé vyzařováním, a to dokonce více než konvenční víka s dvojitou stěnou. To zároveň umožňuje použít i vysokou relativní vlhkost bez ztráty viditelnosti do inkubátoru.

Modulární struktura **Isolette** dává uživatelům možnost volby konfigurace inkubátoru, pro plné uspokojení jejich požadavků. Veškerá rozšíření parametrů lze provést i kdykoli dodatečně.

Dostatečný prostor v případě požadavku na společné umístění dvojčat, se zobrazením kožní teploty obou novorozenců na displeji inkubátoru. Odklápěcí přední a zadní vstupní panel umožňuje týmový přístup k novorozenci. Elektronický kontrolní systém rozpozná otevření vstupních panelů a automaticky zvýší výkon topení a rychlost proudění pro minimalizování tepelných ztrát.

Technická data

- obdélníkový půdorys a dvojitě stěny
- integrovanou skříň
- hlučnost inkubátoru je nižší než 47 dB
- přehledný ovládací panel se samostatným zobrazením nastavených a měřených hodnot s velkými číslicemi
- režim automatické regulace dle teploty vzduchu, dle kožní teploty novorozence
- servořízení zvlhčení včetně měření vlhkosti
- servořízení O₂ včetně měření koncentrace
- otevírání velkého vstupního čelního i zadního panelu
- alarmové světlo na víku
- držák na RTG kazetu
- univerzální závěsný systém pro příslušenství
- plynulé oboustranné mechanické polohování matrace z vnější čelní strany
- úplná viditelnost skrze víko inkubátoru, bez rohů omezujících, snižujících viditelnost
- možná kontrola znečištění filtru bez nutnosti demontáže krytu
- snadná dezinfekce kompletního systému zvlhčování včetně interních částí
- jednoduchá obsluha, snadné a intuitivní ovládání

Rozměry

Výška	132,4-152,4 cm
Šířka	104 cm
Hloubka	75 cm
Váha	93 kg

Kontrola klimatu

Vlhkost	30-99 %
Teplota vzduchu	20-39 °C
Teplota kůže	34-38 °C
Kyslík	21-99obj.%

24 hodinové trendy

Teplota vzduchu
Teplota kůže
Zvlhčování
Koncentrace O ₂
Udržování teploty
Váha po dobu 7 dnů

Inkubátor Isolette C2000 vč. fototerapie BiliLux

Název výrobku	Objednací číslo	Počet ks
Základní přístroj		
Isolette C 2000	OPC4009	1
Verze přístroje		
6 možných vstupů	OPC4003	1
Servoregulace kyslíku	OPC4059	
Servoregulace vlhkosti	OPC4006	1
Podvozek s integrovanou skříňkou	OPC4141	1
Fototerapie		
BiliLux	OPC4192	1
Celková cena nabízené konfigurace bez DPH	252 700 Kč	

BiliLux je kompaktní a lehký fototerapeutický LED systém k léčbě novorozenecké žloutenky. Poskytuje vynikající fototerapeutický výkon, individualizovanou léčbu s možností elektronické dokumentace a flexibilitu pro bezproblémové začlenění do prakticky každého pracoviště.



Výhody přístroje:

- Rovnoměrné a široké rozložení intenzity ozáření.
- Špičkový výkon v rozmezí vlnových délek: 460 až 490 nm.
- Nabízí skvělou kombinaci pro každé pracoviště.
- Nehlučná a nenarušuje tak tiché a konejšivé prostředí pro dítě, rodiče i pečovatele.
- Navržena s důrazem na snadné a rychlé čištění.
- Volitelný radiometr zajišťuje okamžité měření záření. Pomocí radiometru je možné zajistit správnou polohu dítěte pod fototerapeutickou lampu a adekvátní ozáření dítěte.

Příloha č. 2 – Rozklad ceny

Inkubátor Isolette C2000 vč. fototerapie BiliLux

Název výrobku	Objednací číslo	Počet ks
Základní přístroj		
Isolette C 2000	OPC4009	1
Verze přístroje		
6 možných vstupů	OPC4003	1
Servoregulace kyslíku	OPC4059	
Servoregulace vlhkosti	OPC4006	1
Podvozek s integrovanou skříňkou	OPC4141	1
Fototerapie		
BiliLux	OPC4192	1
Celková cena bez DPH		252 700 Kč

Isolette C2000 – Pozáruční servis

	Název	Cena bez DPH
1x ročně:	PBTK dle zákona 268/2014Sb. a návodu výrobce	8 952 Kč
		8 952 Kč

celkem za 96 měsíců

PBTK dle zákona 268/2014Sb. a návodu výrobce	71 616 Kč
71 616 Kč	

Technická specifikace Inkubátor

Popis:

Inkubátor určený pro Dětské oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o. z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ksInkubátor včetně fototerapeutické jednotky

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Inkubátor pro základní a intermediární péči o novorozence
- Inkubátor s obdélníkovým půdorysem
- Úplná viditelnost do víka inkubátoru ze všech úhlů, bez rohů a stěn s omezenou / sníženou viditelností
- Centrální a integrovaný LCD displej v těle inkubátoru s ovládáním a zobrazováním všech aktuálních i nastavených hodnot (teplota, koncentrace kyslíku a vlhkosti) včetně zobrazení trendů po dobu min. 24 hodin
- Regulace teploty vzduchu, obsah O₂ a vlhkosti vzduchu
- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí
- Vyhřívání do 39 °C v režimu inkubátoru min. 23-39 °C.
- Nastavení maximální vlhkosti vzduchu na minimálně 30-95 %
- Vzduchový filtr
- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát nebo manuální spuštění zvýšeného proudění vzduchu před otevřením dvířek / bočnic
- Přístup k novorozenci minimálně ze tří stran inkubátoru
- Inkubátor musí mít minimálně 6 otvorů pro ruce a minimálně 4 vstupy pro kabely a hadice
- Vyklopení podélných bočnic na obou stranách
- Držák ventilačních hadic
- Zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití
- Nízká provozní hluchost přístroje maximálně 47 dB při plném provozním zatížení – při nespuštěném servosystému regulace kyslíku
- Lůžko novorozence plynule polohovatelné z vnějšku přístroje, nastavení sklonu do minimálně $\pm 12^\circ$
- Akustické a optické alarmy
 - Teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká)
 - Koncentrace O₂ (nízká/vysoká)

- Relativní vlhkost (nízká)
- Technické, provozní alarmy

- Pojízdny podvozek s úložným prostorem a brzditelnými velkými kolečky
- Vysouvací matrace
- Dvojitě stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem nebo jiná technologie zajišťující minimální teplotní ztráty
- Záznamy trendů – délka minimálně 24 hodin
- Příslušenství ke každému kusu:
 - Minimálně 10ks filtrů na vzduch
 - Nádobka na vodu o objemu minimálně 1000 ml
- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů
- Rampa s policí pro doplňkové přístroje
- Snadná údržba a čištění
- Rychlost proudění vzduchu maximálně 10 cm/s
- Kompletní příslušenství k napojení inkubátoru na centrální rozvod kyslíku
- Univerzální úchytný systém pro příslušenství (eurolišta)
- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití
- Součástí inkubátoru je výkonná fototerapeutická jednotka umístitelná na kryt inkubátoru:
 - Ekonomický provoz světelného zdroje – technologie LED – modré světlo.
 - Špičkový výkon v rozmezí vlnových délek: 460 až 490 nm.
 - Výkon lampy min. 50,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ při vzdálenosti 40 cm od světelného zdroje.
 - Rovnoměrné a široké rozložení intenzity ozáření.
 - Účinná plocha povrchu při vzdálenosti 40 cm od zdroje min. 30 x 50 cm.
 - Životnost a účinnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin provozu, při zachování deklarovaných parametrů.
 - Integrovaný čítač hodin expozice pacienta, čítač provozních hodin.
 - Nízká úroveň hluku při běžném provozu max. 20 dB.
 - Hmotnost max. 1,5 kg.

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této **Příloze - Technická specifikace**:

V Čestlicích dne 25. 8. 2021

Za společnost

Dräger Medical s.r.o.

Osoba oprávněná jednat za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)



Inkubátor Isolette C2000

Technický popis

- Inkubátor pro základní a intermediární péči o novorozence.
- Inkubátor s obdélníkovým půdorysem.
- Úplná viditelnost do víka inkubátoru ze všech úhlů, bez rohů a stěn s omezenou / sníženou viditelností.
- Centrální a integrovaný LCD displej v těle inkubátoru s ovládáním a zobrazováním všech aktuálních i nastavených hodnot (teplota, koncentrace kyslíku a vlhkosti) včetně zobrazení trendů po dobu 24 hodin.
- Regulace teploty vzduchu, obsah O₂ a vlhkosti vzduchu.
- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí.
- Vyhřívání do 39 °C v režimu inkubátoru v rozmezí 20-39 °C.
- Nastavení maximální vlhkosti vzduchu v rozmezí 30-95 %.
- Vzduchový filtr.
- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát.
- Přístup k novorozenci ze čtyř stran inkubátoru.
- Inkubátor má 6 otvorů pro ruce a 10 vstupů pro kabely a hadice.
- Vyklopení podélných bočnic na obou stranách.
- Držák ventilačních hadic.
- Zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití.
- Nízká provozní hluchost přístroje maximálně 47 dB při plném provozním zatížení – při nespouštěném servosystému regulace kyslíku.
- Lůžko novorozence plynule polohovatelné z vnějšku přístroje, nastavení sklonu do $\pm 12^\circ$.
- Akustické a optické alarmy:
 - Teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká).
 - Koncentrace O₂ (nízká/vysoká).
 - Relativní vlhkost (nízká).
 - Technické, provozní alarmy.
- Pojízdny podvozek s úložným prostorem a brzditelnými velkými kolečky.
- Vysouvací matrace.
- Dvojitě stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem.
- Záznamy trendů – délka 24 hodin.
- Příslušenství ke každému kusu:
 - 10 ks filtrů na vzduch.
 - Nádobka na vodu o objemu 1 000 ml.
- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů.
- Rampa s policí pro doplňkové přístroje.
- Snadná údržba a čištění.
- Rychlost proudění vzduchu maximálně 10 cm/s.
- Kompletní příslušenství k napojení inkubátoru na centrální rozvod kyslíku.
- Univerzální úchytný systém pro příslušenství (eurolišta).
- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití.

- Součástí inkubátoru je výkonná fototerapeutická jednotka umístitelná na kryt inkubátoru:
 - Ekonomický provoz světelného zdroje – technologie LED – modré světlo.
 - Špičkový výkon v rozmezí vlnových délek: 460 až 490 nm.
 - Výkon lampy > 50,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ při vzdálenosti 40 cm od světelného zdroje.
 - Rovnoměrné a široké rozložení intenzity ozáření.
 - Účinná plocha povrchu při vzdálenosti 40 cm od zdroje 30 x 50 cm.
 - Životnost a účinnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin provozu, při zachování deklarovaných parametrů.
 - Integrovaný čítač hodin expozice pacienta, čítač provozních hodin.
 - Nízká úroveň hluku při běžném provozu max. 20 dB.
 - Hmotnost 1,2 kg.