

Příloha č. 3 Technická specifikace

Laboratorní drtič velkých částic. Zařízení by mělo splňovat minimálně tyto parametry:

Parametr	Požadavek
Počet pracovních pozic	1
Velikost vstupního zrna	> 200 mm
Konečná jemnost	< 60 mm
Materiál drticích čelistí	kalená nástrojová ocel min tvrdosti 55±2 HRC
Pracovní princip	pohyblivá čelist
Pohon	třífázový motor
Výkon motoru	> 6 kW
Drticí proces	suchý
Programovatelný	NE
Nastavitelný počet otáček	NE
Nastavitelná doba drcení	NE
Nastavení rozsahu štěrbin	ANO
Zpětný chod	ANO
Možnost připojení průmyslového vysavače	ANO
Násypka	rychloupínací mechanismus
Sběrná nádoba	ANO
Bezpečnostní pojistka	ochrana při přehřátí motoru – tepelná pojistka

