

Dodávatel:

LINET spol. s r.o.

Želečnice 5

274 01 SLANÝ | CZ

IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zakázka: 20025670
Objednávka zákazníka: PU 57/11/21

Zákazník:

MMN, a.s.

Metyšova 465

514 01 Jilemnice | CZ

IČ: 05421888 | DIČ: CZ05421888

Příjemce / cílová adresa:

MMN, a.s.

Metyšova 465

514 01 Jilemnice | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 9.11.2021

Způsob platby: bankovním převodem

Platební podmínka: Do 14 dní

Penále: 0,05%

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT

Způsob odběru: Jilemnice, Semily

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH		Celkem netto
						Stava	Před stavou	
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín					Celkem brutto
10	1GTP05527-218	Eleganza 1	2 KS		15%			
		CHIRURGIE JILEMNICE	21.12.2021					
		Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, sjezdový díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná RU:CZ Regionální provedení: Česko. Základní vlastnosti MO:P Základní model: Eleganza 1 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozok CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečka BR:10 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:01 Typ podvozku: Standard UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku Postranice a čela SR:55 Postranice: Jednodílné spustitelné lakované postranice s ovládacím mechanismem shora AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu MI:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1 CD:B9 Barva dekoř: POLYREY F053 Fleur d'Anis CD:00 Barva dekoř: Lůžko bez masivu Ochranné prvky a držáky BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svíslá ochranná kolečka: Bez svíslých ochranných koleček LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektoru) Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovitá napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz PL:01 Síť kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:31 Zdvíhové jednotky: Lineární motor						

Zakázka: 20025670
 Objednávka zákazníka: PU 57/11/21

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sazba	DPH	Celkem brutto
		PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:00 Akumulátor: Bez akumulátoru NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED:svítilnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: Linat LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1_PB43redesign					
20	4PCD21100AS	Matrace pasivní PrimaCare 10	10 KS 21.12.2021				
		Matrace pasivní PrimaCare 10 Antidekubitní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelské péči. PUR pěna, prořezá na horní straně + voděodolný, páropropustný potah s 180° zipem. Nosnost 200kg rozměry - 200x80x14 - LA,I3,E1,P manuál - CZ, EN, DE, ES					
30	11011430B0000	hrazda napřimovací,EN60601-2-52, lakováno,RAL9002	20 KS				
		Rozvržení: 21.12.2021 10 KS 21.12.2021 10 KS hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9002					
40	4ROTGERSG700-2	plastová rukojeť	20 KS				
		Rozvržení: 21.12.2021 10 KS 21.12.2021 10 KS rukojeť plastová provedení, - plastový triangel - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka					
50	4PV17744500L	stojan infúzní	2 KS 21.12.2021				
		CHIRURGIE JILEMNICE Teleskopický infusní stojan - umístění do plastového pouzdra lůžka (plastový adapter) - chromovaný - 4 plastové háčky *kompatibilní s lůžky Galma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latéra, Tom2, all Eleganza Smart					
60	1GTP5527-400	Eleganza 1	5 KS 21.12.2021				
		INTERNA JILEMNICE Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná					

Zakázka: 20025670
 Objednávka zákazníka: PU 57/11/21

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto	
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Stava	Přesl. stavu	Celkem brutto	
		RU:CZ Regionální provedení: Česko Základní vlastnosti MO:P Základní model: Eleganza 1 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozek CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečko BR:10 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:01 Typ podvozku: Standard UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku Postranice a čela SR:55 Postranice: Jednodílné spustitelné lakované postranice s ovládacím mechanismem shora AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů XT:01 Proloužení ložné plochy: Proloužení ložné plochy BF:24 Fixace čela: Čela s bezpečnostním zámkem BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čela, design E1 CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 - světle modrá CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivů Ochranné prvky a držáky BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny AF:01 Držáky příslušenství: Pár postranních listů na příslušenství, standardní délka OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektorů) Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz PL:01 Síť, kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:31 Zdvíhací jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Pohotovostní a stehenní dílu elektrickým motorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:00 Akumulátor: Bez akumulátorů NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvícení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmů Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopř. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelit: Facelit 2018/1_PB43redesign						
70	1GTP5527-401	Eleganza 1	3 KS					
		NEUROLOGIE JILEMNICE	21.12.2021					
		Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl Mechanické nastavení: lýtový díl Ložná plocha: 4 dílná RU:CZ Regionální provedení: Česko Základní vlastnosti MO:P Základní model: Eleganza 1 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozek CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečko BR:10 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů						

Zakázka: 20025670
 Objednávka zákazníka: PU 57/11/21

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
							Celkem brutto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				
	UN:01	Typ podvozku: Standard					
	UC:00	Kryt podvozku: Bez krytu podvozku					
		Postranice a čela					
	SR:55	Postranice: Jednodílné spustitelné lakované postranice s ovládacím mechanismem shora					
	AI:00	Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu					
	MH:00	Vstávací madla: Bez mobilizačního madla					
	SP:00	Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů					
	XT:01	Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy					
	BF:24	Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem					
	BE:27	Čela: Plastové odtímatelné čelo, design E1					
	CD:88	Barva dekoru: POLYREY T106 Tangerine					
	CD2:00	Barva dekoru: LŮŽKOBEZ masivu					
		Ochranné prvky a držáky					
	BP:02	Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka					
	BV:00	Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček					
	LS:00	Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny					
	AH:01	Držáky příslušenství: Párpostranních lišt na příslušenství, standardní délka					
	OH:01	Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektorů)					
		Elektrická zařízení a komunikace					
	VO:01	Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz					
	PL:01	SK.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)					
	PE:05	Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem					
	LI:31	Zdvhové jednotky: Lineární motor					
	PA:02	Pohon ložné plochy: Polohování zářového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odčokování zářového dílu					
	AC:00	Akumulátor: Bez akumulátoru					
	NC:16	Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo					
	HC:17	Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlinou bez podsvícené klávesnice					
	NA:00	Nursé Call: Bez Nursé Call					
	OC:00	Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů					
	NL:00	Podsvětlení: Bez podsvícení					
	AL:00	Alarmy: Bez alarmu					
		Další vlastnosti					
	JP:01	Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola					
	LY:01	Layout návodu: Linet					
	LA:02	Jazyk návodu: Čeština					
	LB1:00	Šítky: Standard					
	PG:01	Balení: Standard					
	A1:00	Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství					
	AW:00	Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka					
	FL:06	Facelift: Facelift 2018/1_PB43redesign					
80	16010700B0000	Držák na infuze se 3 háčky	3 KS				
		NEUROLOGIE JILEMNICE	21.12.2021				
		Držák na infuze se 3 háčky					
90	1GTP4827-228	Eleganza 1	1 KS				
		ORTOPEDIE SEMILY	21.12.2021				
		Základní lůžko					
		Elektrické nastavení: výškové nastavení, zářový díl, stehenní díl					
		Mechanické nastavení: lýtčkový díl					
		Ložná plocha: 4 dílná					
		RÚ:CZ Regionální provedení: Česko					
		Základní vlastnosti					
		MO:P Základní model: Eleganza 1					
		BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry					
		CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení					
		XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení					
		CM:01 Barvy kov: RAL9002.EA6542					
		BA:23 Kryty ložné plochy: Odtímatelné plastové kryty ložné plochy					
		Kolečka, brzdy a podvozek					
		CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečko					
		BR:10 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části					
		FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů					
		UN:01 Typ podvozku: Standard					
		UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku					
		Postranice a čela					
		SR:48 Postranice: Dělené plastové postranice se Soft-Drop funkcí					
		AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu					
		MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla					
		SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů					

Zakázka: 20025670
 Objednávka zákazníka: PU 57/11/21

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto	
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Stavba	Přidání stavby	Celkem brutto	
		XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostními zámkem BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čela, design E1 CD:A9 Barva dekoru: POLYREY A014 akvamarínová CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu Ochranné prvky a držáky BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny AH:28 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství (u hlavové části) + pár háčků na sáček na moč (u nožní části) OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektorů) Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz PL:01 Síť. kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu AC:00 Akumulátor: Bez akumulátoru NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardioflexo HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvícení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: Lineí LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1_PB43redesign						
100	4PPE21100AS	Pasivní matrace PrimaCare 20, 200x86x14	10 KS					
			21.12.2021					
		MO:TE Základní model: PrimaCare 20 BD:T2 Vnější rozměry: 200x86x14 DE:T1 Varianta produktu: Matrace CC:T1 Kosené rohy, výřezy: Obdélník JS:T0 Fixační pomůcky: Bez fixace FRS:T0 Protipožární vložka: Bez vložky LA:0A Jazyk návodu na použití: CZ, EN, DE, ES PG:SP Balení: Standard HA Madla:						
110	1100590KBGTA	Protector - E1 hospital (RAL 9002)	10 KS					
			21.12.2021					
		- Pár kovových lakovaných protektorů - Určeno pro lůžka Eleganza 1 a Latera - RAL 9002						
120	1GTP4827-18	Eleganza 1	2 KS					
		NRP SEMILY	21.12.2021					
		Základní lůžko Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl Mechanické nastavení: lýtkový díl Ložná plocha: 4 dílná RU:CZ Regionální provedení: Česko Základní vlastnosti MO:P Základní model: Eleganza 1 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Kolečka, brzdy a podvozek CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečko						

Zakázka: 20025670
 Objednávka zákazníka: PU 57/11/21

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem	
							Dodací termín	netto
	Zákaznický kód	Popis						
	BR:10	Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části						
	FC:00	Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů						
	UN:01	Typ podvozku: Standard						
	UC:00	Kryt podvozku: Bez krytu podvozku						
	SR:48	Postranice a čela						
	AI:00	Postranice: Dělené plastové postranice se Soft-Drop funkcí						
	MI:00	Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu						
	SP:00	Vstávací madla: Bez mobilizačního madla						
	XT:01	Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů						
	BF:24	Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy						
	BE:27	Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem						
	CD:BB	Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1						
	CD2:00	Barva dekoru: POLYREY T106 Tangerine						
		Ochranné prvky a držáky						
	BP:02	Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka						
	BV:00	Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček						
	LS:00	Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny						
	AH:28	Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství (u hlavové části) + pár háčků na sáček na moč (u nožní části)						
	OH:01	Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektorů)						
		Elektrická zařízení a komunikace						
	VO:01	Jmenovitá napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz						
	VL:01	Šití kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)						
	PE:05	Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem						
	LJ:31	Zdvihové jednotky: Lineární motor						
	PA:02	Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu						
	AC:00	Akumulátor: Bez akumulátoru						
	NC:16	Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo						
	HC:17	Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou bez podsvícené klávesnice						
	NA:00	Nurse Call: Bez Nursa Call						
	OC:00	Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů						
	NL:00	Podsvícení: Bez podsvícení						
	AL:00	Alarmy: Bez alarmu						
		Další vlastnosti						
	JP:01	Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola						
	LY:01	Layout návodu: Linet						
	LA:02	Jazyk návodu: Čeština						
	LB1:00	Štítky: Standard						
	PG:01	Balení: Standard						
	A1:00	Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství						
	AW:00	Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka						
	FL:06	Facelift: Facelift 2018/1_PB43redesign						
130	1GTP4827-17	Eleganza 1						
	NUP SEMILY							
		Základní lůžko						
		Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl						
		Mechanické nastavení: lýtkový díl						
		Ložná plocha: 4 dílná						
		RU:CZ Regionální provedení: Česko						
		Základní vlastnosti						
		MO:P Základní model: Eleganza 1						
		BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry						
		CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení						
		XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení						
		CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542						
		BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy						
		Kolečka, brzdy a podvozek						
		CA:66 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 125 mm, antistatické kolečko						
		BR:10 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části						
		FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů						
		UN:01 Typ podvozku: Standard						
		UC:00 Kryt podvozku: Bez krytu podvozku						
		Postranice a čela						
		SR:48 Postranice: Dělené plastové postranice se Soft-Drop funkcí						
		AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu						
		MI:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla						
		SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů						
		XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy						
		BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem						
		BE:27 Čela: Plastové odnímatelné čelo, design E1						

7 KS.
21.12.2021

Zakázka: 20025670
 Objednávka zákazníka: PU 57/11/21

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Služba	Přísl. sazba	Celkem brutto
		CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu Ochranné prvky a držáky BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny AH:28 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství (u hlavové části) + pár háčků na seděch na moč (u nožní části) OH:01 Ostatní držáky: 4 pouzdra, 2 v hlavové a 2 v nožní části (nutné při výběru protektorů) Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zářadového a stěhenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zářadového dílu AC:00 Akumulátor: Bez akumulátoru NC:16 Sesterský ovladač: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou bez podsvícené klávesnice NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů NL:00 Podsvícení: Bez podsvícení AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LY:01 Layout návodu: LInet LA:02 Jazyk návodu: Čeština LB1:00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopř. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka FL:06 Facelift: Facelift 2018/1_PB43redesign					
140	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS				21.12.2021
150	VS045	Služby servisu instalace	1 KS				21.12.2021
160	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS				21.12.2021
		Uživatelské / servisní školení					
170	VP013	Prodloužená garance	1 KS				21.12.2021
180	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS				21.12.2021
190	VS045	Služby servisu instalace	1 KS				21.12.2021
200	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS				21.12.2021
		Uživatelské / servisní školení					

SOUHRN

Celkem netto		810 014,50
Výstupní DPH	15,000 %	115 669,05
Výstupní DPH	21,000 %	8 166,38
Celkem brutto		933 849,93

Zakázka: 20025670
Objednávka zákazníka: PU 57/11/21



OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MŠ Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 36 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

