

Formulář technických specifikací dodávky pro: T- 3605 – přístroj pro lymfodrenáž– nemocnice Cheb

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21
IČ: 70891168

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
T-3605_Přístroj pro lymfodrenáž	1ks	
<p style="text-align: center;">V rámci veřejné zakázky bude soutěžen T-3605_Přístroj pro lymfodrenáž, Rehabilitace – 1 ks nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN,a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.</p>		
T-3605_Přístroj pro lymfodrenáž - PNEUVEN MEDI 8.14		PNEUVEN MEDI 8.14
EKOVIK MEDI, s.r.o., Na Maninách 1590/29, 17000 Praha, IČO: 28609638, DIČ:CZ28609638		
Technické požadavky:		
Přístrojová lymfodrenáž je účinná moderní šetrná terapie mízního systému. Zároveň je vyhledávaná i pro své relaxační a kosmetické účinky.		Podrobnosti viz TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS
<ul style="list-style-type: none"> Barevný dotykový displej minimálně 5,5'' s přednastavenými programy pro rehabilitaci a lymfologii 	Ano 5,5	Ano 5,5
<ul style="list-style-type: none"> Paměť pro více jak 100 uživatelských programů 	Ano 100	Ano 120
<ul style="list-style-type: none"> Ovládání přístroje v českém jazyce 	Ano	Ano
<ul style="list-style-type: none"> Vestavěná databáze s medicínskými a estetickými protokoly 	Ano	Ano
<ul style="list-style-type: none"> Přednastavená sekvence programů 	Ano	Ano
<ul style="list-style-type: none"> Nastavení individuálních terapií dle potřeb klienta 	Ano	Ano

Formulář technických specifikací dodávky pro: T- 3605 – přístroj pro lymfodrenáž– nemocnice Cheb

Název zadavatele: Karlovarský kraj
 Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21
 IČ: 70891168

<ul style="list-style-type: none"> • Aktuálně pracující komora viditelná na displeji 	Ano	Ano
<ul style="list-style-type: none"> • Automatické vyfukování aplikátorů • Autodetekce aplikátorů • Jednoduché manipulace s aplikátory • Aplikátory na klasický pevný (nikoliv suchý) zip 	Ano Ano Ano Ano	Ano Ano Ano Ano
<ul style="list-style-type: none"> • Plynulé nastavení tlakového gradientu 0 – 100% • Samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru 	Ano Ano	Ano Ano
<ul style="list-style-type: none"> • Individuálního odpojení jednotlivých komor • Nastavení tlaku 30 –150 mmHg 	Ano Ano 30 –150 mmHg	Ano Ano 30 –150 mmHg
<ul style="list-style-type: none"> • Jeden centrální konektor pro snadnou výměnu aplikátorů (bez nutnosti připojování jednotlivých hadiček při záměně aplikátoru) • Profi stolek (přístroj musí být napevno přišroubovaný ke stolku) 	Ano Ano	Ano Profi stolek není součástí balení

Formulář technických specifikací dodávky pro: T- 3605 – přístroj pro lymfodrenáž– nemocnice Cheb

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21
IČ: 70891168

<ul style="list-style-type: none">• Aplikátor ruka s ramenem s minimálně 8 komorami	ano	ano
<ul style="list-style-type: none">• Aplikátor kalhoty – minimálně 24 komor s tvarovanou špičkou (v oblasti kotníku)	ano	ano
Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu	Ano	Ano

**Dodavatel uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*



V Praze dne 4.12.2019 Za dodavatele: ing. Tomáš Bohrn, jednatel