

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA 042212039

Dodavatel: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Letohradská 369/3
170 00 Praha

IČ : 63983524

DIČ : CZ63983524

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 40068

Variabilní symbol: 042212039

Objednávka : 215965

Pen. ústav :

Příjemce :



IČ :

SEPARA

DIČ :

Odběratel : Centrum kardiovaskulární a
transplantační chirurgie Brno
Pekařská 664/53
602 00 Brno

Místo určení : Centrum kardiovaskulární a transplantační
chirurgie Brno
Pekařská 664/53
602 00 Brno

IČ : 00209775

DIČ : CZ00209775

IČ : 00209775

DIČ : CZ00209775

Datum splatnosti : 31.12.2021
Datum vystavení daňového dokladu : 17.12.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 17.12.2021

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky :
Způsob dopravy : AMI
Zakázka : SS006

řádek	Označení	Popis dodávky	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
č.	Množství	MJ J. cena bez DPH			

Service list: SL-6239/2021

Model: HAMILTON-G5, SČ: 10528

1	159215	G5 POWER MANAGEMENT SYSTEMS			
	1,00	89 152,00	89 152,00	21	107 873,92
			89 152,00		107 873,92
			89 152,00		107 873,92

QR Platba



Fakturace celkem Kč

107 873,92

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	89 152,00	18 721,92	107 873,92
		89 152,00	18 721,92	107 873,92

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Ujišťujeme tímto, že dle zákona č. 268/2014 Sb. na výše uvedený výrobek, který je dodáván naší firmou, bylo vydáno dle zákona 22/1997 Sb. Prohlášení o shodě.

Výrobky jsou zařazeny do klasifikační třídy I a II.

V případě, že zboží podléhá čtvrté části, dílu 8 (§ 37f - 37s) zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb., je v ceně zahrnut recyklační poplatek za elektrozařízení/baterie/akumulátory.



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: SL-6239/2021
Číslo obj.: 215965
Smlouva: ANO
Datum: 17.12.2021

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Lelohradská 3/369
170 00 Praha 7
IČO: 63983524
DIČ: CZ63983524

ODBĚRATEL:

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brn
OZT
Pekařská 664/53
602 00 Brno
Česká republika

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u
Městský soud v Praze.

Typ činnosti: Pozáruční oprava

Byla přezkoušena bezpečnost a funkčnost zdravotnického prostředku dle zákona
89/2021 sb., byly dodrženy všechny postupy předepsané výrobcem. Přístroj je
bez závad a plně funkční. Může být uveden do provozu.

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	
Model:	HAMILTON-G5	Inv. číslo:	130464
Sériové č.:	10528		

Použité moduly/sondy:

Sc:

Popis servisního zákroku:

Výměna zdrojové jednotky. Shořela.

Zápůjčka: Nepožadováno -

Provedené výkony:

Množství / j.

Použitý materiál:

Množství / j.

159215 - G5 POWER MANAGEMENT SYSTEMS

1 ks