

Analytický systém pro stanovení specifických proteinů turbidimetricky se sortimentem podle specifikace (imunoglobuliny, podtřídy imunoglobulinů, volných lehkých řetězců a další)

Účastník:

The Binding Site s.r.o.

Analyt	Ceny		Kvalitativní charakteristiky					Počet	Celkem
	Jednotková nabídková cena za 1 vyšetření včetně kalibrací, kontrol a ostatního materiálu v Kč bez DPH	z toho cena kalibrací, kontrol a ostatního materiálu na 1 vyšetření	Frekvence kalibrace (1 x za X dnů)	Stabilita reagií na palubě (dny)	Počet kontrol/ koncentrací za den	Mezilehlá preciznost (CV %) (*)	Měřicí rozsah (od – do)	Předpokládaný počet vyšetření za 12 měsíců	Celková nabídková cena za 48 měsíců v Kč bez DPH
IgG	17,14	8,14	180	30	2	2,7-3,6	0,165-140 g/L	2 200	150 832,00
IgA	18,63	8,63	180	30	2	2,0-4,9	0,02-70 g/L	2 000	149 040,00
IgM	18,63	8,63	180	30	2	1,4-5,5	0,10-150 g/L	2 000	149 040,00
IgG1	211,38	106,38	180	30	2	1,1-4,2	0,15-144 g/L	600	507 312,00
IgG2	221,18	116,18	180	30	2	2,0-4,4	0,02-28 g/L	600	530 832,00
IgG3	232,38	127,38	180	30	2	5,1-8,8	0,0055-8,8 g/L	600	557 712,00
IgG4	218,59	113,59	180	30	2	1,9-4,7	0,0043-64,8 g/L	750	655 770,00
C3	49,99	17,59	180	30	2	2,6-3,7	0,025-6 g/L	1 500	299 940,00
C4	49,99	17,59	180	30	2	2,7-7,9	0,0064-1,8 g/L	1 500	299 940,00
B2 mikroglobulin sérum	139,13	105,83	180	30	2	2,6-5,0	0,3-40 mg/L	100	55 652,00
B2 mikroglobulin moč	301,13	264,23	180	30	2	5,1-9,7	0,03-200 mg/L	50	60 226,00
Alfa-2-makroglobulin	196,73	149,03	180	30	2	2,1-2,8	0,2-6,4 g/L	100	78 692,00
ASLO	131,93	100,43	180	30	2	2,4-3,6	5-1600 IU/mL	100	52 772,00
Ceruloplazmin	68,49	33,29	180	N/A*	2	4,8-7,4	0,04-1,64 g/L	700	191 772,00
Alfa-1-antitrypsin	76,61	36,71	180	30	2	3,0-3,7	0,35-5 g/L	700	214 508,00
Revmatoidní faktor	95,93	73,43	180	30	2	3,0-7,8	7-6500 IU/mL	100	38 372,00
Freelite kappa	342,71	191,71	180	30	2	2,7-6,6	0,6-127000 mg/L	250	342 710,00
Freelite lambda	342,71	191,71	180	30	2	2,1-7,2	1,3-139000 mg/L	250	342 710,00
Freelite kappa v moči	342,71	191,71	180	30	2	4,3-7,8	0,33-127000 mg/L	80	109 667,20
Freelite lambda v moči	342,71	191,71	180	30	2	4,8-7,6	0,74-139000 mg/L	80	109 667,20
<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH za 48 měsíců plnění pro účely hodnocení nabídek</b>								<b>4 897 166,40</b>	

(\*) mezilehlá preciznost je reálně dosažitelná úroveň preciznosti podle doložitelné specifikace výrobce

\* Reagencii nelze skladovat trvale v analyzátoru, po upotřebení je třeba ji vyjmout, uzavřít a uschovat v lednici. Pak je její trvanlivost po otevření 3 měsíce.

Digitally signed by

Date: 2022.01.05

12:41:58 +01'00'