


PRODUKTOVÝ LIST

Barvicí automat POLY STAINER, výrobce IUL



Barvicí automat pro barvení mikroskopických sklíček dle Grama, s možností použití i pro barvení mykobakterií a celou řadu dalších barvicích postupů.

Základní specifikace:

- jednoduchá obsluha, programování až 10 různých cyklů, přístroj řízený softwarem
- možnost barvení až 20 sklíček současně
- 4 kontejnery na barvení pro použití různých barviv na jednotlivých pozicích
- integrovaný kontejner na oplach barvených sklíček vodou
- integrovaný kontejner na sušení obarvených sklíček
- vyjímatelný nosič kontejnerů z nerezové oceli
- možnost pořízení odnímatelného plastového krytu přístroje
- možnost zabudování rychlého odtokového systému
- možnost používání barviv různých výrobců

Technické parametry:

Rozměry (DxŠxV):	70x44x40 cm
Váha:	25 kg
Provozní teplota:	15 až 30 °C
Relativní vlhkost:	30 až 80 % (bez kondenzace)
Napětí:	230/240 V, 50/60 Hz, 250 W

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1
621 00 Brno
Česká republika

IČO: 63471507 | DIČ: CZ 63471507
Zapsáno v OR vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 3917

+420 549 124 111
sekretariat@biovendor.cz
www.biovendor.cz

El. zástrčky:	1
Skel v držáku:	20
Nádoby na barvení:	4
Nádoby na oplach:	1
Nádoby na sušení:	1 (pokojová teplota, programově možnost zvýšení teploty o 12 – 15 °C)
Přívod vody na oplach:	aktivní pumpa, přívod vody s napojením na kohoutek
Odvod vody:	spádový odtok do odtoku, možnost připojení aktivního odtoku
Ovládání:	interní, zabudovaná klávesnice s LED obrazovkou
Programy:	10 programů, max. 10 kroků v programu
Rozhraní:	RS232

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1
621 00 Brno
Česká republika

IČO: 63471507 | DIČ: CZ 63471507
Zapsáno v OR vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 3917

+420 549 124 111
sekretariat@biovendor.cz
www.biovendor.cz

Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatelem požadované parametry	Splnění požadavku ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce
Předmět zakázky		
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu barvicího automatu mikroskopických sklíček pro mikrobiologii.	ANO	Nabízený předmět plnění je včetně dodávky, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu barvicího automatu mikroskopických sklíček pro mikrobiologii.
Základní parametry		
Plně automatizovaný uzavřený systém pro barvení podle Grama.	ANO	Barvicí automat Polystainer je automatizovaný systém určený pro barvení dle Grama.
Možnost programování barvicích kroků.	ANO	Možnost uložení 10 programů s max. 10 barvicími kroky v jednom programu.
Minimálně 4 barvicí pozice (kontejnery, trysky pro nástřik barviva) pro použití různých barviv na jednotlivých pozicích.	ANO	4 kontejnery na barvení pro použití různých barviv na jednotlivých pozicích.
Promývání-oplach preparátů.	ANO	Oplach zajišťuje ponoření sklíček do promývací komory.
Sušení preparátů.	ANO	Sušení sklíček zajištěno v sušící komoře teplým vzduchem, případně vzduchem pokojové teploty, dle nastavení.
Možnost barvení min.10 sklíček současně.	ANO	Možnost barvení 20 sklíček současně.
Možnost použití barviv od různých výrobců.	ANO	Systém umožňuje používání barviv různých výrobců.
Zabudovaná klávesnice s obrazovkou.	ANO	Integrovaná klávesnice s displejem.
Odnímatelný plastový kryt přístroje.	ANO	Systém umožňuje využití odnímatelného plastového krytu.
Váha do 30 kg. Rozměry max. 90x60x50.	ANO	Váha 25 kg, rozměry: 70x44x40 cm.
Provozní teplota 15-30°C.	ANO	Provozní teplota 15-30°C.
Napájení 230V/50Hz.	ANO	Napájení 230V/50Hz
Součást dodávky		
Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody.	ANO	Součástí dodávky bude vše potřebné pro zprovoznění požadované metody pomocí nabízeného automatu.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Dle principu přístroje vybavení pro přívod promývací vody a odvod odpadní vody umožňující obsluhu maximální komfort při provozu.	ANO	Přívod vody bude řešen napojením na kohoutek. Odtok vody bude řešen spádově do odpadu. Tento systém zajišťuje maximální komfort při provozu
Ostatní		
V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - zaškolení obsluhy v rámci návodu k použití v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje), - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - provedení vstupní validace, - instalační / validační protokol, - aktualizace SW po celou dobu životnosti přístroje.	ANO	V ceně dodávky jsou zahrnuty všechny požadované položky.
Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v elektronické podobě v českém jazyce (ČJ), - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží), - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků, příp. IVD.	ANO	Součástí nabídky je veškerá požadovaná dokumentace.
Záruka min. 24 měsíců.	ANO	24 měsíců
V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje).	ANO	V rámci záruky budou bezplatně zajištěny pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje).
Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.	ANO	Uchazeč se zavazuje zajistit autorizovanou servisní podporu a náhradní díly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let).