

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená podle § 2193 a násl. občanského zákoníku č.89 /2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Půjčitel : GeneProof a.s.
Se sídlem: Vídeňská 101/119, 619 00 Brno
Zastoupená: RNDr. Milošem Dendisem, členem představenstva
IČ: 26981947
DIČ: CZ26981947
Zapsaná v: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4415
Bankovní spojení: 
(dále jen „půjčitel“)

a

2. Vypůjčitel: Městská nemocnice Čáslav
Se sídlem: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav – Nové Město
Zastoupená: MUDr. Mgr. Ditou Mlynářovou, LL.M., ředitelkou nemocnice
IČ: 00873764
DIČ: CZ00873764
Zapsaná v: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr 1640
Bankovní spojení: 
(dále jen „vypůjčitel“)

takto:

I.

Předmět výpůjčky

1. Půjčitel se zavazuje přenechat vypůjčitelu do bezplatného užívání předmět výpůjčky: croBEE® Real-Time PCR System

Pol.č.	Název	výr.číslo	ks	hodnota v Kč
1.	croBEE RT system	BYQ6H1U-550517	1	500 000 Kč
2.	croBEE NA16	P16C006415183, P16C006715183	2	800 000 Kč

2. Půjčitel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem předmětu výpůjčky a že je oprávněn jej přenechat vypůjčitelu ve smyslu § 2193 občanského zákoníku.

II.

Doba zapůjčení a místo předání

1. K předání a převzetí předmětu výpůjčky dojde nejpozději do 31.1.2022 v sídle vypůjčitele

uvedeném v záhlaví této smlouvy na OKB.

Kontaktní osoby:

Za půjčitele odpovědného za instalaci:

Za půjčitele odpovědného za servis, BTK:

Za vypůjčitele

O převzetí předmětu výpůjčky bude sepsán předávací protokol.

2. K vrácení předmětu výpůjčky dojde ve stejném místě, jako v předchozím odstavci. Vypůjčitel je povinen alespoň 2 pracovní dny předem zaslat půjčiteli zprávu o tom, že předmět výpůjčky vrátí a v jaké denní době. Předmět výpůjčky musí být půjčiteli vrácen ve stavu, v jakém byl vypůjčitelem převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
3. Doba zapůjčení se sjednává na dobu 12 měsíců počínaje dnem předání a převzetí uvedeném v protokolárním předání vypůjčiteli. Po celou dobu zápůjčky bude dodavatel na své náklady poskytovat veškerý provoz spojený se servisem a opravami přístroje, pravidelnými bezpečnostními kontrolami BTK, revizemi, validacemi, spotřebním a kontrolním materiálem, kalibracemi, vše dle platné legislativy.

III.

Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.
2. Před předáním předmětu výpůjčky je půjčitel povinen seznámit vypůjčitele s obsluhou předmětu výpůjčky a požadavky na jeho pravidelnou běžnou údržbu.
3. Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli: uživatelskou dokumentaci a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné a elektronické formě, doklady prokazující jeho způsobilost k použití poskytování zdravotní péče dle platné legislativy ČR, platné prohlášení o shodě, protokol o provedené instruktáži obsluhy s podpisy školitele a školené obsluhy.
4. Jestliže půjčitel zjistí, že vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně nebo jestliže ho užívá v rozporu s účelem, ke kterému slouží, je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby zapůjčení. Vypůjčitel je v tomto případě povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do dvou pracovních dní poté, kdy byl půjčitelem k vrácení vyzván. V dané souvislosti platí článek II., odstavec 2.
5. Půjčitel se zavazuje, že po dobu zapůjčení zajistí bezplatný servis předmětu výpůjčky s nástupem servisního technika do 24 hodin od písemného či telefonického nahlášení potřeby opravy včetně pravidelné údržby předmětu výpůjčky. V případě nemožnosti zprovoznění předmětu výpůjčky do 3 pracovních dnů garantuje půjčitel vypůjčiteli zapůjčení náhradního přístroje zdarma.
6. Ustanovení odstavce 5 tohoto článku neplatí pro případ, kdy závadu způsobí vypůjčitel porušením svých povinností stanovených touto smlouvou. V tomto případě jdou veškeré náklady na opravu předmětu výpůjčky na účet vypůjčitele.
7. Půjčitel se zavazuje pojistit předmět výpůjčky na svoje náklady.

IV.

Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Po dobu, po kterou bude vypůjčitel na základě této smlouvy předmět výpůjčky užívat, je povinen předmět výpůjčky užívat řádně v souladu s účelem, ke kterému obvykle slouží a způsobem přiměřeným povaze a určení předmětu výpůjčky. Je povinen chránit předmět výpůjčky před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením.
2. Vypůjčitel není oprávněn provádět na předmětu výpůjčky jakékoli změny.
3. Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřeby veškerých oprav předmětu výpůjčky.
4. Během sjednané doby výpůjčky není vypůjčitel oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zakládá právo půjčitele žádat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby zapůjčení. V dané souvislosti platí článek II., odstavec 2.
5. Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje nezajišťovat servis a opravy prostřednictvím jiného subjektu, než prostřednictvím půjčitele. Při porušení tohoto ustanovení je povinen náklady na servis či opravy hradit ze svého a odpovídá za případnou škodu, která by tímto na předmětu výpůjčky vznikla.
6. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit, jakmile předmět výpůjčky nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby vypůjčení.
7. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli na jeho žádost danou vypůjčiteli nejméně 2 dny předem přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly, zda vypůjčitel předmět výpůjčky užívá řádným způsobem a za účelem pravidelné servisní prohlídky.
8. Vypůjčitel není oprávněn přemístit předmět výpůjčky bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.
9. Podpisem smlouvy vypůjčitel současně prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem předmětu výpůjčky a že byl seznámen s požadavky na jeho obsluhu a údržbu.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být ukončena před uplynutím sjednané doby písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být pouze písemnými chronologicky číslovanými dodatky vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Veškeré dodatky a přílohy se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Půjčitel a jeho zaměstnanci se zavazují k ochraně informací citlivých dat a osobních údajů

vypůjčitele nebo jeho pacientů, se kterými při plnění smlouvy přijde do styku. Půjčitel se zavazuje k zabezpečení mlčenlivosti všech jeho zaměstnanců o těchto údajích i o dalších bezpečnostních opatřeních, vedoucím k ochraně údajů, aby zabránil zneužití dat a osobních údajů. Tento požadavek mlčenlivosti podléhá požadavkům zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách a vyhlášky 98/2012 o zdravotnické dokumentaci, vše v platném znění.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy vč. jejích příloh. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
5. Kupující se zavazuje uveřejnit smlouvu vč. všech příloh v Registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu.
6. Strany této smlouvy podpisem této smlouvy výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a že tento vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a omylu prostou vůli. Dále výslovně prohlašují, že tuto smlouvu neuzavírají ani v tísní, ani neshledávají, že by tato smlouva obsahovala jakékoli nápadně nevýhodné podmínky.
7. Tam, kde smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností smluvních stran občanský zákoník v platném znění.
8. Vypůjčitel je od této smlouvy oprávněn bez dalšího jednostranně odstoupit v případě, kdy bude ze strany zdravotní pojišťovny ukončena úhrada PCR testování.
9. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu, každá ze stran této smlouvy obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně

V

Za půjčitele:

Za vypůjčitele:

**RNDr.
Miloš
Dendis**

Digitálně
podepsal RNDr.
Miloš Dendis
Datum:
2022.01.25
13:56:49 +01'00'

RNDr. Miloš Dendis

Člen představenstva

**Dita
Mlynářová**

Digitálně
podepsal Dita
Mlynářová
Datum: 2022.01.28
13:53:24 +01'00'

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, LL.M.

Ředitelka nemocnice

Příloha č.1 Technická specifikace
crobee RT cycler

Kapacita vzorků 96-jamková PCR destička, 12x8-strip, 96 x 0,2ml zkumavka (čiré dno)

Excitační vlnová délka 300-800 nm

Emisní vlnová délka 500-800 nm

Detekovaná fluorescence

F1: FAM, SYBR Green 1

F2: HEX, VIC, TET, JOE, Cy3, NED, TAMRA

F3: ROX, Texas Red

F4: Cy5

F5: Cy5.5

Rozsah teplotního bloku

4-105 °C (minimální přírůstek: 0.1 °C)

Rychlost ohřevu/ochlazování 4,0 °C/s

Přesnost teplotní regulace

$\leq \pm 0,1$ °C

Teplotní fluktuace $\leq \pm 0,1$ °C

Teplotní uniformita $\leq \pm 0,3$ °C

Režim teplotní regulace Blok/zkumavkový simulační režim (založen na objemu vzorku)

Rozsah objemu vzorku 5-100 μ L

Rozsah teplotního gradientu 1-36 °C

Teplotní rozsah Hot Lidu 30-110 °C (nastavitelný, standardně 105 °C, automatický Hot lid)

Reproducibilita fluorescenční detekce 5 %

Obsažené funkce

absolutní kvantifikace, relativní kvantifikace, SNP analýza, HRM analýza, automatická analýza dat, melting analýza, teplotní gradient, automatický/nastavitelný gain, analýza genové exprese

Zdroj napájení 100-240 V, 50/60 Hz, 600 W

Rozměry 386x415x380 mm (Š x H x V)

Váha 31 kg

Certifikace CE IVD pro in vitro diagnostiku

crobee NA16

Princip izolace	plně automatická magnetická separace
Způsob použití reakcí	jednorázová reagenční kazeta
Objem vzorku	200 µl / 400 µl
Eluční objemy	60 µl / 100 µl / 150 µl / 200 µl
Kapacita	1–16 vzorků/izolační proces
Čas zpracování	35–80 minut
Čistota nukleových kyselin	
DNA: OD A260/280 poměr $1,8 \pm 0,1$	
RNA: OD A260/280 poměr $2,0 \pm 0,2$	
Teplotní rozsah zahřívacího bloku	RT – 90 °C
Počítač integrované PC	
Uživatelské rozhraní a ovládání	7" barevná dotyková obrazovka
Dekontaminace	vestavěná UV lampa
Rozměry	760×710×770 mm (Š×H×V)
Váha	68,5 kg
Zdroj napájení	100–240 V, 50/60 Hz, 1 kW
Typ přístroje	samostatně stojící
Certifikace	CE IVD pro in vitro diagnostiku