

DODAVATEL IČ 00676853 DIČ CZ00676853
HOSPIMED, spol. s r.o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3

Konst.symb. 0308
Var.sym. 320000059
Objednávka 990/200381
Naše zakázka 22-1-0000146

ODBĚRATEL IČ 26360527 DIČ CZ699005333
Klatovská nemocnice, a.s.

**Plzeňská 929
339 01 Klatovy**

MÍSTO URČENÍ

Klatovská nemocnice, a.s.
Zravot. přístroje
Plzeňská 569,
339 38 Klatovy 2

Den splatnosti 11.02.2022
Forma úhrady Převodním příkazem
Den vystavení 28.01.2022
DUZP 25.01.2022

Druh dopravy: DPD

kat. číslo	název	množství	mj	cena za mj	celkem bez DPH	sazba DPH
------------	-------	----------	----	------------	----------------	-----------

REKAPITULACE DPH	21%
Základ	56 565,80
Daň	11 878,82
CELKEM	68 444,62

Zaokrouhlení 0,38

CELKEM CZK **68 445,00**

YVSTAVIL

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM - klientské číslo EK-F00021851

Elektronická faktura je řešena v rámci systému BEMA

OBJEDNÁVKA - Oprava

Odběratel: Klatovská nemocnice, a.s.

Plzeňská 929
339 01 Klatovy

IČ : 26360527

DIČ : CZ699005333

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B., vložka 1070.
Den zápisu 14. 8. 2003.

Řada dokladu : 990

Číslo dokladu : 200381

Sklad : 070.00080

Telefon :

Fax :

E-mail :

Fakturu zasílejte na adresu:

Klatovská nemocnice, a.s.
ekonomické oddělení - fakturace
Plzeňská 929
Klatovy
339 01

Dodavatel: HOSPIMED, spol. s r.o.

Malešická 2251/51
130 00 Praha

IČ : 00676853

DIČ : CZ00676853

Objednáváme u Vás opravu hysteroskopu - teče

Pracovní čísla příslušenství v balení: 8680.224

8654.3742

8655.374

8655.3841

8654.422

Na základě Zákona č.340/2015 Vás žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky s uvedením předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Akce:gyn-por.odd [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

[redacted]

DODAVATEL IČ 00676853 DIČ CZ00676853 HOSPIMED, spol. s r.o. Malešická 2251/51 130 00 Praha 3 [REDACTED]	Objednávka 990/200381 [REDACTED] Naše zakázka 22-1-0000146 Den vystavení 14.06.2021
	ODBĚRATEL IČ 26360527 DIČ CZ699005333 Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 929 339 01 Klatovy [REDACTED]

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzítému k opravě :

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **22-1-0000146**
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan [REDACTED]

Cenový návrh:

Dle vyjádření výrobce bude částka za opravu vaší sestavy Resektoskopu následující:

- Optika 8654.422 sn: 5000376254 - zamlžená, nejlevnější způsob opravy je výměna z EXC programu výrobce.
- Oprava vnější 8655.374 pochvy je také nejlevnější výměnou z EXC ceníku, vzhledem k míře poškození.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ celkem bez DPH
8654422 EXC I	Optika 30°, p.r 4 mm, autoklávovatelná, PS 2,5 mm (zelená)	[REDACTED]	[REDACTED]
9998	Oprava prac. elementu 8682.224 včetně ND	[REDACTED]	[REDACTED]
9998	Oprava vnitřní pochvy 8655.3841 včetně ND	[REDACTED]	[REDACTED]
8655374 EXC I	Pochva resektoskopu otočný, E-line, 26Charr - vnější	[REDACTED]	[REDACTED]
9998	Oprava 8654.3742 - spojovací část resektoskopu včetně ND	[REDACTED]	[REDACTED]
9998-2	Práce servisního technika - základní zdrav. technika	[REDACTED]	[REDACTED]
9998	Poskytnutá sleva vzhledem k prodávě trvání zakázky - 15%	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem bez DPH**56 565,80**

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy **SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.**

VYSTAVIL

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

SD-3250-TO hysteroskop

service servicedesk

Odesláno: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Dobrý den,

požadavek byl schválen.

Komentář:

[REDACTED]

SD-3250-TO hysteroskop

Číslo požadavku: SD-3250-TO

Název požadavku: hysteroskop

Termín vyřešení: [REDACTED]

Řešitel: [REDACTED]

Žadatel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Služba: Technické oddělení/Zdravotnická technika/Něco mi nefunguje

SLA: Technické oddělení - KN

Priorita: střední

[REDACTED]

[Podrobnosti](#)

Od: [REDACTED]

Ode: [REDACTED]

Předmět: hysteroskop

Kontaktní osoba a [REDACTED]

telefonní číslo:

Naléhavost incidentu: Střední

Popis požadavku:

Dobrý den,

prosíme o kontrolu hysteroskopu na zákrovovém sálku - teče.

Děkuji

[REDACTED]