

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka
Kalibrační jednotka plynů Sabio Model 4010 Gas Dilution Calibrator	Vstup ředícího plynu: min. 1x	ANO - 1x
	Vstup kalibračního plynu: min. 4x	ANO - 4x
	Min. rozsah průtoku ředícího plynu: 0-10 SLPM	ANO - 0-10 SLPM
	Min. rozsah průtoku kalibračního plynu: 0-100 a 0-10 000 SCCM	ANO - 0-100 a 0-10 000 SCCM
	Přesnost měření průtoku: $\leq 0,5$ %	ANO - $\leq 0,5$ %
	Reprodukovatelnost: $\leq 0,15$ % rozsahu	ANO - $\pm 0,15$ %
	Linearita: $\leq 0,5$ %	ANO - $\pm 0,5$ %
	Integrovaný generátor ozonu: v min. rozsahu 2 - 1000 ppb	ANO - 2 - 1000 ppb
	Integrovaná permeační pec pro min. 1 permeační trubičku; nastavitelná teplota min. o 5°C nad okolní teplotu do min. 65°C	ANO - Integrovaná permeační pec pro 1 permeační trubičku; nastavitelná teplota o 5°C nad okolní teplotu do 65°C
	Komunikační porty min.: RS232, ethernet, USB	ANO - RS232, ethernet, USB
	Digitální výstup: TTL	ANO - TTL
	Napájení 230 V při 50 Hz	ANO - 230 V při 50 Hz
Displej pro ovládání zařízení	ANO	
Předpokládaná cena bez DPH	330 000 Kč	326.700,- Kč