

## SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### Jednorázové vyšetřovací rukavice

Předpokládaný objem **950 000 ks / za dobu platnosti smlouvy**

**Základní vlastnosti, funkce a požadavky na předmět plnění (jednorázové vyšetřovací rukavice – ochranné pracovní rukavice):**

- Materiál – Nitril
- Barva – ne černá
- Nepudrované
- Nesterilní
- Obouruké
- Jednorázové
- Zesílená manžeta (pro snazší natahování/navlékání rukavice)
- Délka – min. 270 mm
- Pružný, flexibilní materiál – přilnavý na ruce
- Pohodlné nošení
- Chemická a mikrobiologická odolnost (vyhovující i práci s infekčním materiálem)
- Odolnost proti oděru
- Vynikající suchý a mokrá úchop
- Zdrsňelé či texturované konečky prstů
- Velikost - min. S, M, L, XL
- Balení po 50 - 150 kusech
- Skladovací životnost 2 roky
- Záruka min. 24 měsíců od data předání
- Výrobek splňuje:
  - 1) Třída I – zdravotnický prostředek (směrnice Rady 93/42/EHS)
  - 2) Kategorie III – osobní ochranné prostředky (směrnice Rady 89/686/EHS)
  - 3) norma EN 455 – část 1, 2, 3
  - 4) norma EN 374 – 1, 4, 5/2016
  - 5) AQL max 1,5

Účastníci mohou nabídnout rukavice se stejnými nebo lepšími vlastnostmi a funkcemi. Nesplnění minimálních požadavků (základních vlastností, funkcí a požadavků na rukavice včetně technického předpokladu na splnění požadovaných norem a směrnice) bude mít za následek vyloučení účastníka z výběrového řízení.