



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Příloha 1 ZD

VZ: „Fakultní Thomayerova nemocnice – dodávky chladicí a mrazicí techniky“

Technické požadavky

Pokyny

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance $\pm 10\%$. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- V nabídce je nutné uvést minimálně specifikaci přístrojového vybavení, obsahující též specifikaci způsobu poskytování plného servisního zabezpečení:
 - název a typové označení výrobků
 - jejich výrobce a dovozce (název, IČ, sídlo...)
 - přehled kvantitativně vyjádřitelných technických parametrů a jejich hodnot
 - úplný a podrobný popis technických a funkčních vlastností
 - vypovídající barevné vyobrazení výrobku přístrojového charakteru (fotografické, prospekt)
 - připojit návod k použití v českém jazyce - autorizovaný výrobcem a dále prohlášení o shodě

Nesplnění kteréhokoliv fakultativního požadavku uvedeného v tabulkách níže bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

1. část VZ:

OKB C1-018-RT (označení pracoviště)

Nominační požadavky

Č. 1	Hlubokomrazicí box duální -86 °C, 500 l		1 ks
Bod číslo:	Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění (ano/ne)	Nabídka KRDMH2022-018+leaflet DW86L578S
1.	Duální chlazení = dva nezávislé chladicí okruhy	ANO	
2.	Dlouhodobě udržitelná teplota minimálně -80 °C při okolní teplotě +30 °C	ANO	Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí až +32°C
3.	Nastavitelná teplota min. v rozmezí -50 až -86 °C	ANO	-40°C až -86°C
4.	Vnitřní objem min. 500 l	ANO	578 ltr.
5.	Skříňové provedení	ANO	
6.	Min. dvoje plnohodnotné vnitřní izolované dveře	ANO	4 dveře
7.	Výškově nastavitelné police	ANO	
8.	Těsnění zabraňující vzniku námrazy	ANO	
9.	Vnější digitální displej a ovládací prvky	ANO	
10.	Vizuální nebo akustický alarm min.: vysoká/nízká teplota, nezavřené dveře, výpadek proudu, závada chlazení	ANO	
11.	Průchodka pro externí čidlo centrální monitorace teplot	ANO	
12.	Max. šířka vyhovující nastěhování dveřmi o vnitřní rozteči zárubní 80 cm	ANO	
13.	Otevírání dveří zleva doprava (madlo vlevo)	ANO	
14.	Plně neprůhledné dveře	ANO	
15.	Příslušenství (musí být součástí nabídky): - 4 ks police - 50 ks plastových krabiček z PP nebo PC na kryozkumavky	ANO	
16.	Vstupní validace zařízení a následné validace po dobu záruky zdarma	ANO	

Fakultativní požadavky, které budou zvýhodněny v rámci hodnocení (viz čl. 16 ZD – hodnocení nabídky)

Č. 1	Hlubokomrazicí box duální -86 °C, 500 l		1 ks
Bod číslo:	Specifikace	Splnění (ano/ne)	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1.	Bezfiltrový systém	NE	

Nominační požadavky

Č. 3	Hlubokomrazicí box duální -86 °C, 500 l		1 ks
Bod číslo:	Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění (ano/ne)	Nabídka KRDMH2022-018+leaflet DW86L578S
1.	Duální chlazení = dva nezávislé chladicí okruhy	ANO	
2.	Dlouhodobě udržitelná teplota minimálně -86 °C při okolní teplotě +30 °C	ANO	Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí až +32°C
3.	Nastavitelná teplota min. v rozmezí -50 až -86 °C	ANO	-40°C až -86°C
4.	Vnitřní objem min. 500 l	ANO	578 ltr.
5.	Kapacita pro uložení 2" krabiček: min. 380 ks	ANO	400 ks.
6.	Skříňové provedení	ANO	
7.	Min. dvoje plnohodnotné vnitřní izolované dveře	ANO	4 dveře
8.	Minimálně 3 výškově nastavitelné police (4 oddělené sekce)	ANO	
9.	Těsnění zabraňující vzniku námrazy	ANO	
10.	Vnější displej a ovládací prvky	ANO	
11.	Vizuální nebo akustický alarm min.: vysoká/nízká teplota, nezavřené dveře, výpadek proudu, závada chlazení	ANO	
12.	Průchodka pro externí čidlo centrální monitorace teplot	ANO	
13.	Pojezdová kolečka s brzdou	ANO	
14.	Max. šířka vyhovující nastěhování dveřmi o vnitřní rozteči zárubní 80 cm	ANO	
15.	Příslušenství (musí být součástí nabídky): - 42 ks nerez držáky na krabičky 168 ks plastové krabičky z PP nebo PC	ANO	
16.	Vstupní validace zařízení a následné validace po dobu záruky zdarma	ANO	

Fakultativní požadavky, které budou zvýhodněny v rámci hodnocení (viz čl. 16 ZD – hodnocení nabídky)

Č. 3	Hlubokomrazicí box duální -86 °C, 500 l		1 ks
Bod číslo:	Specifikace	Splnění (ano/ne)	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1.	Bezfiltrový systém	NE	

Nominační požadavky

Č. 4	Hlubokomrazicí box duální -86 °C, 360 l		1 ks
Bod číslo:	Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění (ano/ne)	Nabídka KRDMH2022-018+leaflet DW86L578S
1.	Duální chlazení = dva nezávislé chladicí okruhy	ANO	
2.	Dlouhodobě udržitelná teplota minimálně -86 °C při okolní teplotě +30 °C	ANO	Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí až +32°C
3.	Nastavitelná teplota min. v rozmezí -50 až -86 °C	ANO	-40°C až -86°C
4.	Vnitřní objem min. 360 l	ANO	578 ltr.
5.	Kapacita pro uložení 2" krabiček: min. 200 ks	ANO	400 ks.
6.	Skříňové provedení	ANO	
7.	Min dvoje plnohodnotné vnitřní izolované dveře	ANO	4 dveře
8.	Minimálně 3 výškově nastavitelné police (4 oddělené sekce)	ANO	
9.	Těsnění zabraňující vzniku námrazy	ANO	
10.	Vnější displej a ovládací prvky	ANO	
11.	Zálohování paměti řídicího systému	ANO	
12.	Vizuální nebo akustický alarm min.: vysoká/nízká teplota, nezavřené dveře, výpadek proudu, závada chlazení	ANO	
13.	Průchodka pro externí čidlo centrální monitorace teplot	ANO	
14.	Pojezdová kolečka s brzdou	ANO	
15.	Max. šířka vyhovující nastěhování dveřmi o vnitřní rozteči zárubní 80 cm	ANO	
16.	Příslušenství (musí být součástí nabídky): - 8 ks nerez držáky na 24 ks 2" krabiček - 192 ks plastových krabiček z PP nebo PC	ANO	
17.	Vstupní validace zařízení a následné validace po dobu záruky zdarma	ANO	

Fakultativní požadavky, které budou zvýhodněny v rámci hodnocení (viz čl. 16 ZD – hodnocení nabídky)

Č. 4	Hlubokomrazicí box duální -86 °C, 360 l		1 ks
Bod číslo:	Specifikace	Splnění (ano/ne)	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1.	Bezfiltrový systém	NE	