

Příloha č. 2

Technická specifikace

Kritéria ke splnění kvality (vyplnit technickou specifikaci - ano/ne, doložit produktovým listem a čestným prohlášením výrobce)

2. část: Podložky pro pacienty

ANO/NE

Technické parametry:

savé jádro se nesmí shrnovat a drolit	ANO
nepropustná spodní vrstva	ANO
protiskluzná spodní vrstva	ANO

Musí být doložena minimální savost certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.

*** Tolerance u rozměrů tedy velikostí je 15%**