

Technická specifikace předmětu zakázky

Zadavatelem stanovené technické parametry nabízeného zařízení uvedené v této části specifikace předmětu veřejné zakázky jsou podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení.

Údaj „ANO“ ve sloupci „Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou“ znamená, že zadavatel požaduje, aby tuto podmínku nabízený přístroj splňoval.

Uchazeč vyplní v sloupci „Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty“ uvedením ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Do sloupce „Skutečná hodnota technického parametru“ uchazeč uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí podmínky je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant. V případě potřeby uchazeč do sloupce uvede i poznámku k danému technickému parametru.

Popis zadavatelem stanoveného limitního technického Parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou	Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru/poznámka
A) Specifikace sanitního vozidla			
Palivo – Diesel	ANO	ANO	
Min. výkon 80 kW/3500	ANO	ANO	88 kW/3500 ot.min
min. 6-ti stupňová převodovka manuální	ANO	ANO	
Emisní limit minimálně EURO 5	ANO	ANO	EURO 6
Počet sedaček v kabině řidiče 3 (2+1)	ANO	ANO	
Boční posuvné dveře vpravo prosklené	ANO	ANO	
Prosklený nákladový prostor	ANO	ANO	
Zadní dveře prosklené + vnitřní zrcátka, výklopné nahoru	ANO	ANO	
Dělicí přepážka s oknem a posuvným sklem - požadavek normy 1 ks	ANO	ANO	
Radiopřijímač + repro	ANO	ANO	vč. Bluetooth handsfree, USB
Mlhovky (přední, zadní)	ANO	ANO	
Karoserie barva bílá	ANO	ANO	
Pohon přední náprava	ANO	ANO	
Centrální zamykání	ANO	ANO	vč. dálkového ovládání v klíči 2x
El. přední okna	ANO	ANO	
El. zrcátka	ANO	ANO	
B) Specifikace zástavby			
Anténa radiostanice s kabelem a elektr. přívodem pro radiostanici 1ks	ANO	ANO	
Klimatizace sanitního prostoru umístěna na střeše – kabina + přepravní prostor - 1ks - Klimatizaci kabiny a prostoru pro pacienty lze řešit standardní klimatizací vozidla s možností individuální regulace v kabině a prostoru pro pacienty zvlášť	ANO	ANO	
Osvětlení bočních dveří LED světlem	ANO	ANO	
Osvětlení prostoru za vozidlem nakládacím světlem min 20 W v zadních dveřích	ANO	ANO	s pomocí otočného hledáčku
Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče min. 4 pozice, kryt 1ks	ANO	ANO	
Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním 1ks	ANO	ANO	
Předmontáž radiostanice – umístění dle zadavatele 1ks	ANO	ANO	
Rozvod 12V 1ks	ANO	ANO	
Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru 1ks	ANO	ANO	
Termostat pro topení na 12V 1ks	ANO	ANO	
Zásuvka 12V 2	ANO	ANO	plus na palubní desce 1 ks
Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě ambul. prostoru 1ks	ANO	ANO	1 x spínač v dosahu pacienta a 1 x ve stropě
Maják halogenový rotační modrý 2 ks	ANO	ANO	
Signalizace otevřených dveří v patientském prostoru na palubní desce 1ks	ANO	ANO	
Třítlonová siréna s 2ks repro na střeše vozidla 1ks	ANO	ANO	
Zateplení			
Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru pevnou hmotou 1ks	ANO	ANO	
Zaplechování			
Obložení sten a stropu desinfikovatelným materiálem a zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru 1ks	ANO	ANO	
Kryt pro závislé teplovodní topení 1ks	ANO	ANO	

Podlaha protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupu v zástavbě 1ks	ANO	ANO	s desinfikovatelným odolným materiálem ALTRO
2x samostatné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovými pásy vše po směru jízdy, loketní opěrky na každé sedadlo, každé sedadlo bude mít samostatnou a prostřední společnou, loketní opěrky sklopné	ANO	ANO	2 x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy, sedačky umístěny na pravé straně před pojízdným křeslem, vedle nosítek, schváleno ČSN EN 1789+A1, barva modrá, bez madel z důvodu prostoru.
Držák 2 l kyslíkové láhve jednoduchý 1ks, u hlavy lehátka	ANO	ANO	
Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 se stropním madlem 1ks	ANO	ANO	
Hasicí přístroj 2 Kg 1ks	ANO	ANO	
Madlo bočních dveří levé 1ks	ANO	ANO	barva bílá
Madlo bočních dveří pravé 1ks	ANO	ANO	barva bílá
Stropní madlo nad lehátkem	ANO	ANO	barva bílá
Nájezdová rampa pro nakládání pojízdného křesla sklopná pevná 1ks	ANO	ANO	
Sedačka pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem	ANO	ANO	1 x pevné sedadlo, sedačka umístěna v prostoru před mezistěnou, sedačka vybavena tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy, schváleno ČSN EN 1789+A1, barva modrá, loketní opěrky z obou stran
Schod výklopný boční 1ks	ANO	ANO	
Stůl nosítek včetně podstavce s úložným prostorem 1ks	ANO	ANO	pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek, šikmo vlevo od osy vozu z důvodu umístění dvou sedaček vpravo, topení s výdechů umístěno ve stolu
Teplovodní min. trojrychlostní závislé topení umístěné v ambulantního prostoru 1ks	ANO	ANO	umístěné pod nosítky s výdechů do prostoru
C) Specifikace transportní technika			
infarktové křeslo - nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250kg, schválené dle ČSN EN 1789+A1 1ks	ANO	ANO	Křeslo MEDIROL typ CLUBMAN K116
Uchycení pro pojízdné křeslo vpravo u zadních dveří ve směru jízdy 1ks	ANO	ANO	
komplet nosítek s podvozkom – odnímatelný podvozek s polohovací výškou, sklopnýma nohama, pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem a u nohou, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním násuvným systémem schválené dle ČSN EN 1789+A1 1ks	ANO	ANO	Medirol typ VIVERA SANIC EXTERO
D) Další specifikace			
Matování skel, celý nákladní prostor	ANO	ANO	
Lakování přepážky na bílo 1ks	ANO	ANO	
Sada povinné výbavy dle zákona c. 182/2011 (Lékárnička; 2xvýstražný trojúhelník, tažné lano a 1 reflexní vesta) 1ks	ANO	ANO	

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro uchazeče závazné při plnění předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle uchazeče a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

.....
podpis oprávněné osoby*

* oprávněnou osobou se rozumí osoba, která je oprávněná jednat jménem (např. dle zápisu v obchodním rejstříku) nebo za dodavatele (např. na