



Specifikace přístroje pro výpůjčku		
Název přístroje (vč. přesného obchodního označení a výrobce)		
Vrtačka Ralk Hand Drill (výrobce: CM Instrumente), modul nulového bodu NPS2 (výrobce: Raumedic), kabel ICP-Temp Cable (výrobce: Raumedic)		
Minimální technické požadavky vč. požadovaného počtu ks k výpůjčce	Účastníkem nabízená hodnota*	
Vrtačka trepanační – 1 ks	Vrtačka pro zavedení intrakraniálního čidla	ANO (07c Návod vrtačka)
Modul nulového bodu – 4 ks	Modul umožňuje nastavení nulového bodu na monitoru tlaku	ANO (07b Návod NPS2, str. 1)
	Modul umožňuje přerušování měření	ANO (07b Návod NPS2, str. 1)
	Součástí modulu je spojka pro kabel ICP a konektor pro připojení k monitoru	ANO (07b Návod NPS2, str. 1)
Kabel ICP – 4 ks	délka min. 2 m	ANO (07a Návod ICP katétrů, str. 14)

* (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:

1. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;
2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)

Veškeré technické požadavky na přístroj pro výpůjčku prokáže účastník dokumenty od výrobce (Datasheety, produktovými listy katalogy atd.) a přiloží je jako přílohu č. 1 Smlouvy o výpůjčce.

Mgr. Richard Uhlíř
Digitálně podepsal
Mgr. Richard Uhlíř
Datum: 2022.03.02
11:14:16 +01'00'