

## Kupní smlouva

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

### Identifikace veřejné zakázky

Název: EXC2202/CP2201/RIUP2201 Laboratorní mycí a dezinfekční zařízení (5ks)

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

### Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

### Průvodní list

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy smlouvy, **musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.**

Zadavatel **nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen** v nabídce.

## KUPNÍ SMLOUVA


dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, *(dále jen „OZ“)*

---

### I.




#### Smluvní strany

##### 1) Kupující:

Název: **Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta**  
Sídlo: **Kotlářská 267/2, 611 37 Brno**  
IČ: **00216224**  
DIČ: **CZ00216224**  
Zastoupen: **prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty**  
Korespondenční adresa: **areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, pavilon D29, Centrum Recetox, 625 00 Brno**  
Kontaktní osoba: 

*(dále jen „kupující“)*

##### 2) Prodávající:

Obchodní firma/název/jméno: **MERCI, s.r.o.**  
Sídlo: **Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno**  
IČ: **46966447**  
DIČ/VAT ID: **CZ46966447**  
Zastoupen: **RNDr. Liborem Reichstädterem, CSc., jednatelem společnosti**  
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817**  
Bankovní spojení:   
IBAN:   
Korespondenční adresa: **Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno**  
Kontaktní osoby: 

*(dále jen „prodávající“; prodávající společně s kupujícími také jen „smluvní strany“)*

### II.

#### Účel smlouvy

- 1) Kupující, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „**EXC2202/CP2201/RIUP2201 Laboratorní mycí a dezinfekční zařízení (5ks)**“ *(dále jen „veřejná zakázka“)* zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek *(dále jen „ZZVZ“)*, rozhodl o výběru nabídky prodávajícího, jakožto vybraného dodavatele. Prodávající a kupující uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu *(dále také jen „smlouva“)*.
- 2) Účelem této smlouvy je pořízení nové věci specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále také jen „věc“; je-li na základě této smlouvy pořizováno více věcí, vztahují se ustanovení pojednávající

o „věci“ na všechny věci, jež mají být na základě této smlouvy pořízeny, není-li výslovně uvedeno jinak), a její instalace, resp. montáž, tak, aby mohla plnit spolehlivě svůj účel.

- 3) Věc bude sloužit k plnění úkolů kupujícího, obzvláště úkolů ústavu, vyplývajících ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pro zajištění výuky a výzkumu.
- 4) Kupující je příjemcem dotačních prostředků na realizaci předmětu smlouvy, a to z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání; název projektů RECETOX RI UPGRADE, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18\_046/0015975, CETOCOEN PLUS, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15\_003/0000469, CETOCOEN Excellence, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17\_043/0009632. (dále jen „projekty“). Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, ať už na straně prodávajícího či kupujícího, může ohrozit čerpání dotačních prostředků poskytnutých na realizaci předmětu smlouvy, příp. může vést k udělení sankcí kupujícímu ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Škoda, která může kupujícímu neplněním povinností vyplývajících z této smlouvy vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou kupní cenu.

### III.

#### Předmět smlouvy

- 1) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k této věci, a že splní další s tím související závazky uvedené ve smlouvě. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
- 2) Specifikace věci, jakost, provedení a další vlastnosti věci včetně množstevních požadavků jsou ujednány v příloze č. 1 smlouvy.
- 3) Závazek prodávajícího odevzdat věc zahrnuje i:
  - a) dopravu věci na místo jejího odevzdání, její vybalení a kontrolu,
  - b) provedení instalace, příp. montáže, věci tak, aby mohla spolehlivě plnit svůj účel,
  - c) odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci,
  - d) zaškolení obsluhy věci,
  - e) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
  - f) předání dokladů, které jsou nutné k užívání věci, zejména instrukcí a návodů k obsluze a údržbě věci, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz věci, a příp. dalších dokladů, které se k věci jinak vztahují, (**dále jen „doklady k věci“**) v českém jazyce, v listinné i elektronické podobě,
  - g) předvedení způsobilosti věci spolehlivě sloužit svému účelu na místě.
- 4) Prodávající prohlašuje, že:
  - a) je výlučným vlastníkem věci, kterou kupujícímu odevzdá,
  - b) věc je nová, tzn. nikoli dříve použitá, a to ani repasovaná,
  - c) věc odpovídá této smlouvě; tzn., že má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který vyplývá zejména z této smlouvy, že vyhovuje požadavkům právních předpisů, že je vůbec bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních, a má-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, že věci odevzdá v odpovídajícím množství.

- 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě potřebné i další dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je prodávající povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést jako součást závazku odevzdat věc bez dopadu na kupní cenu.

#### IV.

#### Podmínky plnění předmětu smlouvy

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Proávající odevzdá věc s potřebnou odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na odevzdání věci přímo či nepřímo vztahují.
- 2) **Požadavky na instalaci či montáž věci**
- a) Proávající se zavazuje provést zejména
1. instalaci věci, tj. její usazení v místě odevzdání věci a napojení na zdroje, zejména k elektrickým rozvodům, a dále vzájemné funkční propojení s dalšími věcmi či dalším vybavením kupujícího, je-li plný provoz věci podmíněn takovým napojením nebo propojením.
  2. instalaci a programování programového vybavení věci, tak, aby věc mohla spolehlivě plnit svůj účel.
- b) Proávající se zavazuje s kupujícím konzultovat návrh napojení věci na zdroje, jakož i návrh na vzájemné funkční propojení věci s dalšími věcmi či dalším vybavením kupujícího ve smyslu předchozího písmene **(dále také jen „návrh napojení“)**. Návrh napojení předloží prodávající kupujícímu v termínu umožňujícím včasné splnění závazku odevzdat věc. Proávající nesmí před schválením návrhu napojení kupujícím plnit ty závazky vyplývající ze smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor se schváleným návrhem napojení.
- 3) **Odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci**
- Proávající se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci, případně její seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby věc mohla spolehlivě plnit svůj účel.
- 4) **Předvedení způsobilosti věci spolehlivě sloužit svému účelu**
- a) Proávající se zavazuje předvést kupujícímu, že věc je způsobilá spolehlivě sloužit svému účelu **(dále jen „předvedení způsobilosti“)**. Předvedení způsobilosti spočívá v uvedení věci do plného provozu.
- b) V rámci předvedení způsobilosti prodávající ověří splnění jednotlivých specifikací a požadavků na jakost, provedení, jakož i další vlastnosti, které jsou uvedené zejména v příloze č. 1 smlouvy.
- 5) **Zaškolení obsluhy věci**
- a) Proávající se zavazuje provést zaškolení alespoň 2 osob určených kupujícím (případně jiných, kupujícím přizvaných osob). Zaškolením se pro účely této smlouvy rozumí seznámení pracovníků kupujícího s obsluhou věci, zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími náležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů.
- b) Proávající se zavazuje provést zaškolení v místě odevzdání věci v českém jazyce alespoň 2 osob určených kupujícím v takovém rozsahu, aby se zaškolované osoby i kupující přesvědčili, že zaškolované osoby byly seznámeny s podmínkami a obsluhou věci dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy.
- 6) **Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě věci**

Prodávající se zavazuje obstarat a předat kupujícímu ke dni odevzdání věci veškeré atesty, certifikáty a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem.

## 7) Subdodavatelé (poddodavatelé) prodávajícího

- a) Na žádost kupujícího se prodávající zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.
- b) Kupující si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů prodávajícího na plnění části závazků dle této smlouvy.
- c) Prodávající se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- d) Prodávající je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za prodávajícího. Na žádost kupujícího je prodávající povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- e) Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## 8) Odpovědnost za škodu

- a) Pokud v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy prodávajícím dojde ke vzniku škody kupujícímu nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.
- b) Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj závazky dle této smlouvy plní jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

## V.

### Odevzdání a převzetí věci

#### 1) Odevzdání věci kupujícímu

- a) Věc je odevzdána kupujícímu předvedením způsobilosti.
- b) Prodávající kontaktní osobě kupujícího písemně oznámí, že splnil veškeré závazky dle čl. III. odst. 3) písm. a) až g) této smlouvy a zároveň písemně vyzve kupujícího k účasti na předvedení způsobilosti a k poskytnutí součinnosti při odevzdání věci. Výzva dle předchozí věty musí být kupujícímu doručena **alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny** před termínem předvedení způsobilosti. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je kupující oprávněn předvedení způsobilosti v navrženém termínu odmítnout.
- c) Kupující je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, zejména budoucí uživatele věci.

#### 2) Lhůta pro odevzdání věci

Prodávající věc odevzdá kupujícímu **nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

### 3) Místo odevzdání věci

- a) Věc bude kupujícímu odevzdána na adrese Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno, pavilon D29, místnosti 226, 118, 1S29, pavilon C13, místnost 212 a pavilon D29BB, místnost 1S106.
- b) Prodávajícímu bude umožněn přístup na místo odevzdání věci, a to nejpozději do **3 (slovy: tři) pracovních dnů** ode dne doručení jeho písemné výzvy kontaktní osobě kupujícího, nebude-li dohodnuto jinak.
- c) Přístup na místo odevzdání věci bude prodávajícímu umožněn každý pracovní den v době **od 8:00 hod. do 16:00 hod.** Kupující je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je prodávajícímu umožněn přístup na místo odevzdání věci, upravit písemným pokynem prodávajícímu.

### 4) Převzetí věci kupujícím

- a) K převzetí věci dochází současně s jejím odevzdáním.
- b) Kupující není povinen převzít věc, která vykazuje vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání věci nebo její užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nepřevezme-li kupující z těchto důvodů věc, hledí se na ni, jako by prodávajícím nebyla odevzdána. Prodávající je v prodlení oproti lhůtě pro odevzdání věci se všemi důsledky, které se s tím pojí.
- c) Převzetím kompletní věci přechází na kupujícího vlastnické právo k věci, jakož i nebezpečí vzniku škody na věci.

### 5) Předávací protokol

Odevzdání a převzetí věci smluvní strany potvrdí předávacím protokolem vyhotoveným prodávajícím. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje prodávajícího a kupujícího,
2. identifikaci věci včetně výrobního čísla,
3. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly kupujícímu předány,
4. protokoly o revizích,
5. doklady k věci,
6. protokol o provedeném zaškolení obsluhy věci a
7. datované podpisy smluvních stran; osobami oprávněnými k podpisu předávacího protokolu jsou vedle zástupců smluvních stran uvedených v čl. I. smlouvy kontaktní osoby smluvních stran.

### 6) Odvoz a likvidace odpadů; závěrečný úklid

Prodávající se zavazuje

- a) odvézt a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při plnění závazku odevzdat věc, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, příslušnou vyhláškou statutárního města Brna a dalšími právními předpisy,
- b) provést závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených plněním závazku odevzdat věc dle této smlouvy do původního stavu, nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu.

## VI.

### Kupní cena a platební podmínky

- 1) Celková kupní cena za splnění závazků prodávajícího dle této smlouvy je stanovena na základě nabídky prodávajícího podané do výběrového řízení k veřejné zakázce **a činí:**

**2 095 815,- (slovy: dva miliony devadesát pět tisíc osm set patnáct korun českých) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), z toho**

Kupní cena za jednotlivé kusy předmětu plnění činí:

**A)**

**Laboratorní mycí a dezinfekční zařízení č.1**

**415 595,- (slovy: čtyři sta patnáct tisíc pět set devadesát pět korun českých) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);**

**Laboratorní mycí a dezinfekční zařízení č.2**

**415 595,- (slovy: čtyři sta patnáct tisíc pět set devadesát pět korun českých) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);**

**Laboratorní mycí a dezinfekční zařízení č.3**

**415 595,- (slovy: čtyři sta patnáct tisíc pět set devadesát pět korun českých) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);**

**Laboratorní mycí a dezinfekční zařízení č.4**

**424 685,- (slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíc šest set osmdesát pět korun českých) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);**

**B)**

**Laboratorní mycí a dezinfekční zařízení č.5**

**424 345,- (slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).**

Prodávající je oprávněn ke kupní ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, **(dále jen „ZDPH“)**, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění **(dále jen „DUZP“)**. DUZP je den převzetí věci.

- 2) Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady na dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze uvažovat během plnění závazků dle této smlouvy. Prodávající dále prohlašuje, že kupní cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění závazků dle této smlouvy.
- 3) **Právo na zaplacení kupní ceny**
  - a) Právo na zaplacení kupní ceny vzniká převzetím věci kupujícím.
  - b) Kupující neposkytne prodávajícímu žádné zálohy.
- 4) **Úhrada kupní ceny**
  - a) Kupní cena bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu **(dále také jen „faktura“)**.
  - b) Faktura bude doručena kupujícím **nejpozději do 5 (slovy: tři) pracovních dní** ode dne převzetí věci.
  - c) Splatnost faktury je **30 (slovy: třicet) dní** ode dne jejího doručení kupujícím.
  - d) Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li prodávající na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje

provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžité závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

## 5) Náležitosti faktury

Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- a) náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,
- b) náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- c) uvedení názvu a registračních čísel projektů RECETOX RI Upgrade, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18\_046/0015975, CETOCOEN PLUS, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15\_003/0000469, CETOCOEN Excellence, registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17\_043/0009632.
- d) uvedení lhůty splatnosti a
- e) uvedení údajů bankovního spojení prodávajícího.

Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová **30 denní (slovy: třicetidenní)** lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

- 6) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u prodávajícího nebo kupujícího, nese veškeré následky z tohoto plynoucí prodávající.
- 7) V případě, že
  - a) úhrada kupní ceny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
  - b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené v této smlouvě či na faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

## VII.

### Práva z vadného plnění

- 1) Věc je vadná, neodpovídá-li smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že věc bude smlouvě odpovídat a že práva z vadného plnění lze uplatňovat i po smlouvenou záruční dobu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakékoli vady, které věc má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikly před či po převzetí věcí kupujícím, a to i v případě vad zjevných, nebo kdy je kupující měl či mohl zjistit, nebo kdy je zjistil.
- 2) Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v době jejího odevzdání, v době mezi odevzdáním věci a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době.
- 3) Neodpovídá-li věc této smlouvě, má kupující právo zejména na:
  - a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
  - b) odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná,



- c) odstranění vady dodáním chybějící součásti věci nebo, mělo-li být na základě této smlouvy odevzdáno více věcí, dodáním chybějící věci,
- d) přiměřenou slevu z kupní ceny,
- e) odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

#### 4) Záruka za jakost

- a) Smluvní strany sjednávají, že věc bude odpovídat této smlouvě i po smluvenou záruční dobu.
- b) Záruční doba činí pro zařízení typu A) **24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců\*** a pro zařízení typu B) **24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců\***. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce věci.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

*\*Předmětem hodnocení v rámci kritéria Servisní a aplikační podpora bude upraveno dle účastníkem nabízené hodnoty uvedené ve formuláři nabídky.*

#### 5) Reklamac vady věci v záruční době

- a) Práva z vadného plnění v záruční době uplatní kupující u prodávajícího kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (**dále také jen „reklamac“**) doručeným k rukám kontaktní osoby prodávajícího. I reklamac odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- b) V reklamaci kupující uvede alespoň:
  1. popis vady věci nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
  2. jaká práva v souvislosti s vadou věci uplatňuje.

Neuvede-li kupující, jaká práva v souvislosti s vadou věci uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy věci, příp. dodání nové věci bez vad, není-li vada věci opravou odstranitelná.

#### 6) Lhůta na odstranění vad

- a) Prodávající se zavazuje na odstranění reklamovaných vad nastoupit bezodkladně, nejpozději však **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení reklamac.
- b) Reklamované vady se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však **do 3 pracovních dnů** ode dne nástupu na odstranění vad, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.
- c) Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad věci veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Prodávající je povinen zejména:
  1. v případě odstranění vady dodáním nové věci dodat novou věc na tutéž adresu, kde byla kupujícím odevzdána nahrazovaná věc, a
  2. věc, jejíž vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě, kde byla kupujícím odevzdána, a po provedení opravy opravenou věc opět v tomto místě předat kupujícím.

Převzetí věci k odstranění vad a následně předání věci po odstranění vad proběhne vždy **v pracovní dny v pracovní době od 8:00 do 16:00 hod.**, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

#### 7) Záruční servis

- a) Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Termíny servisních úkonů budou stanoveny dle provozních možností kupujícího.
  - b) Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provést alespoň jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku věci. Servisní prohlídka bude zahrnovat základní servisní úkony, zejména seřízení, odzkoušení a ověření správné funkčnosti věci tak, aby věc mohla nadále spolehlivě plnit svůj účel.
  - c) Uplatnění práv dle tohoto článku kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty kupujícího prodávajícímu, příp. jiné osobě; kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv. To neplatí pro ustanovení odstavce následujícího.
  - d) V případě, že prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle tohoto článku nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to **do 10 (slovy: deseti) dnů** ode dne jejich písemného uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 8) **Práva kupujícího z vadného plnění po konci záruční doby; pozáruční servis a práva kupujícího z nefunkční věci v době trvání záruční doby; mimozáruční servis**
- a) Prodávající je povinen minimálně po dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby zabezpečit na písemnou výzvu kupujícího za úplatu pozáruční servis. Cena jedné hodiny pozáručního servisu nepřesáhne cenu obvyklou pro danou věc. Prodávající je oprávněn k ceně jedné hodiny pozáručního servisu připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.
  - b) Prodávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis za stejných podmínek, jaké jsou touto smlouvou sjednány pro záruční servis.
  - c) Poskytování pozáručního servisu prodávajícím není sjednáno jako výhradní. Kupující si vyhrazuje právo zajistit pozáruční servis i od třetích osob bez jakékoliv sankce ze strany prodávajícího.
  - d) Prodávající se zavazuje poskytovat i servis nefunkční věci dle této smlouvy po dobu záruční doby, ať je již nefunkčnost způsobena z jakékoliv příčiny (typicky v důsledku vadného jednání kupujícího), která nemá za následek uplatnění práva kupujícího ze záručního servisu (mimozáruční servis). Mimozáruční servis je kupujícím poskytován za stejných podmínek jaké stanoví čl. VII odst. 6 písm. a), b), c), čl. VII. odst. 7, d) čl. VII. odst. 8 písm. c) této smlouvy. Cena jedné hodiny mimozáručního servisu nepřesáhne cenu obvyklou pro danou věc. Prodávající je oprávněn k ceně jedné hodiny mimozáručního servisu připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.

## VIII.

### Smluvní pokuty

- 1) V případě prodlení prodávajícího oproti lhůtě pro odevzdání věci dle čl. V. odst. 2) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,1 %** (slovy: nula celá jedna desetina procenta) z celkové kupní ceny věci včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 2) V případě nedodržení dohodnuté lhůty pro nástup na odstranění vad dle čl. VII. odst. 6) písm. a) této smlouvy, čl. VII. odst. 8 písm. b) a d) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu **ve výši 500,-** (slovy: pět set) Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
- 3) V případě nedodržení dohodnuté lhůty pro odstranění vady věci dle čl. VII. odst. 6) písm. b) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu **ve výši 500,-** (slovy: pět set) Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- 4) Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení **ve výši 0,1 %** (slovy: nula celá jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 6) Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění kupujícího požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany prodávajícího, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- 7) Prodávající není povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Prodávajícího ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší moci je Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat a prokázat ji.

## IX.

### Zánik závazků

- 1) Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo její výpovědí.
- 2) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím.
- 3) Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i bez předchozího písemného upozornění doručenému prodávajícímu:
  - a) v případě, byť nepodstatného porušení smlouvy prodávajícím,
  - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování prodávajícího nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu kupujícího přiměřenou jistotu,
  - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku prodávajícího dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - d) v případě, že prodávající v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.
  - e) v případě, že je prodlení s odevzdáním věci dle této smlouvy v důsledku jednání ze strany prodávajícího delší než 21 dnů.
- 4) Tuto smlouvu lze rovněž ukončit písemně vyhotovenou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc od doručení výpovědi vypovídající strany straně vypovídané.

## X.

### Dodatky a změny smlouvy; Kontaktní osoby

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.
- 2) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit **do 15 (slovy: patnácti) dnů** ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 3) Pouze to, co se uvozuje nebo k čemu se dodává „nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak“, může být smluvními stranami dohodnuto i ústně.

#### 4) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.


## XI.

### Závěrečná ujednání

- 1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v jednotlivostech specificky neupravených touto smlouvou se pro prodávajícího, jež je právnickou osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, uplatní podmínka INCOTERMS 2020 DAP, a pro právnickou osobu se sídlem mimo Evropskou unii se uplatní se podmínka INCOTERMS 2020 DPP.
- 2) Nedílnou součástí smlouvy je níže uvedená příloha smlouvy:
  - a) **Příloha č.1 – Technická specifikace věci**
- 3) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XI. smlouvy přednost před ustanoveními přílohy smlouvy.
- 4) Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. § 1879 OZ se nepoužije.
- 5) Kupující je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 6) Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje:
  - a) archivovat nejméně do 31. 12. 2033 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu kupujícímu umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; kupující je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí věci od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je prodávající povinen řídit se takovým právním předpisem;
  - b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu OP VVV, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na místo provedení díla a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy včetně přístupu i k těmto informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;

- c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího písmena;
- 7) Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění kopie smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- 8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u věcně, funkčně a místně příslušného soudu.
- 9) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy.
- 10) Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění zajistí kupující.
- 11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12) Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a opatřena certifikáty (elektronickými podpisy) smluvních stran.

V Brně



.....  
**prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.,**  
děkan  
za kupujícího

V Brně dne 30.3.2022



**RNDr. Libor Reichstädter, CSc.,**  
jednatel  
za prodávajícího

**Příloha č.1 Technická specifikace věci**

**A) Laboratorní mycí a dezinfekční zařízení (4 ks)**

Zařízení je určeno k přípravě čistého skla pro ultrastopovou organickou a anorganickou chemickou analýzu. Sklo, které bude v zařízení dekontaminováno, je používáno pro přípravu a analýzu vzorků životního prostředí (tj. půdy, sedimentů, jehličí, vody aj.) a vzorků biologických (krev, plasma, moč, svalovina, tuková tkáň aj. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

**Technické podmínky**

Parametr	Parametr nabízený dodavatelem
Výrobce	Miele
Typ/Model	PG 8583 CD ADP

Minimální požadované technické parametry	Technické parametry nabízené dodavatelem*
Vnější rozměry zařízení max. 850 x 900 x 700 mm (výška, šířka, hloubka), z hlediska vyhrazeného prostoru v laboratoři.	<i>ANO, 835x 900 x 700</i>
Užitný objem mycího prostoru v intervalu 120 – 150 l.	<i>ANO, 145 l.</i>
Dvouplošťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací. Kvalita nerez 1.4301 (dle ČSN 17 240, AISI 304) a vyšší.	<i>ANO, 1.4301/AISI304</i>
Dopředu výklopné dveře.	<i>ANO</i>
Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické	<i>ANO</i>
Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo např. sklo pro organická nebo anorganická stanovení.	<i>ANO, 15 + 2 programů</i>
Bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy.	<i>ANO</i>
Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze mycího programu.	<i>ANO</i>
Mycí prostor vybavený min. dvěma nerezovými mycími rameny	<i>ANO, 2</i>
Kontroly mycího tlaku a rotace ostříkovacích ramen.	<i>ANO</i>
Během mycího cyklu elektricky blokováno dveře.	<i>ANO</i>
Automatické dovírání a uzamykání dveří. Dveře zařízení jsou z bezpečnostních důvodů po spuštění zařízení automaticky dovřeny a následně automaticky	<i>ANO</i>

uzamčeny, pokud se teplota v mycím prostoru zvýší nad 60 °C.	
Vestavěný horkovzdušný sušicí agregát o ventilačním výkonu min. 50 m <sup>3</sup> /hod s aktivním HEPA filtrem a stupněm filtrace min. 99,95 %.	ANO, ventilační výkon 60 m <sup>3</sup> /hod s aktivním HEPA filtrem H 14 a stupněm filtrace 99,995%.
Mycí prostor o kapacitě až 128 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo do max. výšky 450 mm, dále pro až 196 pipet do max. výšky 450 mm nebo až 1600 ks zkumavek do max. výšky 160 mm .	Ano, Mycí prostor o kapacitě 128 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo do max. výšky 450 mm, dále pro 196 pipet do max. výšky 450 mm nebo 1600 ks zkumavek do max. výšky 160 mm .
Výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. 450 l/min.	ANO, 500 l/min.
Elektronická, programovatelná řídicí jednotka s min. níže uvedenými programy: - pro odstranění anorganických zbytků (např. solí kovů), - organických zbytků (např. tuků a vosků), - k odstranění olejů (např. syntetických olejů, maziv a paliv), - pro tepelně citlivé laboratorní pomůcky např. plastové láhve, - pro umytí pipet, - program pro velmi málo znečištěné předměty, - program pro málo znečištěné předměty, - program pro málo až středně silně znečištěné předměty, - program pro středně silně až silně znečištěné předměty.	ANO, Elektronická, programovatelná řídicí jednotka s níže uvedenými programy: - pro odstranění anorganických zbytků (např. solí kovů), - organických zbytků (např. tuků a vosků), - k odstranění olejů (např. syntetických olejů, maziv a paliv), - pro tepelně citlivé laboratorní pomůcky např. plastové láhve, - pro umytí pipet, - program pro velmi málo znečištěné předměty, - program pro málo znečištěné předměty, - program pro málo až středně silně znečištěné předměty, - program pro středně silně až silně znečištěné předměty.
Min. 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou neutralizační chemii a min.1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou mycí chemii.	ANO, 1+1
Možnost připojení 1 externího dávkovače pro tekutou oplachovou chemii.	ANO
Vestavěný změkčovač vody.	ANO
Vestavěný kondenzátor par.	ANO
Kontrola vodivosti oplachové vody.	ANO
Výtlačné čerpadlo pro netlakovou DEMI vodu.	ANO
Horní koš/lafeta pro uložení nástavců (výškově nastavitelný), výška osazení min. 160 mm a vestavěné ostříkovací rameno.	ANO, A101
Injektorový modul pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců min. 18 x injektorová tryska s plastovou podpěrrou (min. 9 x 90 mm a min. 9 x 185 mm) s přídržnou mřížkou.	ANO, A301/5 + A861
Injektorový modul pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk,	ANO, A300/3

laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců min. 8 x injektorová tryska s plastovou podpěrou (min. 4 x 130 mm a min. 4 x 210 mm).	
Min. 2 x polokoš pro širokohrdlé laboratorní sklo s víky.	ANO, 2 x AK12 + 2 x A14

*\*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.*

Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění	Technické parametry nabízené dodavatelem
Zařízení je kompatibilní s níže uvedeným příslušenstvím k myčce Miele G 7883 CD a to: Segmentový koš pro zkumavky do 12 x 75 mm s kapacitou cca 200 ks (použití s horním i dolním košem) vč. víka (kat .č Miele A 103/1). Segmentový koš pro zkumavky do 12 x 105 mm s kapacitou cca 200 ks (použití s horním i dolním košem) vč. víka (kat .č Miele A 104/1). Segmentový koš zkumavky do 12 x 165 mm s kapacitou cca 200 ks (použití s dolním košem) vč. víka (kat .č Miele A 105/1). Segmentový koš zkumavky do 12 x 200 mm s kapacitou cca 200 ks (použití s dolním košem) vč. víka (kat .č Miele E 139/1). Polokoš pro širokohrdlé labor. sklo (např. kádinky) vč. dvou vík (kat .č Miele AK 12 a víko A 14).	ANO
Zařízení je kompatibilní s níže uvedeným příslušenstvím k myčce Miele G 7883 CD a to: Injektorový vozík s 32 injektorovými tryskami a s výškově nastavitelnými aretacemi do max. 450 mm (kat .č Miele E 380).	ANO
Zařízení je kompatibilní s níže uvedeným příslušenstvím k myčce Miele G 7883 CD a to: Injektorový vozík s 96 injektorovými tryskami pro pipety do max. výšky 450 mm (kat. č. Miele E 408).	ANO

Dílčí hodnotící kritérium – Servisní a aplikační podpora	Technické parametry nabízené dodavatelem
Délka záruční doby	24



## B) Laboratorní mycí a dezinfekční zařízení (1 ks)

Zařízení je určeno k přípravě čistého skla pro potřeby molekulárně biologické a mikrobiologické laboratoře. Sklo, které bude v zařízení dekontaminováno, je používáno pro kultivaci GMO mikrobiálních kultur a práci s koncentrovanými roztoky proteinů. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

### Technické podmínky

Parametr	Parametr nabízený dodavatelem
Výrobce	Miele
Typ/Model	PG 8583 CD ADP

Minimální požadované technické parametry	Technické parametry nabízené dodavatelem*
Vnější rozměry zařízení max. 850 x 900 x 700 mm (výška, šířka, hloubka), z hlediska vyhrazeného prostoru v laboratoři.	<i>ANO, 835x 900 x 700</i>
Užitný objem mycího prostoru v intervalu 120 – 150 l.	<i>ANO, 145 l.</i>
Dvouplošťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací. Kvalita nerez 1.4301 (dle ČSN 17 240, AISI 304) a vyšší.	<i>ANO, 1.4301/AISI304</i>
Kompletní zakrytování přístroje pro samostatně stojící přístroj (horní zakrytí vč. postranní skříně)	<i>ANO, Kompletní zakrytování přístroje pro samostatně stojící přístroj (horní zakrytí vč. postranní skříně)</i>
Dopředu výklopné dveře.	<i>ANO</i>
Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické	<i>ANO</i>
Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo např. sklo pro organická nebo anorganická stanovení.	<i>ANO, 15 + 2 programů</i>
Bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy.	<i>ANO</i>
Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze mycího programu.	<i>ANO</i>
Mycí prostor vybavený min. dvěma nerezovými mycími rameny	<i>ANO, 2</i>
Kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen.	<i>ANO</i>
Během mycího cyklu elektricky blokováno dveře.	<i>ANO</i>
Automatické dovírání a uzamykání dveří. Dveře zařízení jsou z bezpečnostních důvodů po spuštění zařízení automaticky dovřeny a následně automaticky uzamčeny, pokud se teplota v mycím prostoru zvýší nad 60 °C.	<i>ANO</i>

Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 50 m <sup>3</sup> /hod s aktivním HEPA filtrem a stupněm filtrace min. 99,95 %.	ANO, ventilační výkon 60 m <sup>3</sup> /hod s aktivním HEPA filtrem H 14 a stupněm filtrace 99,995%.
Mycí prostor o kapacitě až 128 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo do max. výšky 450 mm, dále pro až 196 pipet do max. výšky 450 mm nebo až 1600 ks zkumavek do max. výšky 160 mm .	Ano, Mycí prostor o kapacitě 128 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo do max. výšky 450 mm, dále pro 196 pipet do max. výšky 450 mm nebo 1600 ks zkumavek do max. výšky 160 mm .
Výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. 450 l/min.	ANO, 500 l/min.
Elektronická, programovatelná řídicí jednotka s min. níže uvedenými programy: - pro odstranění anorganických zbytků (např. solí kovů), - organických zbytků (např. tuků a vosků), - k odstranění olejů (např. syntetických olejů, maziv a paliv), - pro tepelně citlivé laboratorní pomůcky např. plastové láhve, - pro umytí pipet, - program pro velmi málo znečištěné předměty, - program pro málo znečištěné předměty, - program pro málo až středně silně znečištěné předměty, - program pro středně silně až silně znečištěné předměty.	ANO, Elektronická, programovatelná řídicí jednotka s níže uvedenými programy: - pro odstranění anorganických zbytků (např. solí kovů), - organických zbytků (např. tuků a vosků), - k odstranění olejů (např. syntetických olejů, maziv a paliv), - pro tepelně citlivé laboratorní pomůcky např. plastové láhve, - pro umytí pipet, - program pro velmi málo znečištěné předměty, - program pro málo znečištěné předměty, - program pro málo až středně silně znečištěné předměty, - program pro středně silně až silně znečištěné předměty.
Min. 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou neutralizační chemii a min.1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou mycí chemii.	ANO, 1+1
Možnost připojení 1 externího dávkovače pro tekutou oplachovou chemii.	ANO
Vestavěný změkčovač vody.	ANO
Vestavěný kondenzátor par.	ANO
Kontrola vodivosti oplachové vody.	ANO
Výtlačné čerpadlo pro netlakovou DEMI vodu.	ANO
Horní koš/lafeta pro uložení nástavců (výškově nastavitelný), výška osazení min. 160 mm a vestavěné ostřikovací rameno.	ANO, A101
Injektorový modul pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců min. 18 x injektorová tryska s plastovou podpěrrou (min. 9 x 90 mm a min. 9 x 185 mm) s přídržnou mřížkou.	ANO, A301/5 + A861
Injektorový modul pro uložení laboratorního skla jako např. Erlenmeyerových baněk, kulatých baněk, laboratorních láhví, odměrných baněk a odměrných válců min. 8 x injektorová tryska s plastovou	ANO, A300/3

podpěrou (min. 4 x 130 mm a min. 4 x 210 mm).	
Spodní koš pro uložení injektorových modulů nebo nástavců se dvěma přípojkami modulů a automatickým uzavřením přípojky, když není použita.	ANO, A150
Min. 2 x polokoš pro širokohrdlé laboratorní sklo s víky.	ANO, 2 x AK12 + 2 x A14

*\*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.*

Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění	Technické parametry nabízené dodavatelem
Zařízení je kompatibilní s níže uvedeným příslušenstvím k myčce Miele G 7883 CD a to: Segmentový koš pro zkumavky do 12 x 75 mm s kapacitou cca 200 ks (použití s horním i dolním košem) vč. víka (kat .č Miele A 103/1). Segmentový koš pro zkumavky do 12 x 105 mm s kapacitou cca 200 ks (použití s horním i dolním košem) vč. víka (kat .č Miele A 104/1). Segmentový koš zkumavky do 12 x 165 mm s kapacitou cca 200 ks (použití s dolním košem) vč. víka (kat .č Miele A 105/1). Segmentový koš zkumavky do 12 x 200 mm s kapacitou cca 200 ks (použití s dolním košem) vč. víka (kat .č Miele E 139/1). Polokoš pro širokohrdlé labor. sklo (např. kádinky) vč. dvou vík (kat .č Miele AK 12 a víko A 14).	ANO
Zařízení je kompatibilní s níže uvedeným příslušenstvím k myčce Miele G 7883 CD a to: Injektorový vozík s 32 injektorovými tryskami a s výškově nastavitelnými aretacemi do max. 450 mm (kat .č Miele E 380).	ANO
Zařízení je kompatibilní s níže uvedeným příslušenstvím k myčce Miele G 7883 CD a to: Injektorový vozík s 96 injektorovými tryskami pro pipety do max. výšky 450 mm (kat. č. Miele E 408).	ANO

Dílčí hodnotící kritérium – Servisní a aplikační podpora	Technické parametry nabízené dodavatelem
Délka záruční doby	24

**Miele**

MUNI Recetox\_PG 8583 CD ADP



PG 8583 CD [WW ADP CM]

Mycí automat

s čerpadlem na destilovanou vodu, tekutým dávk., DryPlus a kontrolou vodivosti.



- Výkon/šarže, např. 128 laboratorní lahve
- Účinné využití zdrojů – topné čerpadlo s variabilními otáčkami
- Bezpečnost – kontrola mycího tlaku, ostříkov. ramen a vodivosti
- Účinné horkovzdušné sušení – DryPlus
- Absolutní bezpečnost – možné napojení na dokumentaci procesů

<b>Provedení a konstrukce</b>	
Provedení	Volně stoj. příst., podstav., šif. 90 cm, bez víka
Vnější opláštění	nerez
Možnost zabudování pod pracovní desku	•
AutoClose – automatické zablokování dvířek	•
Akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
<b>Použití</b>	
Vhodné pro laboratoře	•
<b>Kapacita</b>	
Laboratorní lahve na šarži [počet]	128
Pipety na šarži [počet]	98
<b>Údaje o výkonu</b>	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min.	500
Nejkratší doba programu v min.	20
Maximální teplota oplachu ve °C	93
Užitný objem mycího prostoru v l	145,00
Testované provozní hodiny	15,000
<b>Řízení</b>	
Typ ovládání	TouchControl
Volba programu	Touch on Metal
Tlačítka přímé volby	•
Max. předvolba startu v hod.	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	15
Volná programová místa [počet]	2
Řízení hodnoty AO	•
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky na displeji	•
<b>Standardní elektrická přípojka</b>	
Elektrické připojení	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	8,5
Celkový příkon v kW	9,3
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,80
<b>Možná varianta napětí 1</b>	
Elektrické připojení	AC 230V 50HZ
Topný výkon v kW	2,5
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	16

PG 8583 CD [WW ADP CM]

Mycí automat

s čerpadlem na destilovanou vodu, tekutým dávk., DryPlus a kontrolou vodivosti.



<b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>	
Studená voda [počet]	1
Studená voda do kondenzátoru par [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
ADP – s napájecím čerpadlem na DEMI vodu [počet]	1
Potřebný průtočný tlak v kPa	200-1.000
Maximální výtlačná výška odpadního čerpadla v cm	100
Integrovaný změkčovač vody	•
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,700
Odtokové čerpadlo [DN]	22
Systém ochrany proti poškození vodou	Waterproofsystem (WPS)
<b>Sušicí agregát</b>	
Integrovaný sušicí agregát	•
Ventilátor v kW	0,3
Ohřívač v kW	2,2
Celkový příkon v kW	2,5
Vzduchový výkon v m <sup>3</sup> /h	60
Třída HEPA filtru	H14
Účinnost odlučování HEPA filtru (podle DIN EN 1822) v %	99,995
Životnost HEPA filtru v h	500
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	820
Vnější rozměr, šířka netto v mm	900
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1,095
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1,200
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	800
Mycí prostor, užitná výška v mm	520
Mycí prostor, hloubka dolního koše v mm	520
Mycí prostor, užitná šířka v mm	530
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Hmotnost netto v kg	98
Hmotnost brutto v kg	133
<b>Emisní hodnoty</b>	
Emise hladiny akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	1,40

PG 8583 CD [WW ADP CM]

Mycí automat

s čerpadlem na destilovanou vodu, tekutým dávk., DryPlus a kontrolou vodivosti.



<b>Vybavení</b>	
1 dávkovací čerpadlo na tekutý čisticí prostředek	•
1 dávkovací čerpadlo na neutralizační prostředek	•
Přídavná integrovatelná dávkovací čerpadla (volitelně)	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola ostřikovacích ramen	•
Kontrola vodivosti	•
Rozhraní pro dokumentaci procesů (volitelně)	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s proměnlivými otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
DryPlus	•
Zásobník soli ve dvířkách	•
Optické rozhraní zákaznického servisu	•
Možnost nastavení pro procesní chemikálie (3 x 5 l / 2 x 10 l)	•
Mycí prostor svařený bez mezer díky laserové technologii	•
Topné těleso vně mycího prostoru	•
Prostor myčky z kvalitní nerezí (1,4301/304)	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelně)	•
<b>Možnosti připojení</b>	
Sériové rozhraní RS 232 (volitelné příslušenství)	•
WLAN via DataDiary (volitelně)	•
Ethernetové rozhraní (volitelně)	•
<b>Normy, kontrolní a identifikační označení</b>	
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 20	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES	•

DE-CS7-85

Kryt přístroje

pro horní zakrytí stroje, hloubka 70 cm, šířka 90 cm.



<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Víko	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	15
Vnější rozměr, šířka netto v mm	700
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	900
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	790
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	990
Hmotnost netto v kg	14,450
Hmotnost brutto v kg	16,750



UBS 1

Přestavná sada

pro použití vybraných mycích košů řady G 78 v řadě PG 85.



- Pro starší zavážecí vozíky s připojením sušení

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Sada pro přestavbu	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Plast
Barva	Černá
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	75
Vnější rozměr, šířka netto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	165
Vnější rozměr, výška brutto v mm	80
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Hmotnost netto v kg	0,104
Hmotnost brutto v kg	0,174

UBS 2

Přestavná sada

pro použití vybraných vozíků řady G 78 v přístrojích řady PG 85.



- Pro starší vstříkovací jednotky bez připojení sušení

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8583	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Sada pro přestavbu	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Nerez Černá
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	125
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	165
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	350
Hmotnost netto v kg	0,529
Hmotnost brutto v kg	0,729

A 300/3

Modul

pro optimální uložení laboratorního skla – vybaveno 8 tryskami.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Vybaveno 4 tryskami A 840 a 4 tryskami A 841
- Součást systému EasyLoad
- Vzdálenost trysek 118 mm do šířky, 118 mm do hloubky

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec pro instrumentárium	•
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Nerez Černá
Počet příhrádek	8
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	8
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	228
Vnější rozměr, šířka netto v mm	208
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	515
Hmotnost netto v kg	1,470
Hmotnost brutto v kg	1,915
<b>Dodávané příslušenství</b>	
A 840, injektorová tryska, vysoká 130 mm [počet]	4
A 841, injektorová tryska, vysoká 210 mm [počet]	4

A 301/5

Modul

pro optimální uložení laboratorního skla – vybaveno 18 tryskami.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Vybaveno 9 tryskami A 842 a 9 tryskami A 843
- Součást systému EasyLoad
- Vzdálenost trysek 78 mm do šířky, 157 mm do hloubky

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé láhve	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Nerez Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	18
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	203
Vnější rozměr, šířka netto v mm	232
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	480
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	515
Hmotnost netto v kg	2,160
Hmotnost brutto v kg	3,170
<b>Dodávané příslušenství</b>	
A 842, injektorová tryska, vysoká 90 mm [počet]	9
A 843, injektorová tryska, vysoká 185 mm [počet]	9

A 14

Víko

pro upevnění choulostivých mytých předmětů a pomůcek.



- Víko z nerez oceli
- Vyražené otvory 7 x 7 mm, přepážky 3 mm

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Víko	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých potřeb	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	20
Vnější rozměr, šířka netto v mm	210
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	210
Vnější rozměr, výška brutto v mm	30
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	240
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,150
Hmotnost brutto v kg	0,300

AK 12

Nástavec

pro uložení různých pomůcek.



- vhodné např. pro odsávačky mateřského mléka, kádinky a nálevky

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Jiný nástavec	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	122
Vnější rozměr, šířka netto v mm	224
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	434
Vnější rozměr, výška brutto v mm	140
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	235
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	490
Hmotnost netto v kg	0,830
Hmotnost brutto v kg	1,010

A 861

Přidrzná mřížka  
pro injektorový modul A 301/4 a A 301/5




- Rozdělení: 3 × 6 polí
- Lze nasadit na injektorový modul A 301/4 a A 301/5
- Pro optimální umístění laboratorního skla
- Součást systému EasyLoad

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec/jiný modul	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Nerez Černá
Počet přihrádek	18
Šířka polí v mm	74
Délka polí v mm	74
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	80
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	350
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	210
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	495
Hmotnost netto v kg	0,100
Hmotnost brutto v kg	1,875

A 101

Horní koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



- Osaz. výška 160 +/-30 mm, os. šířka 475 mm, os. hloubka 443 mm
- S vestavěným ostříkovacím ramenem


<b>Produktové zařazení</b>	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Horní koš	•
Lafeta/nosič koše	•
Horní koš	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava gyn. instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava OP instrumentária	•
Příprava různých potřeb	•
Příprava plicní automatiky	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	206
Vnější rozměr, šířka netto v mm	528
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	527
Vnější rozměr, výška brutto v mm	230
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	555
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	580
Hmotnost netto v kg	3,000
Hmotnost brutto v kg	3,795



A 150

Spodní koš

pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců.



- Spodní koš se dvěma přípojkami modulů
- Pro uložení až 2 injektorových modulů nebo nástavců
- Automatické uzavření přípojky, když se nepoužívá
- Rozměry pro osazení: šířka 494, délka 440 mm

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Koš s modulovou spojkou	•
Spodní koš	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez Plast
Barva	Nerez Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava laboratorního skla	•
Příprava butyrometrů	•
Příprava odměrných válců	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	154
Vnější rozměr, šířka netto v mm	529
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	546
Vnější rozměr, výška brutto v mm	175
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	565
Hmotnost netto v kg	2,610
Hmotnost brutto v kg	3,290

## Ceska republika

Miele, spol. s.r.o.  
Holandska 4  
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111  
Fax: 543 553 149  
Servis-tel.: 800 MIELE1 (800 643 531)  
Servis-fax: 543 553 139

E-mail: [info@miele.cz](mailto:info@miele.cz)  
[servis@miele.cz](mailto:servis@miele.cz)  
Internet: [www.miele.cz](http://www.miele.cz)

## Showroom Praha:

Ke Stvanici 3  
(budova Diamond Point)  
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555-6  
Fax: 225 095 559

E-mail: [gallery@miele.cz](mailto:gallery@miele.cz)  
Internet: [www.miele.cz](http://www.miele.cz)

## Slovenska republika

Miele s.r.o.  
Plynarenska 1  
821 09 Bratislava

Tel.: 02/58 103 111  
Fax: 02/58 1 03 119

E-mail: [info@miele.sk](mailto:info@miele.sk)  
Internet: [www.miele.sk](http://www.miele.sk)

**Cenová nabídka: 2101NB01275/1**
**Číslo zakázky: 21ZA0101186**
**Číslo poptávky odběratele:**

MERCİ, s.r.o.

Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

IČ 46966447

tel.: 548 428 411, fax: 548 211 485, www.merci.cz

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v odděle C., vložce 6817, 27.07.1992

Vytvořeno: 10.03.2022

Datum tisku: 14.03.2022

**Platnost do: 31.07.2022**
**Fakturační adresa:**
**Masarykova univerzita**

Žerotínovo náměstí 617/9

602 00 Brno-město

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

**Dodací adresa:**
**Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta  
Centrum RECETOX**

Kamenice 5/753, D29

625 00 Brno-Bohunice

tel.:

DIČ: CZ00216224

**Vaši nabídku zpracovává:**
**Odpovědný obchodník:**
**Kontakt :**
**Kontakt :**

Děkujeme za vaši poptávku a dovolujeme si nabídnout následující položky:

S ohledem na probíhající pandemii COVID-19 kupující a prodávající sjednávají, že uvedená dodací lhůta je pouze orientační. Proto případné nedodržení dodací lhůty z důvodů spotřebujících v pandemii COVID-19 a na ni navazujících opatření včetně případné karantény či onemocnění zaměstnanců a neschopnosti dodat předmět dodávky ze strany dodavatelů prodávajícího ze stejných důvodů, není porušením povinnosti prodávajícího (prodloužením s dodáním předmětu dodávky). Vzhledem k tomu při nedodržení dodací lhůty z důvodů uvedených v předchozí větě kupujícími nevzniknou (nemohou vzniknout) vůči prodávajícímu žádné nároky či práva včetně práva na úhradu smluvní pokuty.

**Pozice** **Název zařazení**
**Objednací číslo**

č.ř.	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1	Mycí automat Miele PG 8583 CD ADP			4,000	ks	21	384 200,00	345 780,00	1 383 120,00
								-10,00 %	
2	DE CS7 85 Kryt přístroje pro horní zakrytí stroje, hloubka 70 cm, šířka 90 cm			4,000	ks	21	11 400,00	10 260,00	41 040,00
								-10,00 %	
3	A 150 Spodní koš pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců			4,000	ks	21	13 800,00	12 420,00	49 680,00
								-10,00 %	
4	A 101 Horní koš výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců			4,000	ks	21	11 800,00	10 620,00	42 480,00
								-10,00 %	
5	A 301/5 Modul pro optimální uložení laboratorního skla – vybaveno 18 tryskami			4,000	ks	21	14 400,00	12 960,00	51 840,00
								-10,00 %	
6	A 861 Přidržná mřížka pro injektorový modul A 301/4 a A 301/5			4,000	ks	21	6 800,00	6 120,00	24 480,00
								-10,00 %	
7	A 300/3 Modul pro optimální uložení laboratorního skla			4,000	ks	21	9 100,00	8 190,00	32 760,00
								-10,00 %	
8	AK 12 Nástavec pro uložení různých pomůcek			8,000	ks	21	3 200,00	2 880,00	23 040,00
								-10,00 %	

**Oblastní kanceláře:**

 MERCİ Ostrava  
 Kollárova 18  
 709 00 OSTRAVA  
 tel.: 596 624 633  
 e-mail: merci.ostrava@merci.cz

 MERCİ Plzeň  
 Thámova 4  
 301 95 PLZEŇ  
 tel.: 377 321 716  
 e-mail: merci.plzen@merci.cz

 MERCİ Praha  
 Průhonická 127  
 251 01 ČESTLICE  
 tel.: 224 933 010  
 e-mail: merci.praha@merci.cz

 MERCİ Ústí n./L.  
 Zolova 8  
 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM  
 tel.: 475 501 138  
 e-mail: merci.ul@merci.cz


**Cenová nabídka: 21O1NB01275/1**
**Číslo zakázky: 21ZA0101186**

Pozice	Název zařazení									
č.ř.	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH	
9	A 14 Víko pro upevnění choulostivých mytých předmětů a pomůcek			8,000	ks	21	1 700,00	1 700,00	13 600,00	
10	UBS 2 Přestavná sada pro použití vybraných vozíků řady G 78 v přístrojích řady PG 85			1,000	ks	21	7 500,00	6 750,00	6 750,00	
								-10,00 %		
11	UBS 1 Přestavná sada pro použití vybraných mycích košů řady G 78 v řadě PG 85			1,000	ks	21	2 600,00	2 340,00	2 340,00	
								-10,00 %		
12	<b>Z1161000350</b> Sůl regenerační do myčky Miele á 1,5kg			4,000	ks	21	85,00	85,00	340,00	
<b>Součet za nezařazené položky</b>			<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>1 671 470,00 Kč</b>	<b>Cena celkem s DPH:</b>		<b>2 022 478,70 Kč</b>			

**Celkový součet za celou sestavu**

<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>1 671 470,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>351 008,70 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>2 022 478,70 Kč</b>

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.

Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.

 Objednávka se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCİ, s.r.o. – viz. [www.merci.cz](http://www.merci.cz) .

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci



**Cenová nabídka: 2101NB01279/1**

Číslo zakázky:

Číslo poptávky odběratele:

MERCİ, s.r.o.

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

IČ 46966447

tel.: 548 428 411, fax: 548 211 485, www.merci.cz

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v odděle C., vložce 6817, 27.07.1992

Vytvořeno: 11.03.2022

Datum tisku: 14.03.2022

**Platnost do: 30.07.2022**

Fakturační adresa:

**Masarykova univerzita**

Žerotínovo náměstí 617/9

602 00 Brno-město

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Dodací adresa:

**Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta  
Centrum RECETOX**

Kamenice 5/753, D29

625 00 Brno-Bohunice

tel.:

DIČ: CZ00216224

**Vaši nabídku zpracovává:**

**Odpovědný obchodník:**

**Kontakt :**

**Kontakt :**

Děkujeme za vaši poptávku a dovolueme si nabídnout následující položky:

S ohledem na probíhající pandemii COVID-19 kupující a prodávající sjednávají, že uvedená dodací lhůta je pouze orientační. Proto případné nedodržení dodací lhůty z důvodů spotřebujících v pandemii COVID-19 a na ni navazujících opatření včetně případné karantény či onemocnění zaměstnanců a neschoposti dodat předmět dodávky ze strany dodavatelů prodávajícího ze stejných důvodů, není porušením povinnosti prodávajícího (prodejním s dodáním předmětu dodávky). Vzhledem k tomu při nedodržení dodací lhůty z důvodů uvedených v předchozí větě kupujícími nevzniknou (nemohou vzniknout) vůči prodávajícímu žádné nároky či práva včetně práva na úhradu smluvní pokuty.

**Pozice** **Název zařízení**

**Objednací číslo**

č.ř.	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1	Mycí automat Miele PG 8583 CD ADP			1,000	ks	21	384 200,00	345 780,00	345 780,00
								-10,00 %	
2	DE CS7 85 Kryt přístroje pro horní zakrytí stroje, hloubka 70 cm, šířka 90 cm			1,000	ks	21	11 400,00	10 260,00	10 260,00
								-10,00 %	
3	A 150 Spodní koš pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců			1,000	ks	21	13 800,00	12 420,00	12 420,00
								-10,00 %	
4	A 101 Horní koš výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců			1,000	ks	21	11 800,00	10 620,00	10 620,00
								-10,00 %	
5	A 301/5 Modul pro optimální uložení laboratorního skla – vybaveno 18 tryskami			1,000	ks	21	14 400,00	12 960,00	12 960,00
								-10,00 %	
6	A 861 Přidržná mřížka pro injektorový modul A 301/4 a A 301/5			1,000	ks	21	6 800,00	6 120,00	6 120,00
								-10,00 %	
7	A 300/3 Modul pro optimální uložení laboratorního skla			1,000	ks	21	9 100,00	8 190,00	8 190,00
								-10,00 %	
8	AK 12 Nástavec pro uložení různých pomůcek			2,000	ks	21	3 200,00	2 880,00	5 760,00
								-10,00 %	

**Oblastní kanceláře:**

MERCİ Ostrava  
Kollárova 18  
709 00 OSTRAVA  
tel.: 596 624 633  
e-mail: merci.ostrava@merci.cz

MERCİ Plzeň  
Thámová 4  
301 95 PLZEŇ  
tel.: 377 321 716  
e-mail: merci.plzen@merci.cz

MERCİ Praha  
Průhonická 127  
251 01 ČESTLICE  
tel.: 224 933 010  
e-mail: merci.praha@merci.cz

MERCİ Ústí n./L.  
Zolova 8  
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM  
tel.: 475 501 138  
e-mail: merci.ul@merci.cz



**Cenová nabídka: 2101NB01279/1**

Číslo zakázky:

Pozice	Název zařazení	Objednací číslo	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
č.ř.											
9			UBS 2 Přestavná sada pro použití vybraných vozíků řady G 78 v přístrojích řady PG 85			1,000	ks	21	7 500,00	6 750,00	6 750,00
										-10,00 %	
10			UBS1 ( pro E408 na pipety)			1,000	ks	21	2 600,00	2 340,00	2 340,00
										-10,00 %	
11	<b>Z1161000350</b>		Sůl regenerační do myčky Miele á 1,5kg			1,000	ks	21	85,00	85,00	85,00
12			A 14 Víko pro upevnění choulostivých mytých předmětů a pomůcek			2,000	ks	21	1 700,00	1 530,00	3 060,00
										-10,00 %	
<b>Součet za nezařazené položky</b>			<b>Cena celkem bez DPH:</b>		<b>424 345,00 Kč</b>	<b>Cena celkem s DPH:</b>		<b>513 457,45 Kč</b>			

**Celkový součet za celou sestavu**

<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>424 345,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>89 112,45 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>513 457,45 Kč</b>

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.

Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy uveďte číslo nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.

Objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCİ, s.r.o. – viz. www.merci.cz .

Zůstáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci

