

OBJEDNÁVKAČíslo objednávky: **P2022/000067**
!! NUTNÉ UVÁDĚT NA FAKTURE !!**Objednává:**Kroměřížská nemocnice a.s.
Oddělení zdravotnické techniky
Havlíčková 660/69
767 01 KroměřížIČ: 27660532
DIČ: CZ27660532**Dodavatel:**medisap, s.r.o.
Na rovnosti 2244/5
Praha 3

IČ: 48029360

Tel.: 724318626

Fax:

Email: jana.kopecka@medisap.cz

Datum objednávky: 07.04.2022**Určeno pro:** 209111 Technické oddělení OZTaM**Vyřizuje:****Telefon:****Email:****Zakázka č.:** 24624**Záruční
oprava:** NE**Od 1.4.2018 neakceptujeme žádné faktury v papírové podobě, pouze zaslané elektronicky na email fakturacezt@nem-km.cz.**

Na každou zakázku musí být vypracován cenový návrh, který musí být odsouhlasený.

Objednáváme u Vás:

BTK

SN / Inv. č. / Metr.č.	Typ servisu
Monitor s modulem plynové analýzy; B40 SJF1502160WA / 894040 /	209916 - Stanice anestezie
Přístroj anesteziologický; Aespire 7900 ANCL 00418 / 859800 /	209916 - Stanice anestezie
Přístroj anesteziologický; Aespire 7900 ANCN 01428 / 879500 /	209916 - Stanice anestezie
Lůžko vyhřívací; Panda HDJM51939 / 870500 /	202327 - Novorozenecké oddělení
Přístroj anesteziologický; Aespire View APHR01720 / 890530 /	209916 - Stanice anestezie
Přístroj anesteziologický; Aespire View APHS00497 / 891580 /	209916 - Stanice anestezie
Přístroj anesteziologický; Aestiva 3000 AMRB 00268 / 724200 /	209916 - Stanice anestezie
Přístroj anesteziologický; Aespire 7900 ANCK 00139 / 856100 /	209916 - Stanice anestezie
Resuscitátor; Lullaby SKE18180950PA / /	202327 - Novorozenecké oddělení

Žádáme o provedení bezpečnostně-technické kontroly zdravotnického prostředku dle § 45 zákona č.89/2021 v platném termínu 6/2022 .Děkujeme

Cena bez DPH: 136 184,00 Kč

Schválil(a):

Při realizaci objednávky na dodávku zboží doložte ve smyslu zákona č. 89/2021 Sb. v aktuálním znění, kopii prohlášení o shodě, certifikát/oprávnění k servisu/prodeji od výrobce a kopii registrace u SUKL.

Na fakturu uveďte vždy číslo objednávky a fakturu doložte dodacím nebo montážním listem s přesným uvedením, co bylo předmětem dodávky nebo opravy.

U oprav navíc uveďte jméno servisního technika, popis jednotlivých servisních úkonů, časovou náročnost opravy a použité náhradní díly, včetně jejich názvu a katalogového čísla.

Při opravách, údržbě nebo periodických kontrolách u ZP postupujte ve smyslu zákona č. 89/2021 Sb. v aktuálním znění.

Protokoly o bezpečnostně technických kontrolách, periodických kontrolách, revizích, validacích, kalibracích nebo o metrologickém ověření zaslejte v písemné podobě na adresu objednatele a současně e-mailem na adresu: eva.prasilova@nem-km.cz

S přepravními a manipulačními obaly postupujte ve smyslu zákona č. 447/2001 Sb.