

# VULKAN-Medical,a.s.

## Technická specifikace

# Rukavice nitrilové vyšetřovací - bezprašné s prodlouženou manžetou 9018 - D

Výrobce : VULKAN- Medical,a.s. IČ 27226158

EN 455, EN 374, EN 420, Nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/745 – ZP tř. I

Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/425 kategorie III OOP , ISO 9001, ISO 13485,

ASTM F1671, směrnice 1835/2004, EN 16523, ASTM D 6978

Zdravotnický prostředek Rukavice nitrilové vyšetřovací s prodlouženou manžetou jsou nesterilní lékařské rukavice, které se používají k provádění lékařského vyšetření, diagnostickým nebo terapeutickým zákrokům a pro práce s nakažlivým zdravotnickým materiálem. Chrání pacienta i uživatele před kontaminací. Snadno se navlékají a přizpůsobují tvaru ruky. Rukavice jsou určeny na jedno použití

Velikost		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
dlaň	(mm)	80 ±5	85 ±5	95 ±5	105 ±5	115 ±5
délka	(mm)	300 ±10	300 ±10	300 ±10	300 ±10	300 ±10
tloušťka : dlaň	(mm)	0.080-0.150				
tloušťka : prsty	(mm)	0.080-0.180				
váha	(gm/pc)	5.0-6.0	5.5-6.5	6.0-7.0	6.5 –7.5	7.0 -8.0
délka prstů						
palec	(mm)	50±2	55±2	58±2	60±2	62±2
prostředníček	(mm)	74±2	78±2	83±2	84±2	90±2
malíček	(mm)	48±2	53±2	56±2	58±2	62±2
Síla v přetržení (pevnost v tahu) (Nl) — Na základě testovací metody ASTM		11N				
Tažnost (%)		960% min.				
AQL kontrola		max AQL 1.5 (vyznačeno na obale)				

