

PŘÍLOHA Č. 1_TECHNICKÁ SPECIFIKACE – ČÁST B

Přístroj pro nepřímou srdeční masáž – typ LUCAS 2, výrobce Physio-Control, Inc., který splňuje veškeré podmínky a požadavky uvedené v této příloze.

V této příloze jsou uvedeny požadavky na dodávku v rámci této veřejné zakázky.

1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na dodávku v rámci VZ:

Parametr	Podmínky a požadavky
Předmět plnění VZ	Přístroj pro nepřímou srdeční masáž
Počet přístrojů	8 ks přístroj pro nepřímou srdeční masáž s příslušenstvím v požadované technické specifikaci
Požadavky na jednotlivé přístroje	<ol style="list-style-type: none">1. Minimální rozměry přístroje – zádová deska pouze pod hrudník pacienta.2. Snadná přenositelnost přístroje - váha celého přístroje připraveného k použití max. 8 kg, transport přístroje jednou osobou.3. Jednoduchá a rychlá manipulace s pacientem při použití přístroje.4. Možnost použití přístroje během transportu v sanitním voze a ve vrtulníku.5. Možnost použití variabilního zdroje energie:<ol style="list-style-type: none">a. napájení z dobíjecí výměnné baterieb. napájení ze sítě 12 Vc. napájení ze sítě 230 Vd. kompletní příslušenství k provozu6. Terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA/ERC 2015.7. Volitelné režimy kompresí:<ol style="list-style-type: none">a. režim frekvence kompresí 100/minutub. režim sekvence 30 kompresí s pauzou na dva vdechy, před počátkem pauzy spuštěna zvuková signalizace8. Pracovní cyklus komprese/aktivní dekomprese hrudníku v cyklu 50:50.9. Možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci.10. Možnost souběžného použití 12-ti svodového EKG.11. Možnost souběžné ventilace pacienta.12. Možnost uchycení rukou pacienta k přístroji pro potřebu masáže při transportu.13. Požadované příslušenství k přístroji:<ol style="list-style-type: none">a. 2 kusy dobíjecí baterie (1 kus v přístroji + 1 kus náhradní) napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 230Vb. napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 12V v sanitním voze i mimo nějc. držák pro umístění do sanitního vozidlad. přenosná brašna (batoh) na transport přístroje i příslušenstvíe. manuál k obsluze v českém jazyce
Funkční vzorek	<p>V průběhu posuzování a hodnocení nabídek může hodnotící komise vznést požadavek na případné bezplatné zapůjčení jednoho kusu přístroje pro zkušební provoz.</p> <p>Uchazeč musí zajistit splnění tohoto požadavku ve lhůtě do 14 dní od vyzvání zadavatelem. Maximální délka zapůjčení přístroje pro zkušební provoz činí 21 dnů ode dne vypůjčení. Zapůjčením přístroje nevzniká uchazeči nárok na uzavření kupní smlouvy.</p>
Záruční podmínky	Min. 24 měsíců

Parametr	Podmínky a požadavky
Doba dodání	60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Tabulka 1: Příklad pro nepřímou srdeční masáž

2 OSTATNÍ POŽADAVKY

Zadavatel pro všechny části požaduje:

1. Záruční podmínky:
 - a. Záruka běží od okamžiku předání každého jednotlivého přístroje.
 - b. Záruka min. 24 měsíců od předání a převzetí.
 - c. Kontaktní místo pro řešení reklamací a záručních oprav pro řešení záruky na území České republiky.
 - d. Doba vyřešení řešení reklamace do 30 kalendářních dnů.
2. Dokumentace:
 - a. Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce.
 - b. Dodání dokumentace k atestům, homologacím, pokud se na přístroje vztahují.
 - c. Dokumentace bude předána i elektronicky – formáty: MS Office 2007, WinZip (formát .zip), Portable Document Format (formát .pdf), na nosiči CD/DVD/flash disk.
3. Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem – Uchazeč seznámí pracovníky Zadavatele se všemi typy dodaných zařízení a problematikou jejich provozu.