

Název VZ: „Uzavřený systém odsávání 2-cestný“

Identifikační údaje účastníka

Název: **PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.**

IČO: 250 990 19

Sídlo: Juárezova 1071/17,160 00 Praha 6

Zadavatelem stanovena minimální technická specifikace	Vyjádření účastníka	
	Odkaz na dokument	Strana dokumentu
Nabízené předmětné plnění musí splňovat veškeré platné závazné právní předpisy, EN a ČSN normy pro použití v ČR;	Prohlášení o shodě	Str. 2
Předmět plnění je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče;	Prohlášení o shodě	Str. 2
DSE adapter pro napojení pacienta a okruhu;	VR_Medical leták - Dvojitý otočný kloub angl. zkr. DSE adapter	Str. 1
Odstranění sekretů z dýchacích cest s možností kontinuální ventilace;	VR_Medical leták – ANO splňuje	Str. 1
Speciální komora, která zajistí efektivnější čištění špičky katétru;	VR_Medical leták - ANO splňuje	Str. 1
1-cestný nebo 2 - cestný ventil pro aplikaci výplachového roztoku;	VR_Medical leták - ANO splňuje	Str. 1
flexibilní vrapovaná hadička;	VR_Medical leták ANO, je součástí balení st. parametrů 15x22 mm	Str. 1
MDI adaptér pro podání aerosolové medikace;	VR_Medical leták - ANO splňuje	Str. 1
Pevný a průhledný ochranný rukávec;	VR_Medical leták - ANO splňuje	Str. 1
Garantovaná doba použití min. 72 hodin;	VR_Medical leták ANO splňuje, doba použitelnosti 72 hodin	Str. 1
Jednotlivě sterilně baleno.	VR_Medical leták - ANO splňuje	Str. 1

Zadavatel bude akceptovat nabídku i s rovnocennými či lepšími technickými parametry, než jsou uvedeny v technické specifikaci, a to za předpokladu, že nabízený zdravotnický prostředek bude vyhovovat požadavkům, které se na konkrétní prostředek vztahují, vč. naplnění medicínského účelu

použití tohoto prostředku. V tomto případě je účastník povinen u každé položky stručně uvést, v čem je nabízený produkt rovnocenný či lepší od zadavatelem požadovaného daného technického parametru.

Pokyny pro vyplnění dokumentu

„Odkaz na dokument vč. vyjádření technické hodnoty“ - zde účastník uvede název dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází, vč. uvedení nabízeného technického parametru;

„Strana dokumentu“ - zde účastník uvede, stranu daného dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází.