

**Příloha č. 1 - Technické podmínky
a nezbytné požadavky na minimální vybavení dodávky**

	Popis	Požadovaná hodnota	Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/ANO-NE
Název zařízení	jednodveřový mycí automat		Miele, PG8583CDAEWWA DCM
Technická specifikace			
Provedení	volně stojící přístroj	ANO	ANO
	kryt přístroje pro horní zakrytí přístroje	ANO	ANO
	vnější opláštění nerez	ANO	ANO
	automatické zablokování dvířek	ANO	ANO
	akustický signál po skončení programu	ANO	ANO
Údaje o výkonu	oběhové čerpadlo o celkovém výkonu Qmax.	min.500 l/min	500
	maximální teplota oplachu (°C)	90	93
Řízení	dotykové ovládání	ANO	ANO
	odložený start (hod)	až 24	24 hod
	programovatelné	ANO	ANO
	programy (počet)	min. 10	15
	volná programová místa (počet)	min. 2	2
	indikace zbývajících času	ANO	ANO
	indikace průběhu programu	ANO	ANO
Elektrická přípojka	elektrické připojení 3N AC 400 v 50Hz	ANO	ANO
	příkon	max.9,3 kW	9,3 kW
	jištění 16 A	ANO	ANO
Přípojka přívodu a odvodu vody	studená voda (1)	ANO	ANO
	studená voda do kondenzátoru par (1)	ANO	ANO
	DEMI voda (1)	ANO	ANO
	potřebný průtočný tlak (kPa)	200-1000	200-1000
	odpadní čerpadlo	ANO	ANO
	integrováný změkčovač vody	ANO	ANO
	systém ochrany proti poškození vodou	ANO	ANO
Sušicí agregát	integrováný sušicí agregát	ANO	ANO
Rozměry	vnější rozměry (v, š, h) (mm)	max. 835,900,700	820x900x600
Programy	univerzální	ANO	ANO
	organika	ANO	ANO
	anorganika	ANO	ANO
	plasty	ANO	ANO
	pipety	ANO	ANO
Vybavení	zásuvka pro uložení procesní chemie	ANO	ANO
	mycí prostor vybaven dvěma nerezovými mycími rameny	ANO	ANO
	bezspárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy	ANO	ANO
	dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací	ANO	ANO

	zakrytá topná tělesa mimo mycí prostor	ANO	ANO
	1 dávkovací čerpadlo pro tekutý čisticí prostředek	ANO	ANO
	1 dávkovací čerpadlo pro neutralizační prostředek	ANO	ANO
	kontrola vodivosti	ANO	ANO
	přímé připojení mycího koše	ANO	ANO
	zásobník soli ve dvířkách	ANO	ANO
Příslušenství	spodní koš pro uložení injektorových modulů nebo nástavců	ANO	ANO
	horní koš - výškově nastavitelný pro uložení nástavců	ANO	ANO
	nástavec pro uložení pomůcek (kádinky, nálevky,..)	ANO	ANO
	modul pro laboratorní sklo s 18 tryskami	ANO	ANO
	přídržná mřížka pro injektorový modul	ANO	ANO
	modul pro laboratorní sklo s 8 tryskami	ANO	ANO
	modul pro uložení až 98 vialek	ANO	ANO
	krycí síť pro upevnění drobných a choulostivých mytých předmětů	ANO	ANO
	vozik pro uložení až 38 pipet různých objemů	ANO	ANO