

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „*kupující*“

a

L I N E T spol. s r.o.

se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný

IČ: 00507814

DIČ: CZ00507814

zastoupená: Bc. Zdeňkem Grimmem, ředitelem obchodu ČR a SR, v plné moci

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163

bankovní spojení: 58242141/0100

na straně druhé jako „*prodávající*“

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem „**Lůžka a lehátka**“ – část I., název části – **Intenzivní lůžka a vážicí lůžka s antidekubitními matracemi**, interní evidenční číslo **VZ-2022-000106**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou prodávající předložil do zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu: **9 ks lůžek Multicare vč. příslušenství a 9 ks matrací Opticare, 8 ks lůžek Eleganza 4 vč. příslušenství a 8 ks matrací PrimaCare 20**, splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále „předmět plnění“ nebo „zboží“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
2. Součástí předmětu plnění je dále:
 - i. uvedení do provozu, včetně všech potřebných zkoušek potřebných pro řádné užívání předmětu plnění (např. výchozí elektrická revize, přijímací zkouška, validace atd.),
 - ii. bezplatné zaškolení obsluhy a protokol o tomto zaškolení,
 - iii. dodávka návodů k obsluze v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních),
 - iv. dodávka technické dokumentace a seznamu technických kontrol včetně jejich termínů a kontaktu na servisní firmu, v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních),
 - v. dodávka dokladů prokazujících kvalitu (ve 2 vyhotoveních),
 - vi. dodávka dokladů prokazujících schválení pro užívání v České republice (ve 2 vyhotoveních),
 - vii. dodávka příslušných atestů a certifikátů (ve 2 vyhotoveních),
 - viii. prohlášení o shodě s uvedením třídy přístroje (ve 2 vyhotoveních),
 - ix. dodací list (ve 2 vyhotoveních), předávací protokol (ve 2 vyhotoveních),
 - x. záruční list (ve 2 vyhotoveních),
 - xi. certifikát školitele a servisního technika (ve 2 vyhotoveních),
 - xii. vyplněný interní formulář kupujícího (identifikační kartu přístroje), kdy prodávajícímu bude interní formulář zaslán emailem poté, co oznámí kupujícímu termín pro dodání.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen předmět plnění kupujícímu dodat do **8 týdnů** ode dne podpisu této smlouvy, nejpozději však do 31.10.2022; rozhodný je okamžik, který nastane dříve. Termín plnění může být posunut pouze ze strany kupujícího, a to z provozních důvodů. Posunutí termínů musí být odsouhlaseno statutárními zástupci formou písemného chronologicky číslovaného dodatku ke smlouvě.
2. Prodávající je povinen uvést předmět plnění do provozu, předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu, na kterém musí být uvedeno interní evidenční číslo **VZ-2022-000106** a dále provést zaškolení, resp. instruktáž k předmětu plnění, a to do **8 týdnů** od dodávky předmětu plnění, nejpozději však do 31.10.2022, rozhodný je okamžik, který nastane dříve.
3. Místem dodání předmětu plnění je: **Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a III. Interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická – hemodialyzační středisko+JIP Fakultní nemocnice Olomouc**. Kontaktní email pro převzetí předmětu plnění je dodavkaZT@fnol.cz, tel. 588 44 2269. Prodávající je povinen kupujícímu na výše uvedený email 10 pracovních dnů před dodávkou předmětu plnění oznámit konkrétní termín dodání.
4. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
5. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem potvrzení dodacího listu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen na každém jednotlivém dodacím listě vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2022-000106**.
6. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění a podepsáním předávacího protokolu přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.
7. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení, resp. instruktáže je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané kupní ceny (včetně DPH) předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
8. Prodávající si je vědom, že dodržení termínu dodání přístrojů musí být v souladu s příslušnými rozhodnutími o poskytnutí dotace na realizaci projektu. Prodávající si je vědom, že porušení jeho povinnosti z této smlouvy může mít za následek vznik škody kupujícímu spočívající v neuznání veškerých výdajů prodávajícího a následném postihu ze strany poskytovatele dotace. Poruší-li prodávající povinnosti dané touto smlouvou, v důsledku čehož dojde k rozporu podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a bude-li kupující jakkoli sankcionován, je prodávající kupujícímu povinen nahradit takto vzniklou škodu.

IV.

Kupní cena

1. Kupní cena za předmět plnění činí:

5.069.155,00 Kč bez DPH,

760.373,25 DPH,

5.829.528,25 Kč včetně DPH

2. Kupní cena je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod.).
3. Kupní cena je maximální a nemůže být navýšena ani v případě zvýšení sazby DPH.

V.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícím. Proávající je povinen fakturu vystavit do tří dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím. Faktura musí obsahovat registrační číslo projektu **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016332**.
2. Proávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu kupujícího nebo na email fin@fnol.cz, nezbytnou přílohu faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.
3. Proávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2022-000106**.
4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícím.
5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.
6. Proávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li prodávající svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se prodávající do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne kupujícímu právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele prodávajícího přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

VI.

Záruka za jakost

1. Proávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Proávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu **36 měsíců** ode dne uvedení předmětu

plnění do provozu. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nejsou-li uvedeny pak obvyklé vlastnosti.

2. Po dobu záruční doby provede prodávající záruční opravy předmětu plnění včetně dodávek náhradních dílů.
3. Záruční servis na zboží provádí prodávající a tento je zahrnut v kupní ceně včetně veškerých s tím souvisejících nákladů.
4. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese servis@linet.cz, faxem na faxovém čísle 312 522 668 či telefonicky na telefonním čísle 312 576 800. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.
5. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
 - i. nárokovat dodání chybějícího plnění;
 - ii. nárokovat odstranění vad opravou plnění;
 - iii. nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;
 - iv. nárokovat slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění; nebo
 - v. odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
6. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **2 dnů** od okamžiku nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě delší. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran.
7. Prodávající je povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **5 dnů** ode dne nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě delší. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran. V případě opravy trvající déle než **5 dnů** je prodávající povinen po dobu opravy bezplatně zapůjčit náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry jako vadný přístroj, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných technických parametrech.
8. V případě, že prodávající nenastoupí k odstranění nahlášené vady ve lhůtě podle odstavce 6. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny jednoho kusu lůžka (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
9. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle odstavce 7. tohoto článku nebo v případě opravy trvající déle než 5 dnů nezapůjčí náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1% z kupní ceny jednoho kusu lůžka (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
10. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobou. Prodávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na

odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 8. a 9. tohoto článku.

11. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.

VII.

Údržba a servis zboží

1. Prodávající se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat kupujícímu kompletní údržbu a servis zboží ve smyslu poskytování všech pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav, validace a zkoušek zboží, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy.
2. Prodávající je povinen sledovat dobu, termíny a lhůty všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek a nejméně 5 pracovních dní předem písemně nahlásit jejich konání kupujícímu, přitom musí respektovat provozní potřeby kupujícího a vyhovět mu v případě, že bude požádán o jejich přesunutí. Měli by přesunutím činností dle věty první dojít k nedodržení termínů a lhůt stanovených právními předpisy, či pokud by v tomto důsledku mohlo dojít k pozbytí práv kupujícího, je povinen prodávající na tuto skutečnost písemně kupujícího upozornit. Neučiní-li tak prodávající, je povinen nést veškeré nepříznivé důsledky z toho vyplývající pro kupujícího.
3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu k provádění výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží nezbytnou součinnost, zejména umožnit prodávajícímu přístup ke zboží, umožňuje-li to jeho provoz.
4. Úhrada za poskytování všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek dle tohoto článku je obsažena v kupní ceně.
5. Kupující je v případě prodloužení prodávajícího s plněním povinností vyplývajících z tohoto článku oprávněn zajistit plnění těchto povinností způsobem dle vlastního uvážení, a to na náklady prodávajícího. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen. V tomto případě se prodávající nemůže ani dovolávat neoprávněnosti zásahu do předmětu plnění a nemůže toto ani vést k pozbytí práv kupujícího.

VIII.

Software

1. Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se kupujícímu vyhrazuje časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, a to v nezměněné formě.
2. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákoliv překážka faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském. Ukáže-li se toto prohlášení nepravdivým, nese veškerou odpovědnost a náklady z toho vyplývající prodávající, včetně povinnosti k uspokojení nároků oprávněných osob.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího.
2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících. Smluvní strany berou na vědomí a zároveň souhlasí, že k projednání a rozhodování případných sporů, které nebudou vyřešeny smírem, budou příslušné soudy České republiky.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručení druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky

očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní dojednání učinily. Tato smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technická specifikace
- Příloha č. 2 – Tabulka splnění technických podmínek

V Olomouci dne

V Želevčicích dne.....

.....

Fakultní nemocnice Olomouc
kupující

.....

L I N E T spol. s r.o.
prodávající

Příloha č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technická specifikace

Zakázka: 10001480
 Objednávka zákazníka: I.Intenzivní resus.lůžka a vážící I

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
 Želečnice 5
 274 01 SLANÝ | CZ
 IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Fakultní nemocnice Olomouc
 I. P. Pavlova 185/6
 779 00 Olomouc | CZ
 IČ: 00098892 | DIČ: CZ00098892

Příjemce / cílová adresa:

Fakultní nemocnice Olomouc
 I. P. Pavlova 185/6
 779 00 Olomouc | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 23.2.2022
 Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 60 dní
 Platnost nabídky do: 30.10.2022

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
 Způsob odběru: Olomouc

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
			Dodací termín				Celkem brutto
10	1MC27350-334	Multicare	9 KS	420 395,00	15%	567 533,25	3 783 555,00 CZK
			00000000				4 351 088,25 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka
 Ložná plocha: 4 dílná
 Podvozek na sloupové konstrukci
 Antibakteriální úprava

Základní vlastnosti

SD1:1 Sada1- váhy: ANO
 SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO
 SD3:0 Sada3 - ALT: NE
 SD4:0 Sada4 - RTG vyšetření: NE
 MO:2 Základní model: Základní typ s vahami
 CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
 IM:11 Integrovaná matrace: Příprava na integrovanou matraci OPTICARE (bez kompresoru)
 MA:00 Matrace potah: Bez aktivní matrace = bez potahu
 XR:02 RTG provedení: RTG úprava zádového dílu
 CM:02 Barvy kov: RAL9006
 Kolečka, brzdy a podvozek
 CA:71 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral dvojitá 150 mm, 5. kolečko zatažitelné do podvozku, antistatické kolečko
 BR:36 Brzdění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, brždění od hlavy
 FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci
 UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy
 UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
 Postranice a čela
 SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici
 PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích
 MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla
 BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření
 XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy
 BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem
 BE:50 Čela: Plastová, design M
 CD:00 Color decor: Lůžko bez dekorových dílů
 Ochranné prvky a držáky
 BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm
 LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny
 AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka
 Elektrická zařízení a komunikace

Zakázka: 10001480

Objednávka zákazníka: I.Intenzivní resus.lůžka a vážící I

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto	
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto	
		VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní MS:00 Monitoring system: Bez výbavy NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka Další vlastnosti LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština CL:01 Zákaznické logo: Linet JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LB1:00 Štítky: Standard FL:04 Facelift: Facelift 2017/2_PB4612 PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství A2:00 Dopl. příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2 A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka SI:10 Servisní interval: 12 měsíců						
20	4MAR2010PC008	držák kyslíkové láhve	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK	
			00000000				0,00 CZK	
		držák kyslíkové láhve - určeno pro lůžko MC3 - nerez - horizontální - včetně dvou gumových pásků						
30	11011410B0000	hrazda napřimovací,Multicare, lakováno,RAL9002	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK	
			00000000				0,00 CZK	
		hrazda napřimovací lakováno RAL9002 nedefinováno Multicare						
40	4ROTGNR100GR-2	plastová rukojeť navíjecí	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK	
			00000000				0,00 CZK	
		rukojeť plastová - plastový triángl - barva šedá - popruh šíře 38mm - délka 650 mm - nastavitelná smyčka 300 mm, Ø 50 mm ± 5 mm s protiskluzovou ochranou - výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka						
50	4MA45MNA0005	stojan infúzní	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK	
			00000000				0,00 CZK	
		Teleskopický, otočný infusní stojan - umístění v adaptéru příslušenství na podvozku - nerezový - s plastovou nádobkou - 4 kovové háčky *kompatibilní s lůžky Multicare, Multicare_LEstojan infúzní						
60	11023230B0000	polička na psaní	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK	
			00000000				0,00 CZK	

Zakázka: 10001480
 Objednávka zákazníka: I.Intenzivní resus.lůžka a vážící I

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		polička na psaní k zavěšení na plastová čela plastova a kovová deska kovová konstrukce - lakovaná RAL 9002 kompatibilní se všemi lůžky s plastovými a kovovými čely Calma, Terra, Praktika 1,2, Eleganza 1, 2,3, 3XC, Latera, Multicare					
70	11028700B0000	pouzdro pro fixaci infuzního stojanu E3,E3XC	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Pouzdro pro fixaci infuzního stojanu na hlavovou přičku - lakováno RAL9002 - 1 ks * kompatibilní s lůžky s hlavovou přičkou 60 x 30mm - E3XC, Multicare, Multicare_LE					
80	1102520000000	tyč k uchycení příslušenství	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		tyč k uchycení příslušenství na DIN lištu chromovaná délka 140mm upevnění do úchytu na hrazdu, plastové pouzdro kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Praktika 1, 2, rodina E1, E2, E3, E3XC, rodina Image3, Latera, Multicare, Eleganza Smart					
90	11026800B0000	drzak kanyl	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Drzak kanyl lakovany RAL 9002 do uchytu pro drobne prislusenstvi 5 hacku					
100	11023800B0000	Koš na bažanta (bačkory)	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Koš na bažanta (bačkory) nutné mít lůžko s lištou příslušenství AHxx, nelze s AH00 upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka), určeno pro lůžka Eleganza (E1, E1_LE, E1_LE kříž, E2, Smart, E3, E3XC) povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9002					
110	1VSM00023A000	Aktivní systém OPTICARE, matrace, OptiCover H-MCM	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Aktivní systém OPTICARE, matrace, OptiCover H-MCM					
120	1VSK02000A000	Aktivní systém OPTICARE - kompresor, 230V	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Aktivní systém OPTICARE - kompresor, 230V					
121	4AW152014300	kabel zemnicí	17 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		kabel zemnicí 3 m kabel o průřezu 6qmm, oboustranně osazený úhlovou zdířkou					
122	11005900B0MCR-1	Multicare Protector, kompletní sada s potahem	9 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Multicare Protector - kompletní sada včetně potahu příslušenství lůžka Multicare, určené pro zvýšení ochrany pacienta před pádem sada pro pravou i levou stranu lůžka					
130	1GE412055-1502	Eleganza 4 s váhami	8 KS	160 700,00	15%	192 840,00	1 285 600,00 CZK
			00000000				1 478 440,00 CZK
		Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový a stehenní díl					

Zakázka: 10001480
Objednávka zákazníka: I.Intenzivní resus.lůžka a vázící I

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
		Ložná plocha: 4 dílná Podvozek na sloupové konstrukci					
		Základní vlastnosti MO:4 Základní model: Eleganza 4 SC:1Váhy: S váhami CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:02 Barva lakovaných částí lůžka: RAL9006 CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá Kolečka, brzdy a podvozek CA:75 Kolečka - typy: 4 dvojitá kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko + 5.kolečko BR:36 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, brždění od hlavy FC:00Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku EH:00 Držáky extenzí: Bez výbavy Postranice a čela SR:20 Postranice: Dělené plastové postranice PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích MH:06 Vstávací madla: Mobi Lift® madlo s integrovaným ovládáním výšky lůžka SP:01 Středové zábrany: S držáky pro protektory BA:11 Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou BE:55 Čela: Plastová, design E5 Ochranné prvky a držáky BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka OH:03 Ostatní držáky: 4 rohová pouzdra v ložné ploše, adaptér na příslušenství v podvozku, držáky sáček na moč na stehenním díle Elektrická zařízení a komunikace VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem LJ:09 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 2 sloupy PA:05 Pohony ložné plochy: 2 lineární motory, zádový s odblokováním AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:48 Sesterský ovladač: IBoard Basic (váhy), integrované ovladače v postranicích pro personál, externí ACPs plug&play HC:00 Ruční ovladač: Bez ručního ovladače MPA:00 Monitorovací panely: Bez monitorovacího zařízení NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení LI:03 Intenzita podsvícení: Bez podsvícení lůžka AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka SAS:10 Safestop: Funkce SAFESTOP - bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka USB:20 USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka Další vlastnosti LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština LY:01 Layout návodu: Linet CL:01 Zákaznické logo: Linet JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LB1:00 Štítky: Standard FL:06 Facelift: Facelift 2018/1 PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství A2:00 Dopl. příslušenství 2: Bez doplňujícího příslušenství 2 A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka SI:10 Servisní interval: 12 měsíců					
140	11011450B0000	hrazda napřimovací,Eleganza4, lakováno,RA	8 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		hrazda napřimovací lakováno RAL9002					

Zakázka: 10001480
 Objednávka zákazníka: I.Intenzivní resus.lůžka a vážící I

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
	Eleganza 4						
150	4ROTGNR100GR-2	plastová rukojeť navíjecí	8 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		rukojeť plastová - plastový trianl - barva šedá - popruh šíře 38mm - délka 650 mm - nastavitelná smyčka 300 mm, Ø 50 mm ± 5 mm s protiskluzovou ochranou - výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka					
160	4MA45MNA0006	stojan infúzní	8 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Infuzní stojan - teleskopický sklopný					
170	11023230B0000	polička na psaní	8 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		polička na psaní k zavěšení na plastová čela plastova a kovová deska kovová konstrukce - lakovaná RAL 9002 kompatibilní se všemi lůžky s plastovými a kovovými čely Calma, Terra, Praktika 1,2, Eleganza 1, 2,3, 3XC, Latera, Multicare					
180	11005900B0ELE4	Pár protektorů E4 včetně potahů	8 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Pár protektorů Eleganza 4 set s potahem					
210	4PPEH1320AS	Pasivní matrace PrimaCare 20, 208x88x14	8 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		MO:TE Základní model: PrimaCare 20 BD:TH Vnější rozměry: 208x88x14 DE:T1 Varianta produktu: Matrace CC:T3 Zkosené rohy, výřezy: Zkosené rohy - typ B FS:T2 Fixační pomůcky: Fixační popruhy FRS:T0 Protipožární vložka: Bez vložky LA:0A Jazyk návodu napoužití: CZ, EN, DE, ES PG:SP Balení: Standard HA Madla:					
220	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
230	VS045	Služby servisu instalace	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
240	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Uživatelské / servisní školení					
260	VP013	Prodloužená garance	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		Prodloužená záruka o 12 měsíců PZO-ND					
270	VP020	Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků	3 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
			00000000				0,00 CZK
		BTK v celkové výši 105 846,- po dobu záruky zdarma.					

Zakázka: 10001480
Objednávka zákazníka: I.Intenzivní resus.lůžka a vážící I

SOUHRN

Celkem netto		5 069 155,00
Výstupní DPH	15,000 %	760 373,25
Výstupní DPH	21,000 %	0,00
Celkem brutto		5 829 528,25

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 36 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000106 "Lůžka a lehátka"
Část I. Intenzivní resuscitační lůžka a vázící lůžka s antidekubitními matracemi
Uvedte typ, výrobce:

L I N E T spol. s r.o.

Předmět veřejné zakázky	ano/ne	poznámky
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace, a uvedení do provozu 9 kusů intenzivních resuscitačních lůžek s aktivními antidekubitními matracemi pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, a 10 kusů intenzivních vázících lůžek s pasivními antidekubitními matracemi pro III. Interní kliniku – nefrologickou, revmatologickou a endokrinologickou (hemodialyzační středisko + JIP), dále zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu Fakultní nemocnice Olomouc	ano	
Technická specifikace	ANO / NE	poznámky
Specifikace - Intenzivní resuscitační lůžka (9ks)	Multicare	
Lůžko musí být elektricky pohybovatelné, určené pro moderní resuscitační a intenzivní péči o dospělé pacienty	ano	
Lůžko musí být pevně stabilní konstrukce s minimální nosností 240 kg	ano	250 kg
Lůžko musí mít minimálně čtyři segmentovou ložnou plochu, s individuálním nastavením každého segmentu, o minimální velikosti ložné plochy 200 x 85 cm	ano	208x86 cm
Lůžko musí mít maximální vnější rozměr bez prodloužení 230 x 107 cm	ano	215x105 cm
Lůžko musí mít elektromotory zajišťující plynulé polohování	ano	
Lůžko musí mít elektricky nastavitelnou výšku ložné plochy v rozsahu minimálně 44-76cm	ano	44-82 cm
Lůžko musí mít elektricky nastavitelnou Trendelenburgovu a anti-Trendelenburgovu polohu	ano	
Lůžko musí mít elektricky nastavitelný zádový a stehenní díl s plynulým odsunutím a eliminací posuvných smykových sil (dojitá autoregrese), elektricky nastavitelný lýtkový díl	ano	
Lůžko s matrací musí vykonávat laterální náklon s úhlem náklonu minimálně ±30°	ano	30°
Lůžko musí mít elektricky nastavitelnou polohu kardiackého křesla	ano	
Lůžko musí mít dotykové multifunkční ovládání, musí obsahovat sesterský ovládací panel v obou hlavových postranicích, ovládání pro pacienty a hlavní ovladač pro sestry	ano	
Lůžko musí umožnit z obou stran okamžité uvedení do CPR polohy nezávisle na vnějším elektrickém napájení	ano	
Lůžko musí mít integrované elektrické prodloužení ložné plochy minimálně o 20 cm	ano	0-22 cm
Lůžko musí být napájeno 230V/50Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry	ano	
Lůžko musí být vybaveno integrovanou záložní baterií	ano	
Lůžko musí mít dělené dvoudílné plastové sklopné postranice ovládatelné jednou rukou o minimální délce ¾ délky lůžka a výšce nad nestlačenou matrací odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 s ergonomickým ovládáním, s integrovanými ovládacími prvky po obou stranách a pojistkou proti nechtěnému spuštění. Celková výška postranice musí být minimálně 43 cm.	ano	výška postranic 45 cm
Lůžko musí obsahovat alarm opuštění lůžka	ano	
Lůžko musí umožnit uzamknutí ovládacích funkcí	ano	
Lůžko musí mít odnímatelná plastová čela s aretací	ano	
Lůžko musí mít držák kyslíkové lahve, ne však na čele lůžka	ano	
Lůžko musí mít čtyři centrálně ovládaná brzditelná dvojitá kolečka o minimální velikosti 15 cm (průměr)	ano	průměr koleček 15 cm
Lůžko musí mít ochranné nárazové prvky v rozích lůžka	ano	
Lůžko musí mít po stranách lišty a háčky pro zavěšení příslušenství (pod úrovní ložné plochy)	ano	
Lůžko musí mít sklopný stolek umístěný na straně nohou pacienta	ano	
Lůžko musí mít hrazdu s automaticky navjzenou plastovou hrazdičkou pro pacienta	ano	
Lůžko musí mít nerezový teleskopický infuzní stojan	ano	
Lůžko musí mít vertikální tyč umožňující zavěšení přístrojů	ano	
Lůžko musí mít košík na močové lahve	ano	
Lůžko musí mít držák minimálně na 5 háčků na sáčky ke sběru moči	ano	
Lůžko musí mít integrovanou digitální metrologicky ověřitelnou váhu splňující parametry stanoveného měřidla, nezávislou na poloze lůžka s měřením aktuální hodnoty a relativní změny váhy	ano	
Lůžko musí mít odolný povrch pro každodenní mytí a běžnou desinfekci	ano	
Lůžko musí být kompatibilní jak s pasivními, tak s aktivními antidekubitními matracemi	ano	
Specifikace - Aktivní antidekubitní matrace (9ks)	Opticare	
Matrace musí být typu aktivní antidekubitní	ano	
Matrace musí mít rozměry odpovídající lůžku výše.	ano	
Matrace musí mít nosnost minimálně 220 kg	ano	250 kg
Matrace musí poskytovat prevenci a léčbu dekubitů minimálně až do IV. stupně	ano	IV. stupeň
Matrace se musí nafouknout i s ležícím pacientem v případě, že matrace pracuje na základě nafukování vzduchem	ano	
Matrace musí mít minimálně 2 režimy provozu, ale musí mít minimálně jeden z módů: "střídání tlaku v celých (zónách)" nebo "trvale nízký tlak"	ano	
Matrace musí mít CPR ventil	ano	
Matrace musí být snadno transportovatelná - maximálně ztuhnutá (transportní mód)	ano	
Matrace musí mít oboustranně roztažný, jednoduše odnímatelný, omyvatelný potah na zip, alespoň po třech stranách matrace	ano	
Materiál potahu musí být odolný běžným dezinfekčním prostředkům a musí být pratelný	ano	
Materiál potahu antidekubitní matrace musí být nepropustný, voděodolný, prodyšný vodním páram	ano	

Povrch matrace musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky	ano	
Průslušenství každého intenzivního resuscitačního lůžka		
hrazda s automaticky navjenu plastovou hrazdičkou pro pacienta	ano	
neruzový teleskopický infuzní stojan k lůžku	ano	
vertikální nerezová tyč umožňující zavěšení přístrojů	ano	
držák sáčků na sběr moči	ano	
košík na močové lahve	ano	
zemnicí kabel v případě potřeby (pokud má lůžko zemnicí bod)	ano	
Specifikace - Intenzivní vázící lůžka (10ks)	Eleganza 4	
Lůžko musí být elektricky polohovatelné, určené pro dospělé pacienty na hemodialyzační léčbě a intenzivní péči	ano	
Lůžko musí být pevně stabilní konstrukce s minimální nosností 240 kg	ano	250 kg
Lůžko musí mít minimálně čtyři segmentovou ložnou plochu, s individuálním nastavením každého segmentu, o minimální velikosti ložné plochy 200 x 85 cm	ano	208x90 cm
Lůžko musí mít maximální vnější rozměr bez prodloužení 230 x 107 cm	ano	217,5x100 cm
Lůžko musí mít elektromotory zajišťující plynulé polohování	ano	
Lůžko musí mít elektricky nastavitelnou výšku ložné plochy v rozsahu minimálně 44-76cm	ano	41-79 cm
Lůžko musí mít elektricky nastavitelnou Trendelenburgovu a anti-Trendelenburgovu polohu	ano	
Lůžko musí mít elektricky nastavitelný zádoový a stehenní díl s plynulým odsunutím a eliminací posuvných smykových sil (dojitá autoregrese), elektricky nastavitelný lýtkový díl	ano	
Lůžko musí mít dotykové multifunkční ovládání, musí obsahovat sestavský ovládací panel v obou hlavových postranicích, ovládání pro pacienty a hlavní ovladač pro sestru	ano	
Lůžko musí umožnit z obou stran okamžité uvedení do CPR polohy nezávisle na vnějším elektrickém napájení	ano	
Lůžko musí mít integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 20 cm	ano	11 cm, 22 cm
Lůžko musí být napájeno 230V/50Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry	ano	
Lůžko musí být vybaveno integrovanou záložní baterií	ano	
Lůžko musí mít dělené dvoudílné plastové sklopné postranice ovládatelné jednou rukou o minimální délce ¼ délky lůžka a výšce nad nestlačenou matrací odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 s ergonomickým ovládáním, s integrovanými ovládacími prvky po obou stranách a pojistkou proti nechtěnému spuštění. Celková výška postranice musí být minimálně 43 cm.	ano	45 cm
Lůžko musí umožnit uzamknutí ovládacích funkcí	ano	
Lůžko musí mít odnímatelná plastová čela s aretací	ano	
Lůžko musí mít čtyři centrálně ovládaná brzditelná dvojitá kolečka o minimální velikosti 15 cm	ano	průměr koleček 15 cm
Lůžko musí mít ochranné nárazové prvky v rozích lůžka	ano	
Lůžko musí mít po stranách lišty a háčky pro zavěšení průslušenství (pod úrovní ložné plochy)	ano	
Lůžko musí mít sklopný stolek umístěný na straně nohou pacienta	ano	
Lůžko musí mít hrazdu s automaticky navjenu plastovou hrazdičkou pro pacienta	ano	
Lůžko musí mít nerezový teleskopický infuzní stojan	ano	
Lůžko musí mít vertikální tyč umožňující zavěšení přístrojů - dodávka pouze u 2ks lůžek	ano	
Lůžko musí mít košík na močové lahve - dodávka pouze u 2ks lůžek	ano	
Lůžko musí mít držák minimálně na 5 háčků na sáčky ke sběru moči - dodávka pouze u 2ks lůžek	ano	
Lůžko musí mít integrovanou digitální metrologicky ověřitelnou váhu splňující parametry stanoveného měřidla, nezávislou na poloze lůžka s měřením aktuální hodnoty a relativní změny váhy	ano	
Lůžko musí mít odolný povrch pro každodenní mytí a běžné desinfekce	ano	
Lůžko musí být kompatibilní jak s pasivními, tak s aktivními antidekubitními matracemi	ano	
Specifikace - Pasivní antidekubitní matrace (10ks)	PrimaCare 20	
Matrace musí být typu antidekubitní s jádrem z PUR studené pěny o minimální hustotě 43 kg / m3 s okrajem z PUR pěny o vyšší hustotě	ano	50 kg / m3
Matrace musí poskytovat prevenci a léčbu dekubitů minimálně až do III. stupně	ano	III. stupeň
Matrace musí mít rozměry odpovídající lůžku výše, minimální výška matrace je 14cm.	ano	14 cm
Matrace musí mít nosnost minimálně 200 kg	ano	200 kg
Matrace musí mít snímatelný potah, s uzávěrem na zip minimálně ze tří stran krytým proti zatečení	ano	
Materiál potahu musí být snadno omyvatelný, odolný běžným desinfekčním prostředkům a musí být pratelný	ano	
Materiál potahu antidekubitní matrace musí být nepropustný, voděodolný, prodyšný vodním páram	ano	
Průslušenství každého intenzivního vázícího lůžka HDS - 8ks		
hrazda s automaticky navjenu plastovou hrazdičkou pro pacienta	ano	
neruzový teleskopický infuzní stojan k lůžku	ano	
zemnicí kabel v případě potřeby (pokud má lůžko zemnicí bod)	ano	
Průslušenství každého intenzivního vázícího lůžka JIP - 2ks		
hrazda s automaticky navjenu plastovou hrazdičkou pro pacienta	ano	
neruzový teleskopický infuzní stojan k lůžku	ano	
vertikální nerezová tyč umožňující zavěšení přístrojů	ano	
držák sáčků na sběr moči	ano	
košík na močové lahve	ano	
zemnicí kabel v případě potřeby (pokud má lůžko zemnicí bod)	ano	
Hodnocené parametry		
Intenzivní resuscitační lůžka		Ano/Ne
Sloupová konstrukce lůžka	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Lůžko je vybaveno pátým kolečkem pro lepší ovladatelnost lůžka umožňující aretaci v přímém směru pro snadnou manipulaci s lůžkem	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Elektricky nastavitelná konfigurace pro uložení pacienta do ortopnoické polohy	ano	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů
Elektrické prodloužení ložné plochy lůžka	ano	>20 < 22cm = 1 bodů ≥22 < 24cm = 2bodů ≥24 < 26cm = 3bodů ≥26 <28cm = 4bodů ≥28cm = 5 bodů

Bezpečnostní prvky pro zvýšenou ochranu pacienta:		
Nožní ovládání lůžka ze dvou stran lůžka s pojistkou (krytí, zábrana atp.) proti nechtěné aktivaci	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
víceúrovňový, zónový alarm nebezpečného pohybu a opuštění pacienta z lůžka	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Postranice dělené plastové restriktivní - tj. v délce min. 3/4 délky lůžka včetně doplnění postranice po celé délce pro neklidné pacienty (doplnění musí být součástí dodávky)	ano	ANO - Váha 2 body NE - Váha 0 bodů
Komfortní prvky pro personál:		
Zobrazení historie měřené váhy pacienta formou grafu	ano	ANO - Váha 2 body NE - Váha 0 bodů
Aktivní antidekubitní matrace		
Automatické nastavení individuálního tlaku v jednotlivých celách zvlášť dle jejich individuálních zatížení pro mód matrace "poskytování trvale nízkého tlaku"	ano	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů
konstrukce pumpy nezvyšuje vnější rozměry lůžka, ani neomezí prostor ložné plochy (je integrována do konstrukce postele)	ano	ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů
prodloužení matrace se zajištěním aktivní antidekubitní funkce tohoto prodloužení na celou délku ložné plochy při maximálním prodloužení lůžka	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Funkce provzdušnění matrace - zajištění stálého mikroklima pacienta aktivním profukováním (vysoušením) matrace	ano	ANO - Váha 2 body NE - Váha 0 bodů
Matrace musí mít zvukové alamy	ano	ANO - Váha 1 bod NE - Váha 0 bod
Intenzivní vážicí lůžka		
Sloupová konstrukce lůžka	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Lůžko je vybaveno pátým kolečkem pro lepší ovladatelnost lůžka umožňující aretaci v přímém směru pro snadnou manipulaci s lůžkem	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Bezpečnostní prvky pro zvýšenou ochranu pacienta:		
senzory zamezující skřípnutí pacienta mezi rámem ložné plochy a podvozkem postele (včetně krytí nožních ovladačů)	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Postranice dělené plastové nerestriktivní a restriktivní - umožňují samostatnému pacientovi opuštění lůžka, tj. v délce min. 3/4 délky lůžka, a to s možností doplnění postranice po celé délce pro neklidné pacienty (doplnění musí být součástí dodávky)	ano	ANO - Váha 2 body NE - Váha 0 bodů
víceúrovňový, zónový alarm nebezpečného pohybu a opuštění pacienta z lůžka	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Automatická brzda lůžka při připojení lůžka do napájecí sítě	ano	ANO - Váha 2 body NE - Váha 0 bodů
Komfortní prvky pro pacienta:		
Lůžko obsahuje mobilizační prvek (madlo) pro asistenci pacientovi při výstupu z lůžka	ano	ANO - Váha 5 bodů NE - Váha 0 bodů
Výstup pro nabíječku telefonu (USB) pro pacienta	ano	ANO - Váha 2 body NE - Váha 0 bodů
Komfortní prvky pro personál:		
Programové polohy pod jedním tlačítkem - minimálně kardiacká poloha, CPR, mobilizační poloha	ano	ANO - Váha 2 body NE - Váha 0 bod
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž		
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky zdarma	ano	
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)	ano	
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje	ano	
Obecné požadavky		
Délka záruky minimálně po dobu 36 měsíců, případně uveďte jinou delší	ano	36 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let	ano	8 let

Želevčice 5.12.2016

Plná moc

Já **Ing. Tomáš Kolář**, r.č. 710623/3178, bytem u Hvězdárny 144, Slaný, jako jednatel společnosti Linet spol. s r.o. IČ: 00507814


a

já **Ing. Jaroslav Chvojka**, narozen 16.9.1975, bytem Tuchotická 616, Újezd nad Lesy, jako jednatel společnosti Linet spol. s r.o. IČ: 00507814

dáváme tímto plnou moc pro pana **Zdeňka Grimma** r.č.: 771207/2764, bytem Studenec 182, PSČ 512 33, jako obchodního ředitele pro ČR ve společnosti Linet spol. s r.o. IČ 00507814 týkajících se účasti společnosti ve veřejných zakázkách, zejména podepisování všech podkladů při přípravě a podání nabídek do veřejných zakázek za společnost LINET spol. s r.o. a uzavírání smluv se zadavatelem.




Ing. Tomáš Kolář – jednatel



Ing. Jaroslav Chvojka – jednatel

Tuto plnou moc přijímám



Bc. Zdeněk Grimm - ředitel obchodu ČR

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125243394-28462-200103101133**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ZUZANA ŠTANCOVÁ**

Vystavil: **Město Slaný**

Pracoviště: **Město Slaný**

Ve Slaném dne **03.01.2020**



125243394-28462-200103101133