

| Příloha č 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění) |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                                                  | RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.        |
| ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY                                                   | Část 1 - Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 6N |
| DODAVATEL                                                              | BLACK STORM s.r.o.                                   |
| IČO/DIČ:                                                               | 27937194 / CZ27937194                                |
| SÍDLO                                                                  | Pod vrstevnicí 1529/18, 140 00 Praha 4 - Krč         |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE:                                 |                                                      |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednáci číslo.

Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.

Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.

| Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru pevnost 6N |                    |                |                                                   |                                               |                 |                                                                                          |                                                                         |                                 |                                                       |                 |         |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem   | Počet ks v krabici | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednáci číslo | Výrobce |
| Nitrilové rukavice pevnost 6N                       | 100                |                |                                                   |                                               |                 |                                                                                          |                                                                         |                                 |                                                       |                 |         |

|                                                                       |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Celková nabídková cena za předmět plnění části 1 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH:    | 1 422 000,00 Kč |
|                                                                       | DPH v Kč :            | 298 620,00 Kč   |
|                                                                       | Cena v Kč včetně DPH: | 1 720 620,00 Kč |

Splnění minimálních požadovaných parametrů:

| Výšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 6N (dále jen "Zboží")                                                                                                                                                                                                                    | Zboží splňuje<br>ANO/NE/popis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů              | ANO                           |
| materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. | ANO                           |
| Tloušťka (dvojitá) střední v oblasti dlaně - dle EN 455 min. 0,10 mm                                                                                                                                                                                                              | ANO                           |
| Pevnost - dle EN 455 min 6N- <b>nutno doložit v technickém listu</b>                                                                                                                                                                                                              | ANO                           |
| Skladovatelnost min. 3 roky od data výroby                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                           |
| AQL - testovaná úroveň G1 - 1,5                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO, AQL 1,0                  |
| 93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích-třída I.                                                                                                                                                                                                                       | ANO                           |
| EN 455                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                           |
| 89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích nebo Nařízení EU OOP 2016/425 - kategorie III, vysoké riziko                                                                                                                                                              | ANO                           |
| EN 374-1,2, 3 + EN 420                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO                           |
| Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004                                                                                                                                                                                                                           | ANO                           |
| ISO 13485 + ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO                           |
| Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů                                                                                                                                                                                                                                       | ANO                           |
| Viralpenetration - odolnost vůči krevním patogenům a nejmenším mikroorganismům - <b>Certifikát ASTM F1671</b>                                                                                                                                                                     | ANO                           |
| snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                           |
| citlivé ve špičkách prstů, odolné proti slepování, bez zápachu                                                                                                                                                                                                                    | ANO                           |
| vyšší odolnost proti protržení                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO                           |
| Délka střední min. 240mm                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                           |
| Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                           |
| citlivé ve špičkách prstů                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                           |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba expirace, požadované normy | ANO |
| požadovaná velikost S,M,L, XL                                                      | ANO |

#### PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil spomá ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.

#### Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání

Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli;

Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);

