

Příloha č 1 RD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Část 6 - Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrsněné (neuro)
DODAVATEL	HARTMANN - RICO a.s.
IČO/DIČ:	449 474 29/CZ44947429
SÍDLO	Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE:	

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednáací číslo.

Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.

Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrsněné

Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem	Počet ks v krabici	Měrná jednotka	Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (párů rukavic)	Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení)	Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH	Název produktu (obchodní název)	Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeného balení)	Objednáací číslo	Výrobce
---	--------------------	----------------	---	---	-----------------	---	---	---------------------------------	---	------------------	---------



Splnění minimálních požadovaných parametrů:

Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrcněné (dále jen "Zboží")	Zboží splňuje ANO/NE/popis
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů	ANO
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.	ANO
Povrch umožňující dobrý úchop	ANO
Délka střední min.240mm	ANO
Délka dle EN 455-2, vel.6 - 6,5 - 260mm	ANO
Délka dle EN 455-2, vel.7-8 - 270mm	ANO
Délka dle EN 455-2, vel.8,5-9 280mm	ANO
Tloušťka stěny min. 0,22 mm měřeno dvojitě	ANO
Pevnost - dle EN 455 min 6N	ANO
Skladovatelnost min.2 roky	ANO
AQL - testovaná úroveň G1 - 1,5	ANO
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích-třída IIa.	ANO
EN 455	ANO
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích kategorie III - vysoké riziko	ANO
EN 374-1,2, 3 + EN 420	ANO
Sterilizace gama záření , minimálně na krabici indikátor sterility	ANO
ISO 13485 + ISO 9001	ANO
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů	ANO
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu	ANO
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokřém prostředí	ANO
vyšší odolnost proti protržení	ANO

Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání	ANO
Odolné proti mechanickému poškození	ANO
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba expirace, požadované normy	ANO
Značení rukavic viditelně na manžetě	ANO
Požadované velikosti č. 5,5 až č. 9	ANO
Zkouška na endotoxiny LS-AG BRD	ANO

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobilý veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.

Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání

Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavatelem;

Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);

Ve Veverské Bítýšce,

