

**Tabulka technické úrovně  
pro veřejnou zakázku****"Monitory / Defibrilátory pro interní oddělení"**

Pořadové číslo otázky	Otázky k hodnocení	Dodavatel vyplní ANO nebo NE
1	Umožňuje nabízené zařízení Monitor/defibrilátor s funkcemi pro monitoraci EKG a SpO <sub>2</sub> selekci tlačítek v automatickém režimu tak, že při práci v tomto režimu zůstanou na ovládacím panelu defibrilátoru výhradně tlačítka ovládání AED?	ANO
2	Umožňuje nabízené zařízení Monitor/defibrilátor s funkcemi pro monitoraci EKG, SpO <sub>2</sub> , NIBP pro 12svodové sledování EKG 10žilový kabel, odstranění hrudních elektrod a použití pro 3svodové sledování EKG?	ANO