

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

STŘÍKAČKY LAVÁŽNÍ STERILNÍ

Zadavatel:	Klatovská nemocnice a.s.			
Sídlo:	Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II	IČO:	26360527	
Statutární zástupce	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva			
Druh VZ	dotávky	Režim VZ:	VZMR	Druh řízení: poptávkové
DODAVATEL				
Název dodavatele:	Distrimed s.r.o.			
Sídlo:	Havlíčková 190/12, 737 01 Český Těšín	IČO:	27370046	
Statutární zástupce	Michal Urbaniec			

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku sterilních lavážních stříkaček, které jsou předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dotávky musí být zboží nové a originální.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dotávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednávací číslo.

Nepřipustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky z poptávkového řízení.

Stříkačky lavážní sterilní			
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem			
Objem 50ml, konus centrálně pro katetry			
Objem 100ml, konus centrálně pro katetry			
Objem 140 - 160ml, konus centrálně pro katetry			
Cena celkem	150 697,00 Kč	182 343,37 Kč	

Minimální požadované parametry:

Stříkačky lavážní sterilní (dále jen "Zboží")	Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů	ANO
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče	ANO
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy	ANO
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list	ANO
Bez PVC, sterilní, nesmyvatelná dobře čitelná stupnice, odstupňování po 10ml	ANO
dokonalá těsnost tuhého, neohybného a nepropustného pístu, bezpečná zarážka pístu, plynulý jeho dojezd bez zpětného chodu, kónus pro katetr, pístová brzda, lehký chod pístu	ANO

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Českém Těšíně dne 6.5.2022

