


**Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění**

**Videokolonoskop – typ A**

| Obchodní název nabízeného plnění:                                                                                                                            | Fujifilm EC-600WL                                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specifikace:                                                                                                                                                 | Splňuje:                                                              | Dodavatel nabízí:                   |
| - umožnění zobrazování v módu FICE nebo zobrazování se srovnatelnou metodou                                                                                  | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | FICE                                |
| - zobrazovací systém endoskopu pomocí barevného CCD čipu nebo CMOS čipu s rozlišením HDTV                                                                    | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | CMOS                                |
| - optický systém:                                                                                                                                            |                                                                       |                                     |
| ▪ zorné pole min. 140°                                                                                                                                       | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 140°                                |
| ▪ směr pohledu: přímý pohled                                                                                                                                 | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | přímý                               |
| ▪ hloubka ostrosti 2 - 100 mm nebo lepší                                                                                                                     | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 2 - 100 mm                          |
| - zaváděcí tubus:                                                                                                                                            |                                                                       |                                     |
| ▪ zevní průměr distálního konce max. 12 mm                                                                                                                   | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 12 mm                               |
| ▪ zevní průměr tubusu max. 12 mm                                                                                                                             | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 12 mm                               |
| ▪ pracovní délka min. 1600 mm                                                                                                                                | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 1690 mm                             |
| - pracovní kanál: vnitřní průměr min. 3,7 mm                                                                                                                 | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 3,8 mm                              |
| - ohybová část – rozsah angulace minimálně:                                                                                                                  |                                                                       |                                     |
| ▪ nahoru 180°                                                                                                                                                | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 180°                                |
| ▪ dolů 180°                                                                                                                                                  | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 180°                                |
| ▪ doprava 160°                                                                                                                                               | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 160°                                |
| ▪ doleva 160°                                                                                                                                                | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | 160°                                |
| - přídatný oplachový kanál                                                                                                                                   | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | ano                                 |
| - kompatibilita s videoprocesorem VP-4450HD a VP-7000 – videokolonoskop musí být napojitelný na tyto videoprocesory, aby jím mohlo být provedeno vyšetřování | ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/> | kompatibilní s oběma videoprocesory |

V Praze dne:           



.....  
 (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)  
 Mgr. Jiří Urválek, jednatel společnosti