



B1-024-RT	Projekční hledač žil 1ks	Projekt: B1 CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016661
-----------	--------------------------	---

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: Přístroj pro lokalizaci podkožních cév pro kontrolu podání intravenózně aplikovaných cytostatik a biologických preparátů

3. Kompatibilita:

4. Specifikace:

(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
Přístroj pro lokalizaci podkožních cév		
1. Přístroj pro všechny věkové kategorie	ANO	Návod k obsluze str. 6 (Souhrnný popis výrobku)
2. Neinvazivní aplikace	ANO	Prospekt str. 2
3. Detekce hemoglobinu v reálném čase s využitím infračerveného světla	ANO	Návod k obsluze str. 6 (Souhrnný popis výrobku)
4. Visualizace krevního řečiště do hloubky min. 8 mm	ANO	Návod k obsluze str. 21
5. Možnost prosvícení různých částí těla (ruka, předloktí, tvář, krk, loket)	ANO	Prospekt str. 2
6. Režimy: a. základní/univerzální b. jemný/pediatrický c. detekce hloubky žíly	ANO	Návod k obsluze str. 21 Prospekt str. 2
7. min. 3 barvy zobrazení	ANO	Návod k obsluze str. 23
8. Jas nastavitelný	ANO	Návod k obsluze str. 20
9. Použití přístroje v horizontální i vertikální poloze	ANO	Prospekt str. 3
10. Interní baterie na min. 2 hodiny provozu	ANO / ≤ 4,5 hodin při úplném nabití	Návod k obsluze str. 29
11. Archivace a import snímků (např. pomocí USB) na externí úložiště	ANO	Návod k obsluze str. 24
12. Stojan pojízdný, bržděná kolečka	ANO	Prospekt str. 3