

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Obchodní název nabízeného plnění:	ROTEM delta	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
POCT tromboelastograf		
- pro akutní diagnostiku koagulačních poruch, získání informací o stavu hemostázy (polytraumata, závažné krvácivé stavy, sepse, porodní krvácení)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- vyšetření z plné nesrážlivé krve (citrátová, hirudinová nebo heparinová krev) buď bez manipulace s reagensy – technologie aktivní pipetovací špičky, elektronická pipeta včetně systému navigace (metoda suchého vzorku), nebo zpracování vzorku způsobem, kdy se do zkumavky se vzorkem manuálně vůbec nezasahuje a zkumavka je přímo aplikována do systému přístroje (tzn. bez pipetování)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	vyšetření z plné citrátové krve; aplikace vzorku suchou cestou pomocí aktivní, elektronicky navigované pipety
- numerický i grafický výstup	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- automatická detekce abnormálních výsledků	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- součástí předmětu plnění je i zajištění připojení ke stávajícímu informačnímu systému (LIS/NIS)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- součástí předmětu plnění je i čtečka čárových kódů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- součástí předmětu plnění je i dodání a připojení barevné tiskárny	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

V Praze dne: 11.4.2022

.....
 (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
 JUDr. Alexandra Kadlecová, jednatelka