

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

- duální váha se dvěma rozsahy – nejméně 80 g/200 g, d = 0,01 mg/0,1 mg
- čas stabilizace navážené hodnoty max: 8/4 s
- automaticky řízená kalibrace a justování
- kontrola a jednoduché nastavení vodovážné polohy
- vážicí miska: průměr 80 – 90 mm
- vážní prostor nejméně (šxh xv): 140x120x210 mm
- průhledný štít proti proudění vzduchu – trojstranně otevíratelný
- otevření bočních dvířek na nejméně 120 mm pro pohodlné vložení vážených předmětů
- součástí nabídky bude IQ/OQ kvalifikace
- součástí nabídky bude akreditovaná kalibrace včetně vystavení kalibračního listu

Další požadavky:

- v nabídkové ceně je dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění, návod k obsluze v českém jazyce, proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace,
- zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané
- zajištění záručního servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů
- záruka min. 24 měsíců
- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady

V Ústí nad Labem 13.6.2022

.....
Ing. Michal Vejvoda
jednatel