

KUPNÍ SMLOUVA




uzavřená na základě § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále OZ)

Č.j. 2928/22/CN

1 SMLUVNÍ STRANY

Prodávající

CHEIRÓN a.s.

Sídlo: Kukulova 24, 169 00 Praha 6, Břevnov
IČO/DIČ: 27094987/CZ27094987
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Petřík, MBA, člen představenstva
E-mail: 
Tel.: 
Bankovní spojení: 

(dále „Prodávající“)

a

Kupující

Klatovská nemocnice, a.s.

Sídlo: Plzeňská 929, Klatovy, 339 01
IČO/DIČ: 26360527/CZ699005333
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva
Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva

E-mail: 

Tel.: 

Bankovní spojení:
(dále „Kupující“)

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. – Intenzivní technika,“ Část 1 – Monitory vitálních funkcí.** Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2.2. Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadavky Kupujícího v uvedené veřejné zakázce, s rozsahem a povahou věci, která je předmětem koupě, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, servisní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.

2.3. Účelem Smlouvy je dodání přístroje, který bude sloužit léčbě pacientů ve zdravotnickém zařízení.

3 PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zdravotnický přístroj, který je specifikován v Příloze č. 1 Smlouvy v množství uvedeném v této příloze (dále „přístroj“).

3.2. Součástí dodávky a plnění Smlouvy bude:

- doprava a dodání přístroje včetně příslušenství ve lhůtě stanovené ve čl. 6.1. Smlouvy,
- vykládka v místě určeném Kupujícím,
- provedení kompletního odborného zapojení, instalace, montáže a zprovoznění přístroje,
- dodání návodu k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě v českém jazyce,
- základní a následné zaškolení k používání a údržbě přístroje podle čl. 8.2. Smlouvy,
- likvidace případně vzniklého odpadu,
- poskytnutí záruky za jakost v souladu se čl. 7.3. Smlouvy,
- bezplatné provádění BTK po celou záruční dobu v intervalech určených právními předpisy a výrobcem přístroje,
- provedení dalších činností sjednaných v této Smlouvě nebo nezbytných k řádnému fungování přístroje,
- garance provádění PBTK a dalších opakovaných servisních činností v rámci pozáručního servisu po dobu 5 let po skončení záruční doby za podmínek uvedených v čl. 4.4. a v čl. 4.5. Smlouvy.

3.3. Prodávající odevzdáním přístroje umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.

3.4. Přístroj musí být nový, kompletní a plně funkční. Dodaný přístroj musí být v souladu s požadavky Kupujícího a nabídkou Prodávajícího ve veřejné zakázce podle čl. 2.1. Smlouvy. Přístroj bude vhodný a plně použitelný pro sjednaný účel jeho použití v rámci této Smlouvy a v rozsahu, v jakém není tento účel konkrétně popsán, také vhodný a použitelný pro účel, k němuž se obvykle používá.

3.5. Prodávající prohlašuje, že je do předání výlučným vlastníkem přístroje, že na přístroji neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s přístrojem podle této Smlouvy disponovat. Prodávající dále prohlašuje, že dodávaný přístroj nemá žádné vady.

3.6. Kupující se zavazuje přístroj převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu v souladu se čl. 4.1. Smlouvy.

4 KUPNÍ CENA

4.1. Kupující zaplatí Prodávajícímu za kompletní dodávku přístroje uvedeného ve čl. 3.1. Smlouvy a provedení dalších činností dle této Smlouvy **kupní cenu** ve výši **6 298 837,20 Kč** bez DPH (slovy: šestmilionůdvěstědevadesátosmtisícósmtřicetsedm korun českých a dvacet haléřů bez DPH). Výše Kupní ceny včetně DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. činí 7 621 593,01 Kč. Položkové ceny jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.

4.2. Kupní cena vychází z nabídky Prodávajícího, kterou podal na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná. Změna kupní ceny je přípustná pouze tehdy, je-li to sjednáno v této Smlouvě, dojde-li ke změně DPH nebo umožňují-li to právní předpisy.

- 4.3. Kupní cena zahrnuje náklady na provedení všech činností podle této Smlouvy, zejména na dodávku, montáž, instalaci, zaškolení, průběžné školení, BTK, záruční servis, dopravné, skladné, provedení předepsaných zkoušek, zajištění certifikátů, atestů, převod práv, pojištění, daně, poplatky a další náklady spojené s plněním Smlouvy. Prodávající není oprávněn účtovat další částky nad rámec kupní ceny.
- 4.4. Prodávající garantuje, že po skončení záruční doby dle čl. 7.3. Smlouvy bude poskytovat kompletní pozáruční servis dodaného přístroje po dobu 5 let. Prodávající je povinen pozáruční servis provádět tehdy, vyzve-li jej k tomu Kupující.
- Pozáruční servis zahrnuje:
- provádění PBTK, jiné opakované servisní činnosti, elektrické revize, další zkoušky,
 - vystavení protokolu, dodávku náhradních dílů vč. kitů (jejich periodická výměna),
 - dodávku spotřebního materiálu,
 - náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě.
- 4.5. Cena za provedení 1 PBTK v pozáruční době, která zahrnuje náklady na činnosti pozáručního servisu uvedené v čl. 4.4. Smlouvy, činí **126 345,-** Kč bez DPH.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Kupující uhradí kupní cenu podle čl. 4.1. Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury), který Prodávající doručí do 10 dnů od předání a převzetí přístroje na základě předávacího protokolu. Faktura bude zaslána v elektronické podobě na kontaktní e-mail Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.
- 5.2. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení Kupujícímu. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.
- 5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb.
- 5.4. Fakturu, která neodpovídá požadavkům, vrátí Kupující ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Prodávajícímu. Od opětovného zaslání opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Faktura bude zejména obsahovat: označení smluvních stran, jejich identifikační údaje, den odeslání, splatnosti a den zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu, číslo účtu Prodávajícího vč. platebních symbolů, účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, označení dodaného přístroje, odkaz na Smlouvu, označení projektu (*Název projektu: Klatovská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení, Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251*), kopie předávacího protokolu, podpis zástupce Prodávajícího.

6 DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

- 6.1. Prodávající dodá přístroj do **12 týdnů** od účinnosti této Smlouvy. Dodáním se rozumí doprava přístroje do sídla Kupujícího, vykládka, odborné zapojení, montáž, instalace, předání souvisejících dokladů a úvodní zaškolení.
- 6.2. Přístroj bude dodán do sídla Kupujícího: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, Klatovy, 339 01.
Prodávající oznámí přesný termín dodání přístroje Kupujícímu alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 6.3. Po předání přístroje, instalaci a úvodním zaškolení podepíše Kupující předběžný protokol, ve kterém potvrdí umístění přístroje ve svém sídle. Je-li zařízení předáváno po částech, o každém dílčím předání se pořídí dílčí

zápis. Následně Kupující provede technické testování po dobu 7 dnů, kdy si vyzkouší fungování přístroje v provozu a ověří, zda přístroj splňuje požadavky podle této Smlouvy. O výsledku technického testování Kupující předem uvedomí Prodávajícího. Odpovídá-li přístroj Smlouvě, podepíšíou smluvní strany předávací protokol. Okamžikem podpisu předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnictví přístroje a nebezpečí škody na něm. V případě nesplnění požadavků a parametrů Kupující přístroj nepřevzme a provede reklamaci v souladu se čl. 7 Smlouvy. Prodávající odpovídá za případné škody, ztráty, rizika a nebezpečí, které vzniknou do okamžiku převzetí přístroje. Prodávající nese náklady spojené s odevzdáním přístroje v sídle Kupujícího.

- 6.4. Kupující zajistí Prodávajícímu přístup do prostor, kde bude přístroj umístěn. Prostory budou uzamykatelné a přístup k přístroji bude umožněn pouze oprávněným zástupcům smluvních stran.

7 ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE

- 7.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě (přístroj) v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez právních či faktických vad, současně provede veškeré související činnosti dle čl. 3.1. Smlouvy. Prodávající odpovídá za vady přístroje v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. OZ.
- 7.2. Kupující není povinen převzít dodaný přístroj, pokud bude vykazovat jakoukoli vadu nebo nedodělek.
- 7.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného přístroje dle čl. 3.1. Smlouvy ve výši min. **36 měsíců**.
- 7.4. Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že dodaný přístroj bude po celou záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 7.5. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí přístroje od Prodávajícího na základě řádně podepsaného předávacího protokolu dle čl. 6.3. Smlouvy.
- 7.6. Po celou záruční dobu bude Prodávající Kupujícímu poskytovat úplný a bezplatný záruční servis včetně dodávky potřebných náhradních dílů. Jsou vyloučeny jakékoli platby ze strany Kupujícího spojené s komplexním záručním servisem. Součástí záruky za jakost je též provádění bezpečnostní technické kontroly (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb. a zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem přístroje.
- 7.7. Poskytovaná záruka za jakost se nevztahuje na vady, které vzniknou neoprávněným zásahem do přístroje Kupujícím nebo třetí stranou, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání Kupujícímu, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz nebo které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku.
- 7.8. Kupující je povinen ohlásit vady Prodávajícímu neprodleně poté, co je zjistí, a to písemně kontaktní osobě Prodávajícího uvedené ve čl. 11.4. Smlouvy. Uznána bude také reklamáce odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty. V písemné reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.9. Prodávající se zavazuje v záruční době nastoupit k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 24 hodin ode dne nahlášení vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Okamžik nahlášení vady Kupujícím se považuje za uplatnění vady vůči Prodávajícímu. Bude-li to přípustět charakter vady, je Prodávající povinen odstranit vadu v místě plnění. V opačném případě ji Prodávající odstraní ve své provozovně.
- 7.10. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady přístroje. Prodávající je povinen odstranit závadu a uvést zboží do provozu nejpozději do 48 hodin od příjezdu servisního technika

na místo plnění, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta je dodržena též v případě, pokud Prodávající zapůjčí Kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným. Pokud nebude závada do 48 hodin odstraněna, bude dodáno náhradní odpovídající zařízení až do odstranění závady, jinak je v prodlení.

- 7.11. V této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hod do 16:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.12. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.
- 7.13. Reklamací může Kupující uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující reklamoval neoprávněně, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.
- 7.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyměněné a nahrazené vadné díly se stávají majetkem Prodávajícího.
- 7.15. Pro uplatnění práv z vadného plnění podle § 2099 a násl. OZ se při reklamaci použijí obdobně ustanovení čl. 7.1., 7.2., 7.8. (bez druhé věty), 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.14. Smlouvy.
- 7.16. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení předmětu koupě (přístroje), jež určuje tato Smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má přístroj v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na přístroji vyskytnou v záruční době. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má přístroj při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
- 7.17. Kupující je povinen přístroj zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí přístroje za účasti zástupce nebo dopravce Prodávajícího, který tuto skutečnost potvrdí. Kupující při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, zvolí postup v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Za podstatnou vadu se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání přístroje, jakož i v dalších dokladech stanovených ve Smlouvě.
- 7.18. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí přístroje anebo prostřednictvím e-mailu, včetně popisu vady. Prodávající je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem. V režimu práv z vadného plnění Prodávající vyřídí oznámení způsobem, který Kupující zvolí v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Pokud v rámci uplatnění práv z vadného plnění Prodávající vadu neodstraní, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od této Smlouvy odstoupit.

8 OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 8.1. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Prodávající na vyzvání a ve spolupráci s Kupujícím (zadavatelem) poskytne kontrolnímu orgánu jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci veřejné zakázky a předmětu Smlouvy, podá potřebné informace a umožní vstup do svého sídla nebo jakýchkoli dalších prostor a pozemků souvisejících s realizací veřejné zakázky. Prodávající poskytne na výzvu kontrolnímu orgánu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s veřejnou zakázkou či s plněním Smlouvy. Prodávající je dále povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění, o čemž bezodkladně informuje kontrolní orgán a Kupujícího. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené

ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Prodávající poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ a projektu ze strany operačního programu. Prodávající je v této souvislosti povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 10 let od finančního ukončení projektu. Prodávající je povinen v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu Smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 8.2. Po předání přístroje provede Prodávající úvodní základní zaškolení Kupujícího k obsluze přístroje v potřebném rozsahu, a to nejpozději do skončení technického testování ve čl. 6.3. Smlouvy. Následně Prodávající zajistí po předchozí žádosti Kupujícího další školení pro pověřené zaměstnance Kupujícího v potřebném rozsahu. Prodávající současně zaškolí určené zaměstnance Kupujícího tak, aby byli následně schopni samostatně proškolovat pracovníky Kupujícího k obsluze zařízení. Po provedení zaškolení (instruktáže) Prodávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci. Kupující může o provedení následného školení požádat nejpozději do konce záruční doby přístroje.
- 8.3. Prodávající je povinen k plnění této Smlouvy využít pouze těch poddodavatelů, které uvedl v nabídce na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Změna poddodavatele je možná jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Pokud se jedná o změnu poddodavatele prokazujícího kvalifikaci, musí Prodávající doložit s oznámením veškeré kvalifikační doklady nového poddodavatele. Prodávající s předstihem písemně oznámí Kupujícímu plánovanou změnu technika uvedeného ve čl. 11.4. Smlouvy. Před zahájením činnosti nového technika poskytne Prodávající Kupujícímu originál nebo ověřenou kopii certifikátu na provádění obsluhy přístrojů od nového technika, příp. další doklady. Nový technik bude oprávněn vykonávat činnost pouze s písemným souhlasem oprávněného zástupce Kupujícího.
- 8.4. V případě, že se Prodávající při plnění této Smlouvy dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, zejména s počítačovými daty v dodaném přístroji a IT systému Kupujícího, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení této Smlouvy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.5. Kupující jako správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, poskytuje Prodávajícímu jako zpracovateli oprávnění zpracovat osobní a citlivé údaje pouze za účelem řádného plnění této Smlouvy.
- 8.6. Pokud je součástí předmětu Smlouvy dodávka softwarových produktů, pak Prodávající vyhrazuje Kupujícímu časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty a zařízení, se kterým byly dodány, v nezměněné formě a pro stanovené účely. Úplata za užívání software je zahrnuta v kupní ceně.

9 SANKCE

- 9.1. V případě prodlení Prodávajícího se splněním jeho závazku z této Smlouvy, nepředá-li přístroj ve lhůtě dle čl. 6.1. Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny dle čl. 4.1. Smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Nenastoupí-li Prodávající k opravě ve lhůtě dle čl. 7.9. Smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny za každý započatý den prodlení. To neplatí, pokud je včas zapůjčen náhradní přístroj podle čl. 7.10. Smlouvy.

- 9.3. Pokud Prodávající neprovede řádně opravu ve lhůtě podle čl. 7.10. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % kupní ceny za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Neprovede-li Prodávající školení v souladu se čl. 8.2. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny za každé nesplnění povinnosti.
- 9.5. Jestliže v případě změny kvalifikačního poddodavatele Prodávající nepředloží požadované doklady ve lhůtě stanovené ve čl. 8.3. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny za každý započatý den prodlení s dodáním dokladů.
- 9.6. Změní-li Prodávající odbornou osobu dle čl. 11.4. Smlouvy bez písemného souhlasu Kupujícího, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny za každé zjištěné porušení.
- 9.7. Nezajistí-li Prodávající dodržování pracovněprávních předpisů podle čl. 2.6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny za každé zjištěné porušení.
- 9.8. Pokud bude zjištěno, že dodaný přístroj obsahuje škodlivé látky, jak je specifikováno ve čl. 2.6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy, zaplatí prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny za každý zjištěný případ.
- 9.9. Nezajistí-li Prodávající pozáruční servis podle čl. 3.2. a 4.4. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý neprovedený servisní úkon (PBTk a další opakované servisní činnosti) v rámci pozáručního servisu.
- 9.10. Je-li Kupující v prodlení s úhradou faktury, zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 9.11. Souhrn všech smluvních pokut nárokovaných na Prodávajícím nepřekročí 80 % kupní ceny.
- 9.12. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní pokutu, a to na účet ve čl. 1 Smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany.
- 9.13. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků, které vyplývají ze Smlouvy. Nárok na zaplacení smluvní pokuty trvá i v případě ukončení Smlouvy. Při porušení několika povinností lze nárokovat více smluvních pokut vedle sebe.
- 9.14. Po zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

10 UKONČENÍ SMLOUVY

- 10.1. Tato Smlouva může být ukončena:
 - a) splněním této Smlouvy,
 - b) písemnou dohodou smluvních stran,
 - c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.
- 10.2. Od této Smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se zejména považuje:
 - a) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj nebude řádně dodán v dohodnutém termínu tak, aby Prodávajícímu vzniklo právo na úhradu kupní ceny vystavením příslušné faktury,

- b) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj neobstojí v technickém testování podle čl. 6.3. Smlouvy,
 - c) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě či vlastnosti z této Smlouvy vyplývající, zejména bude-li dodáno zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými Kupujícím,
 - d) na straně Prodávajícího, jestliže neodstraní závadu do 30 dnů ode dne, kdy byl na ni Kupujícím prokazatelně upozorněn, nebo ji neodstraní v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky dle čl. 2.1. Smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - f) na straně Prodávajícího, jestliže bude zahájeno insolvenční řízení u Prodávajícího,
 - g) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury.
- 10.3. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně, bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dověděla. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně.
- 10.4. V případě odstoupení od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této Smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, nebo v dohodnuté lhůtě. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu případnou vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu.
- 10.6. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ, kdy je oprávněn prodloužit dodací lhůtu v případě závažných okolností o dobu trvání překážky, nejdéle však o 30 kalendářních dnů, navýšit kupní cenu v případě změny sazby DPH v daňových předpisech a prodloužit předpokládaný termín dodání, z důvodů průtahů v zadávacím řízení.
- 10.7. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky změnu závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ, kdy je oprávněn v případě předčasného ukončení této Smlouvy uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, který se umístil další v pořadí.

11 KOMUNIKACE

- 11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.
- 11.2. Komunikace bude probíhat písemně prostřednictvím e-mailu nebo listinnou formou, výjimečně datovou schránkou. Dokumenty zásadní povahy jako (žádost, upozornění, protokol, odstoupení apod.) budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem zástupce smluvní strany. Ústní komunikace se přípouští v případě formálních záležitostí, dále nesnese-li situace odkladu za podmínky, že poté bude bezodkladně zasláno písemné podání.
- 11.3. Elektronická písemnost je doručena následující den po odeslání e-mailu, nepotvrdí-li adresát doručení dříve. Listinné podání je doručeno okamžikem převzetí ze strany zástupce smluvní strany nebo na základě pravidel poskytovatele poštovních služeb. Zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky je doručena okamžikem, kdy se zástupce smluvní strany do datové schránky přihlásí.
- 11.4. Prodávající pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

Smluvní a zásadní záležitosti

Jméno:

E-mail:

Tel.:

Technické a provozní záležitosti, osoba odpovědná za provádění záručního servisu

Jméno:

E-mail:

Tel.:

11.5. Kupující pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

Smluvní a zásadní záležitosti

Jméno:

E-mail:

Tel.:

Provozní a administrativní záležitosti

Jméno:

E-mail:

Tel.:


12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 12.2. Smlouva se řídí českým právem, konkrétně příslušnými ustanoveními OZ. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Kupujícího.
- 12.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
- 12.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky, které budou opatřeny podpisy smluvních stran.
- 12.5. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv s odkazem na profil Kupujícího (zadavatele) v elektronickém nástroji E-ZAK. Kupující zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve stanovené lhůtě.
- 12.6. Nastane-li skutečnost, která brání plnění této Smlouvy, oznámí to příslušná smluvní strana bezprostředně druhé straně s návrhem na zahájení jednání.
- 12.7. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.
- 12.8. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha:


Příloha č. 1 – Technická specifikace

12.9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, která byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze



V Klatovech



TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Zdravotnické přístroje pro Klatovskou nemocnici a.s. - Intenzivní technika					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 1 - Monitory vitálních funkcí					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Klatovská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	26360527
Statutární zástupce:	MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva; Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	CHEIRÓN a.s.				
Sídlo:	Kukulova 24, 169 00 Praha 6, Břevnov			IČO:	27094987
Statutární zástupce:	Ing. Jindřich Petřík, MBA, člen představenstva		Kontaktní osoba: Gabriela Vávrová, koordinátor veřejných zakázek		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.					
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele . Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.					
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce . Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je bližší specifikuje.					
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Měně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.					
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty) , požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.					
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.					
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Monitory vitálních funkcí 1	25	36	Název: BeneVision Sériové číslo: Výrobce: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	
Závazná specifikace zadavatele:				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŮJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Monitory plně modulární koncepce				ANO	
SW a ovládání kompletně v českém jazyce				ANO	
Požadovaná kompatibilita se stávajícím provozovaným monitorovacím systémem, přenositelnost stávajících modulů životních funkcí a transportních monitorů/modulů v provozovaných monitorech CMS				ANO	
Kompatibilita je požadována s výrobcem Mindray moduly k monitorům Benewiew T5 a T8, a s centrálními monitorování SW				ANO	
Sestava základního monitoru, parametrických modulů a transportních modulů/monitorů				ANO	
Monitor vhodný pro dospělé, děti i novorozence				ANO	
Plně dotyková obrazovka základního monitoru min.17"				ANO 18,5"	
Základní monitor s dostatečným počtem slotů pro jednotlivé parametrické moduly bez nutnosti přidavných RACK				ANO	
Napájení 230 V se záložní baterií na min. 120 min. provozu				ANO záložní baterie na min. 120 min.	
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 12 křivek a 10 číselných parametrů				ANO	
Automatické nastavení velikosti zobrazení a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazovaném počtu				ANO	
Současný náhled na veškeré monitory připojené do CMS s přenosem alarmových stavů				ANO	
Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby				ANO	
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou				ANO	
Druhý způsob ovládání (např. klávesnice, myš, dálkový ovladač)				ANO	
Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti; funkce automatického nastavení alarmových limitů				ANO	
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min				ANO	
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxymetrických parametrů				ANO	
Kalkulace dávkování léků a matematický kalkulátor.				ANO	
Režim "standby", noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení				ANO	
Kompletní sada příslušenství pro provoz				ANO	
2.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Základní modul	7	36	Název: BeneVision N17 Sériové číslo: PB-6610B-PA00135 Výrobce: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	
Závazná specifikace zadavatele:				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŮJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Monitory				ANO	
Základní monitorované parametry:				ANO	
a) EKG ze 3/5 svodů				ANO	
b) Analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení				ANO	
c) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace				ANO	
d) Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení				ANO	

e) Dechová frekvence (impedanční metoda)				ANO
f) NIBP s režimy manuálního a automatického měření, měření úsekového měření, mód venupenckce				ANO
g) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfúze				ANO
h) 2 kanálové IBP				ANO
i) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot				ANO
j) Modul CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FICO2.				ANO
k) Umístění modulu CO2 ve slotu základního monitoru.				ANO
Měřené parametry rozšířené vybavení:				
a) 5ks Modul PICCO modul měření kontinuálního srdečního výdeje termodiální metodou PICCO včetně měření srdečního výdeje termodiální metodou (Swan-Ganz katetr). Umístění modulu ve slotu základního monitoru.				ANO
b) 5 ks Modul EEG 4CH kontinuální měření signálu z min. 4 kanálů, použitelný v kritické péči. Umístění modulu ve slotu základního monitoru.				ANO
c) 5 ks Modul BISx pro měření bispektrálního indexu, umístění modulu ve slotu základního modulu.				ANO
d) 5 ks Modul NMT měření neuromuskulárního přenosu, umístění modulu ve slotu základního modulu.				ANO
V nabídce dodavatele musí být další moduly pro měření min. C.O., Agents (anesteziologické plyny), RM (plicní mechanika), ScvO2 (saturace venózní krve), rSO2 (měření cerebrální oxymetrie)				ANO
Transportní monitor v dodávce 2 ks součástí monitorů				BeneVision N1
Základní parametry:				
a) Hmotnost modulu/monitoru max. 1 kg včetně baterie.				ANO 0,95 kg
b) Transportní monitor /modul/ vitálních funkcí se systémem dobíjení v základním monitoru i nezávislým dobíjecím zdrojem na 230 V				ANO
c) Velikost displeje modulu/monitoru min. 5,5"				ANO 5,5"
d) Konstrukce modulu/monitoru v provedení min. IP 44, s pevnostní charakteristikou ochrany proti pádu				ANO IP 44
e) Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 5 stop a numerických údajů				ANO
f) Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu. Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.				ANO
g) Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou				ANO
h) SW kompletně v českém jazyce				ANO
i) Provozní baterie min. na 4 hodiny provozu				ANO provozní baterie na min. 8 hod.
j) Integrované napájení a dobíjení z elektrické sítě nebo v základním monitoru				ANO
k) Po připojení transportního monitoru/modulu do slotu základního monitoru automatická transformace na plný lůžkový monitor s podporou dalších parametrů, rozsáhlejší funkčnosti a rozšířeným nastavením zobrazení.				ANO
l) Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti. Funkce automatického nastavení alarmových limitů.				ANO
m) Každý přenosný monitor /modul/ musí být použitelný v základním monitoru u každého libovolného lůžka.				ANO
Každý monitor/modul musí být každý schopen monitorovat následující parametry:				
a) EKG ze 3/5 svodů, analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení				ANO
b) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová fibrilace, síňová fibrilace				ANO
c) Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení				ANO
d) Dechová frekvence (impedanční metoda)				ANO
e) NIBP s režimy manuálního a automatického měření a úsekového měření, mód venupenckce				ANO
f) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfúze				ANO
g) 2 kanálové IBP				ANO
h) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot				ANO
i) Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min				ANO
j) Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxypenačních parametrů				ANO
k) Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.				ANO
Režim "standby", noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení				ANO
Kompletní sada příslušenství pro provoz				ANO
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
3. Monitory vitálních funkcí 2	6	36	Název: BeneVision N12 Sériové číslo: PB-6630B-PA00151 Výrobce: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd. DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) ANO	
Závazná specifikace zadavatele:				
Monitory plně modulární koncepce.				
SW a ovládání kompletně v českém jazyce.				
Požadovaná kompatibilita se stávajícím provozovaným monitorovacím systémem, přenositelnost stávajících modulů životních funkcí a transportních monitorů/modulů v provozovaných monitorech CMS				
Kompatibilita je požadována s výrobcem Mindray moduly k monitorům Benewiew T5 a T8, a s centrálními monitorovací SW				
Sestava základního monitoru, parametrických modulů a transportních modulů/monitorů				
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence.				
Plně dotyková obrazovka základního monitoru min.12"				
Základní monitor s dostatečným počtem slotů pro připojení jednotlivých modulů				
Napájení 230 V se záložní baterií na min. 120 min. provozu				
ANO záložní baterie na min. 240 min.				
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 8 křivek a 10 číselných parametrů				
ANO				
Automatické nastavení velikosti zobrazení a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu.				
ANO				
Současný náhled na veškeré monitory připojené do CMS s přenosem alarmových stavů.				
ANO				
Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.				
ANO				
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou				
ANO				
Druhý způsob ovládání (např. klávesnice, myš, dálkový ovladač)				
ANO				
Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.				
ANO				
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min.				
ANO				
Kalkulace hemodynamických, ventilačních a oxypenačních parametrů.				
ANO				
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.				
ANO				
Režim "standby", noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení				
ANO				
Kompletní sada příslušenství pro provoz				
ANO				
Základní monitorované parametry:				

a) EKG ze 3/5 svodů			ANO
b) Analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení			ANO
c) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová			ANO
d) Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení			ANO
e) Dechová frekvence (impedanční metoda)			ANO
f) NIBP s režimy manuálního a automatického měření, měření úsekového měření, mód venepunkce			ANO
g) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfúze			ANO
h) 2 kanálové IBP			ANO
i) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot			ANO
V nabídce dodavatele musí být další moduly pro měření min. CO2 (sidestream, mainstream, Microstream), C.O., Agents (anesteziologické plyny), RM (plicní mechanika), Modul EEG 4CH kontinuální měření signálu z min. 4 kanálů, použitelný v kritické péči, Modul BISx pro měření bispektrálního indexu, NMT měření neuromuskulárního přenosu, ScvO2 (saturace venózní krve), rSO2 (měření cerebrální oxymetrie).			ANO
4. NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:
Monitory vitálních funkcí 3	12	36	ANO
Závazná specifikace zadavatele:			
Monitory plně modulární koncepce.			
SW a ovládání kompletně v českém jazyce.			
Požadovaná kompatibilita se stávajícím provozovaným monitorovacím systémem, přenositelnost stávajících modulů životních funkcí a transportních monitorů/modulů v provozovaných monitorech CMS			
Kompatibilita je požadována s výrobcem Mindray moduly k monitorům Benewiew T5 a T8, a s centrálními monitorovacími SW.			
Sestava základního monitoru, parametrických modulů a transportních modulů/monitorů			
Monitory vhodné pro dospělé, děti i novorozence.			
Plně dotyková obrazovka základního monitoru min.15"			
Základní monitor s dostatečným počtem slotů pro jednotlivé parametrické moduly bez nutnosti přídatných RACK			
Napájení 230 V se záložní baterií na min. 120 min. provozu			
Současné zobrazení všech měřených parametrů ve formě min. 10 křivek a 10 číselných parametrů			
Automatické nastavení velikosti zobrazení a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazovaném počtu.			
Současný náhled na veškeré monitory připojené do CMS s přenosem alarmových stavů.			
Minimálně 5 konfiguračních profilů monitoru umožňující rychlou změnu nastavení monitoru včetně změny zobrazení v závislosti na aktuální potřebě v průběhu léčby.			
Intuitivní ovládání dotykovou obrazovkou			
Druhý způsob ovládání (např. klávesnice, myš, dálkový ovladač)			
Alarmové stavy musí být akusticky a opticky barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti.			
Funkce automatického nastavení alarmových limitů.			
Tabulkové a grafické trendy v délce min. 120 hodin s rozlišením 1 min.			
Kalkulace hemodynamických, ventilčních a oxigenačních parametrů.			
Kalkulace dávkování léčiv a matematický kalkulátor.			
Režim "standby", noční režim zobrazení, utajený režim zobrazení			
Kompletní sada příslušenství pro provoz			
Základní monitorované parametry:			
a) EKG ze 3/5 svodů			ANO
b) Analýza arytmií v reálném čase včetně alarmového zabezpečení			ANO
c) Minimální požadavky na analýzu/detekci arytmií: tachykardie, bradykardie, asystolie, komorová			ANO
d) Analýza ST segmentu včetně alarmů, analýza QT/QTc včetně alarmového zabezpečení			ANO
e) Dechová frekvence (impedanční metoda)			ANO
f) NIBP s režimy manuálního a automatického měření, měření úsekového měření, mód venepunkce			ANO
g) SpO2 včetně měření pulzu a hodnoty perfúze			ANO
h) 2 kanálové IBP			ANO
i) 2x měření teploty, T1, T2 a rozdíl teplot			ANO
j) Modul CO2 systém sidestream, zobrazení křivky, číselné hodnoty EtCO2, FICO2.			ANO
k) Umístění modulu CO2 ve slotu základního monitoru.			ANO
V nabídce dodavatele musí být další moduly pro měření min. C.O., Agents (anesteziologické plyny), RM (plicní mechanika), Modul EEG 4CH kontinuální měření signálu z min. 4 kanálů, použitelný v kritické péči, Modul BISx pro měření bispektrálního indexu, NMT měření neuromuskulárního přenosu, ScvO2 (saturace venózní krve), rSO2 (měření cerebrální oxymetrie)			
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.			
Přilohy: Splnění požadovaných technických parametrů, vybavení a funkcí přístroje je uvedeno v příloženém prospektu a v technické specifikaci prospektu			
V Praze dne 14.04.2022			
Zpracoval: Zdeněk Fořt			

