


Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Videogastroskop

Obchodní název nabízeného plnění:	EG-760R	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- Přístroj musí umožňovat provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídatným oplachovým kanálem pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- Kontrast v červené barvě k lepší detekci zánětu a přesnému vytyčení. Kombinace speciálních světelných vlnových délek pro vylepšené a přesné kontrastní zobrazování.	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	LCI, BLI
- CMOS čip, rozlišení HD	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- optický systém:		
▪ zorné pole minimálně 140°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	140°
▪ hloubka ostrosti minimálně od 2 do 100 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	od 2 do 100 mm
- zaváděcí tubus: průměr max. 9,3 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	9,3 mm
- distální konec: průměr max. 9,2 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	9,2 mm
- pracovní kanál: minimálně 2,8 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	2,8 mm
- odsávací kanál	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- ohyby minimálně:		
▪ nahoru 210°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	210°
▪ dolů 90°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	90°
▪ doleva 100°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	100°
▪ doprava 100°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	100°
- světlovody: dva	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
- kompatibilita s procesorem VP-7000 – videogastroskop musí být napojitelný na tento procesor, aby jím mohlo být provedeno vyšetřování	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

V Praze dne:



.....
(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

Mgr. Jiří Urválek, jednatel společnosti