

Specifikace zboží

V souladu s poznámkou – vyžadován výrobce: _____, kód _____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.

V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.

část 09	Portkatetr				
Položka	Popis	Jednotka	Celkem jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
1	Žilní přístupový rentgenkontrastní implantabilní systém typu portál (acetalový homopolymer) a polyuretanový katetr, vnitřní silikonový terč portálu ze silikonu, délka katetru alespoň 70cm, síla katetru 1,9 mm (5,8 Fr, vnější průměr) x 1 mm (vnitřní průměr) (vhodná velikost vzhledem k anatomickým poměrům žilního řečiště prasete). Katetr dodávaný ve sterilním balení jako součást setu s drátěným zaváděčem, jehlami pro aplikaci do portu (bezpečnostní non-coring jehla), jehlami pro zaváděč, tunelovacím nástrijem, alespoň 2 stříkačkami, žilním pátradlem. Systém preferovaného napojení portálu na katetr typu 'slide-lock'.	ks	35	4 080,00	142 800,00
				celková cena část 09	142 800,00

Date: 2022.06.05 14:44:45 +02'00'