

## Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace

### Položky veřejné zakázky

TLD čtečka

### Technické parametry pro TLD čtečku

Číslo		Technické parametry zadavatele	Splňuje ANO/NE	Nabízená konfigurace účastníka
1.1.	<b>Kapacita</b>	Automatické vyhodnocení až 20 standardních dozimetrických karet Rados umístěných ve standardní kazetě Rados	Ano	TLD čtečka RE2000S / WinTLD SW, viz příložené prospekty
1.2.	<b>Ohřev</b>	Ohřev TLD horkým dusíkem, teplota ohřevu minimálně do 400 °C	Ano	TLD čtečka RE2000S / WinTLD SW, viz příložené prospekty
1.3.	<b>Software</b>	Ovládací software umožňující správu TL dozimetrů a naměřených hodnot, zobrazení vyhřívací křivky, export naměřených hodnot, funkce výpočtu dávky z naměřených hodnot a definici vyhřívacího režimu TLD	Ano	TLD čtečka RE2000S / WinTLD SW, viz příložené prospekty
1.4	<b>Rok výroby</b>	Zboží bylo vyrobeno v roce 2022	Ano	