



Příloha č.1 ke Kupní smlouvě ze dne.....

Mycí přístroj:

Technické parametry:

- mycí automat, jednodveřový s výklopem dveří dopředu
- mycí prostor má kapacitu pojmout minimálně 9 experimentálních nádob pro pokusná zvířata – akrylátové válce s výškou 250 mm a průměrem 150 mm
- možnost volby mycích a dezinfekčních programů různých druhů mycích prostředků
- přístroj umožňuje intenzivní mytí minimálně dvěma postřikovacími rameny, přičemž postřikování mycího prostoru je homogenní
- programy: min 6 programů pro různé režimy teplot: 60 °C, 45-70 °C, studenou vodou, sklo 45 °C, intenzivní sklo 70 °C
- přístroj umožňuje závěrečný oplach demineralizovanou vodou, přístroj má vestavěný horkovzdušný sušící agregát pro sušení mytých předmětů
- hlučnost přístroje je ≤ 45 dB
- velikost celé konstrukce přístroje (v x š x h) je maximálně 1000 mm x 600 mm x 650 mm
- přístroj má zařízení proti zaplavení: spínací plovák a vodní senzor
- displej umožňující zobrazit zpožděný start, zbývající čas pro mytí a sušení
- přístroj obsahuje vnitřní osvětlení, vodní senzor pro detekci úrovně zašpinění vody a úpravu spotřeby vody
- záruka na motor min. 10 let

Úpravna vody:

Technické parametry:

- membránová filtrace vody s výkonem minimálně 10 l/h s provozem řízeným mikroprocesorem
- skladovací nádrž demineralizované vody má objem minimálně 20 l
- odstranění rozpuštěných látek z vodovodní vody membránou >97%
- efektivita čištění: <1 částice (do 0,22 μ m) na 1 ml
- kontrola vstupního tlaku a chodu celého systému
- kontrola stavu výstupní vodivosti a teploty vody
- automatický provoz
- automatické proplachy membrán
- dotykový displej
- rozměry přístroje spolu se skladovací nádrží (š x v x h): max. 800 mm x 490 mm x 490 mm
- hlučnost přístroje je ≤ 40 dB

- součástí dodávky je přídatné tlakové čerpadlo a montáž přístroje na mycí a dezinfekční automat

Prodávající:

V Praze dne 17.6.2022

Kupující:

V Praze dne 30.6.2022

.....

Animalab s.r.o.

Mgr. Marek Baxa, jednatel

.....

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan