

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

- režimy očkovaní – minimálně konstantní, kruhový a exponenciální (spirálový)
- čas vlastního vyočkovaní do 10 s
- čas celého očkovacího cyklu do 30 s
- volitelný očkovaný objem
- volitelný čas plnění pro vzorky o různé viskozitě
- možnost vyočkovaní jednoho vzorku na více misek (minimálně 5)
- exponenciální vyočkovaní umožní odečet minimálně 6 log v ml vzorku a 7 log v gramu vzorku na jedné Petriho misce bez předchozího ředění
- možnost odečtu bez využití přístroje pro automatický odečet kolonií
- traceabilita výsledků, možnost přenosu do LIMS
- příslušenství, které přichází do kontaktu se vzorkem, musí být autoklávovatelné
- validace splňující minimálně standardy AOAC 977.27 nebo podobné **(doklad dodá vybraný dodavatel)**

Další požadavky:

- v nabídkové ceně je dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění, uživatelský návod k obsluze v českém jazyce, proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace,
- zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané
- zajištění záručního servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů
- záruka min. 24 měsíců
- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady

V Ivančicích dne 11.6.2022

.....
Ing. Igor Kubiš, Ph.D.
jednatel