

P.č.	Předmět plnění	Množ.	Mj	Jednot. cena Kč bez DPH	Celkem Kč s DPH	Datum BTK přístroje MALDI - Těchonín	Datum BTK přístroje MALDI - Praha
1.	Provádění BTK přístrojů MALDI BIOTYPER [REDACTED] Požadovaný rozsah provedení BTK v periodě 1 x za 6 měsíců: • Chemické vyčištění MALDI zdroje přístroje microflex LT (vypnutí přístroje, otevření a vyčištění iontové optiky pulzní extrakce PIE, spuštění a revakuace stroje) • Kontrola vakua, kontrola kvality signálu na TOF detektoru, kontrola měřicí metody • Kontrola, čištění a případná výměna těsnění dvířek MALDI zdroje • Ověření funkčnosti zařízení na vzorcích uživatele • Kontrola měřicího softwaru a firmware spektrometru • Kalibrace měřicí metody • Rekalibrace zařízení Bruker standardem po ověření funkčnosti zařízení na vzorcích uživatele Cena BTK (za 6 měsíců)	6	ks			duben 2023 duben 2024 duben 2025	květen 2023 květen 2024 květen 2025
2.	Požadovaný rozsah provedení BTK v periodě 1 x za 12 měsíců: • Validace přístrojového systému, vystavení Protokolu o technické způsobilosti přístroje (Kalibrační protokol) • Kompletní vyčištění stroje včetně vyčištění hlubší iontové optiky, vstupu do TOF trubice a výměny drobného materiálu Cena BTK (za 12 měsíců)	6	ks			říjen 2022 říjen 2023 říjen 2024	listopad 2022 listopad 2023 listopad 2024
3.	roční update databáze, který nemá charakter technického zhodnocení	6	ks			říjen 2022 říjen 2023 říjen 2024	listopad 2022 listopad 2023 listopad 2024
					1 240 871,94		

V ZELÉNÉM POLI BY SE MĚLA ZOBRAZIT CELKOVÁ CENA ZA VŠECHNY POLOŽKY, KTEROU PROSÍM VLOŽTE JAKO CENOVOU NABÍDKU DO PŘEDMĚTU ZAKÁZKY.

TABULKU ULOŽTE DO SVÉHO PC, VYPLŇTE A PAK VLOŽTE JAKO PŘÍLOHU VLASTNÍ NABÍDKY V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.