


Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Obchodní název nabízeného plnění:	[Pulzní oxymetr Masimo Radical-7]	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
- konfigurovatelný pulzní oxymetr pro novorozence	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- SpO2 s technologií extrakce signálu umožňující zesilování signálu, a to ve třech úrovních citlivosti	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- možnost měření rychlých změn v SpO2	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- indikátor kvality měření	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- pletysmografická křivka	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- záznam trendů a možnost jeho čtení na obrazovce	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- měření SpO2, pulzu, perfuzního indexu s možností rozšíření o měření koncentrací karboxyhemoglobinu, celkového hemoglobinu, celkového kyslíku, methemoglobinu, indexu kyslíkové rezervy a měření respirace	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- displej s úhlopříčkou min. 4"	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- volitelné patientské profily pro dospělé, děti a novorozence s možností jejich úpravy dle požadavku uživatele	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- ethernet, interface pro přivolání sestry a USB port pro bezproblémovou integraci do kabelové infrastruktury	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]
- Wi-Fi a Bluetooth připojení	ANO ☒ / NE ☐	[doplňte]

V [Ústí nad Labem] dne:



.....
(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
Martin Liška, jednatel LHL s.r.o.