

## Příloha - Technická specifikace

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka*
<b>Centrifuga</b>	Minimální rozsah otáček úhlového rotoru 50 - 10 000 ot/min	ANO, 200 - 10 500 rpm
	Minimální otáčky výkyvného rotoru alespoň 4500 ot/min	ANO, 4 600 rpm
	Maximální kapacita alespoň 4* 1000 ml	ANO, 4x 1 000 ml
	Motorické víko	ANO
	Možnost nastavení času odstředování v min. rozsahu 1 - 500 min, nebo kontinuální chod	ANO, 10s až 99h 59 min/kontinuálně
	Paměť pro alespoň 50 programů	ANO, 99 programů
	Možnost nastavení akcelerace a decelerace	ANO, 10 kroků zrychlení a 10 kroků brzdy
	Automatické rozpoznání rotoru	ANO
	Možnost stání na zemi	ANO
	Rozsah chlazení: nastavitelný, v minimálním rozsahu 35 až -20 °C	ANO, -20 až +40 °C
	<b>Dodání včetně:</b>	
	Úhlový rotor s kapacitou min. 6 pozic pro objem 250 ml	ANO, 6x 250 ml
	Výkyvný rotor na min. 4 pozice pro objem 1000 ml	ANO, 4x 1 000 ml
	Závěs do rotoru pro práci s menšími objemy (min. 50 a 15 ml), možnost odstředit centrifugačky bez i s límečkem, počet kusů pro plné obsazení rotoru	ANO
	Adaptér pro 15ml centrifugačky, pro plné obsazení rotoru (min. 100 ks na rotor).	ANO, 96 ks
	Adaptér pro 50ml centrifugačky bez límečku (pro plné obsazení rotoru), min. 40 ks na rotor.	ANO, 40 ks
min. 4 ks závěsů a min. 4 ks adaptérů pro 1000ml (dle max. kapacity dodaného rotoru)	ANO, 4x 1 000 ml	